



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROJEKT

„Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach”

Kielce, dnia 04.05.2018 r.

Ti-072/817/2018

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Odwolujący

PHILIPS Polska Sp. z o.o..
Al. Jerozolimskie 195B
02- 222 Warszawa

Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 760/18]

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) znak: **EZ/ZP/46/2018/EK** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę stołu hemodynamicznego z wyposażeniem w ramach projektu pn. „Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach” w ramach działania 9.2 oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

W dniu 30.04.2018r. Zamawiającego przesłał do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, Odwołującego PHILIPS Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02- 222 Warszawa oraz do Przystępującego Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa odpowiedź na odwołanie. W treści przesłanego dokumentu w odniesieniu do **zarzutu nr 7** Zamawiający zawarł błędną jednostkę miary ocenianego parametru, w odniesieniu do **zarzutu nr 33** Zamawiający błędnie za odwołującym przytoczył nr punktu Załącznik nr 2 do SIWZ który winien być skorygowany oraz w odniesieniu do **zarzutu 16** Zamawiający doprecyzowywane przedział ocenianego parametru w proponowanej punktacji. Wobec powyższego n/w odpowiedzi na podniesione zarzuty otrzymują brzmienie:

BYŁO

Zarzut 7, dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – punkt 22

Zamawiający **uznaje zarzut i wprowadza modyfikację SIWZ** z zachowaniem gradacji punktacji parametrów jakościowych urządzenia przyjętym w postępowaniu :

22	Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej	TAK >= 240	---	= 240cm – 1 pkt., > 240cm – 2 pkt.
----	--	---------------	-----	---------------------------------------



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROJEKT

„Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach”

JEST:

Zarzut 7, dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – punkt 22

Zamawiający **uznaje zarzut i wprowadza modyfikację SIWZ** z zachowaniem gradacji punktacji parametrów jakościowych urządzenia przyjętym w postępowaniu :

22	Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej	TAK >= 240	---		= 240° – 1 pkt., > 240° – 2 pkt.
----	--	---------------	-----	--	-------------------------------------

BYŁO:

Zarzut 33, dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – punkt 144

Zamawiający **uznaje zarzut i wprowadza modyfikację SIWZ** zgodnie z wnioskiem strony.

Punkt 144 *ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH* załącznik nr 2 do SIWZ zostaje wykreślony.

JEST:

Punkt 140 *ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH* załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu jak poniżej zostaje wykreślony.

140	Oslona na monitor wielkoformatowy opisany powyżej w postaci szyby ochronnej ze szkła laminowanego o współczynniku transmisji spektralnej min. 98%, zmniejszające ryzyko mechanicznego uszkodzenia wyświetlaczy i zabezpieczające go przed działaniem cieczy	TAK	---		---
-----	---	-----	-----	--	-----

BYŁO:

Zarzut 16 dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – punkt 40

Zamawiający **oddala zarzut** jednakże w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania wprowadza modyfikację SIWZ w następującym brzmieniu:

40	Pojemność cieplna anody	TAK >= 3,0	---		>= 3,0 X <= 5 MHU – 1 pkt., >= 5 MHU – 2 pkt..
----	-------------------------	---------------	-----	--	---

Zamawiający nie podziela stanowiska Odwołującego. Zdaniem Zamawiającego obecne wartości parametrów granicznych anody są wystarczające dla realizacji wszystkich rodzajów badań i zapewnią konkurencję jednakże w celu otrzymania oferty z lepszym rozwiązaniem technicznym Zamawiający zwiększa wartość parametru ocenianego punktowo wyżej.

JEST:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROJEKT

„Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach”

Zarzut 16 dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – punkt 40

Zamawiający **oddala zarzut** jednakże w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania wprowadza modyfikację SIWZ w następującym brzmieniu:

40	Pojemność cieplna anody	TAK ≥ 3,0	- - -		≥ 3,0 X < 5 MHU – 1 pkt., ≥ 5 MHU – 2 pkt..
----	-------------------------	--------------	-------	--	--

Zamawiający nie podziela stanowiska Odwołującego. Zdaniem Zamawiającego obecne wartości parametrów granicznych anody są wystarczające dla realizacji wszystkich rodzajów badań i zapewnią konkurencję jednakże w celu otrzymania oferty z lepszym rozwiązaniem technicznym Zamawiający zwiększa wartość parametru ocenianego punktowo wyżej.

Pozostałe odpowiedzi na wniesione zarzuty bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Staniawski

mgr Jolanta Wróblewska-Więcek

RADCA PRAWNY
KL-1220

