



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Kielce 13.08.2018 r.

EZ/ZP/81/2018/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawę różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Kielcach.**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY- Załącznik nr 3 do SIWZ

Pytanie 1 Par. 6 ust. 4

Prosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„(...) w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Par. 7 ust. 2

Prosimy o zmianę zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„(...) lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia pisemnej reklamacji”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Par. 7 ust. 3

Prosimy o doprecyzowanie zapisu i nadania poniższego brzmienia:

„(...)liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia o ile ta trwała powyżej 7 dni roboczych”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 Par. 7 ust.9

Zwracamy się z prośbą o skrócenie wskazanego terminu z min. 10 do min. 8 lat.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 9 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat”.

Pyt. Nr 5 Par. 8

Zwracamy się z prośbą o odpowiednie zmniejszenia kar umownych z 20% do 10%.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 Par. 8b,c

Prosimy o zmniejszenia kar umownych odpowiednio z 500 zł do 250zł.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Par. 8

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Kary umowne nie będą naliczane w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego”

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 32.




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszckielce.pl, edyta.kwasniewska@wszckielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pakiet drugi zamówienia (znak sprawy: EZ/ZP/81/2018/EK) przez Wykonawcę, który nie zrealizował w okresie ostatnich trzech lat, dostawy na rzecz jednostki służby zdrowia o wartości minimum 20 000 zł?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z ekranem 7", wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z rozdzielczością ekranu 800x480?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG o wadze 2,6 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKGz czułością zapisu 5, 10, 20 mm/mV?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z filtrem mięśniowym 25,40,150 Hz?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z filtrem izolacji 0-0,05 Hz zgodni z norą IEC 60601-2-51 (AHA)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez sygnału dźwiękowego tetna?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 22


Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z bazą zapisów 100 badań EKG?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez profilu użytkownika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Pytanie 18: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez trybu LONG?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 33

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez współpracy z platformą na której można wykonać spirometrię?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez możliwości rozbudowy o próbę wysiłkową?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez możliwość rozbudowy o moduł do spirometrii?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 36

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez możliwości wydruku na zewnętrznej drukarce?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23: dotyczy zadania nr 4, aparat EKG pkt 37

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z częstotliwością próbkowania 3200 Hz?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 lampę szczelinową o następujących wysokościach szczeliny: 0,2, 1mm kwadrat, 2, 3, 5, 9, 14mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 lampę szczelinową wyposażoną w następujące filtry: błękit kobaltowy, beczzerwieny, amber, szary – naturalna gęstość?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 lampę szczelinową, w której odległość od oka pacjenta/powierzchni przyzmy wynosi 107mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 lampę szczelinową wyposażoną w światło LED, które jest bardziej ekonomiczne od światła halogenowego i nie wymaga stosowania zamiennych żarówek?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28:

Czy w Pakiecie nr 2 Poz. 1 Zamawiający dopuści lampę szczelinową o parametrach jak poniżej:

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



Mikroskop	
Typ mikroskopu:	Galileusz
Zmiana powiększenia	Obrotowy bęben (5 lub 3 stopnie)
Całkowite powiększenia:	10x, 16x, 25x
okular:	12.5x
kąt konwergencji okularu:	13°
zakres PD:	52-78mm
korekcja wady wzroku:	+/-6D
rzeczywiste pole widzenia:	Ø22mm, Ø13.5mm, Ø8.5mm
Parametry szczeliny:	
- szerokość szczeliny:	0-14mm regulowana płynnie
- dł. szczeliny:	1-14 regulowana płynnie
- średnica przesłony:	Ø14mm, Ø8mm, Ø3.5mm, Ø0.5mm
- obrót szczeliny:	0-180°
- filtry:	absorbujący ciepło, bezczerwienno, kobaltowo-niebieski
- oświetlenie halogenowe:	6V/20W
- luminacja:	≥KLX
Podstawa instrumentu	
- ruch wzdłużny: prawo-lewo:	110mm,
- ruch boczny: przód-tył:	110mm
- ruch pionowy: góra-dół:	30mm
- Delikatny ruch podstawy:	15mm
Podbródek	
- regulacja wysokości podbródka:	80mm
- punkt fiksacyjny:	LED, 3V
Zasilanie	
- napięcie:	220V/110V +/-10%
- częstotliwość:	50Hz/60Hz
- zużycie mocy:	30VA
- napięcie wyjściowe:	lampa: 6V, fiksacja 3V
Wymiary:	770mmx470mmx570mm
Waga brutto:	23kg

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29:

Czy w Pakiecie nr 2 Poz. nr 2 Zamawiający dopuści tonometr bezdotkowy o parametrach jak poniżej:

Zakres pomiarowy od 0 do 60 mmHg, (0-30 mm Hg/ 25-60 mm Hg)

Źródło światła: diodowe

Długość fali: 880 nm

Wielkość energii na wyjściu podczas pomiaru: <100 mikroW

Rodzaj oświetlenia przedniego odcinka oka: dioda o długości fali 780 nm

Możliwość wyboru trybów pomiarowych: manualny, automatyczne naprowadzanie, automatyczne naprowadzanie i pomiar

Możliwość ustawiania parametrów zarówno za pomocą pulpitu jak i ekranu

Sterowanie tonometrem zarówno za pomocą joysticka jak i dotykowego ekranu

Sterowanie podbródkiem z pulpitu

Możliwość korekcji pomiarów przez wynik pachymetrii

Wbudowana termiczna drukarka



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Zakresy ruchu: przód-tył: 40mm, lewo-prawo: 88mm, góra-dół: 50mm

Zakres ruchu podbródka: 70mm

Przekątna wyświetlacza: 5,7 cali

Wyjście RS 232C

System osiowania na ekranie dotykowym

Korekta ciśnienia wewnątrzgałkowego o grubość rogówki pacjenta

Automatyczne osiowanie i wyzwolenie pomiaru

Delikatny i cichy podmuch pomiarowy

Pomiar o dużej prędkości

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 2 – tonometr bezkontaktowy

Pytanie nr 30

Czy w punkcie 5 i 6 wymaganych parametrów technicznych Zamawiający wyrazi zgodę na zakresy pomiaru IOP 1-30mmHg i 1-60mmHg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Czy w punkcie 9 wymaganych parametrów technicznych Zamawiający wyrazi zgodę na odległość roboczą 8-9 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie w umowie zapisu, iż wstawienie na czas sprawnego sprzętu o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia będzie skutkowało tym, że Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy – poprzez dodanie do § 8 pkt. 1 ppkt. 2c zdania: „Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego o tych samych funkcjonalnościach”.

Dotyczy pakietu nr 2 – lampa szczelinowa

Pytanie nr 33

Czy w punkcie 4 wymaganych parametrów technicznych Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość szczeliny: 14 / 10 / 5 / 2 / 1 / 0,2 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek medyczny reanimacyjny (1 szt.)

Pytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 do 42 dni od dnia zawarcia umowy. Proponowany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki biorąc pod uwagę fakt, iż termin realizacji pokrywać się będzie z okresem urlopowym producenta wózków (nieczynna linia produkcyjna). Poza tym proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcyjnym wózków. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację, o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu i uruchomienia przedmiotowych wózków opatrunkowych. Zamawiający otrzymuje oferowane wózki w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności montażowe czy uruchamiające nie są zatem konieczne. W przypadku tego sprzętu wymóg ten



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszskielce.pl, edyta.kwasniewska@wszskielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



jest bezzasadny, a konieczność jego realizacji przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Tak Zamawiający rezygnuje z ww. wymogu w zakresie dostawy wózka medycznego reanimacyjnego. Stosowna korekta umowy zostanie naniesiona w momencie zawarcia przedmiotowego kontraktu.

Pytanie nr 36

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dokonania szkolenia pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Oferowane sprzęt jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózków w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Tak Zamawiający rezygnuje z ww. wymogu w zakresie dostawy wózka medycznego reanimacyjnego. Stosowna korekta umowy zostanie naniesiona w momencie zawarcia przedmiotowego kontraktu.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w pakiecie nr 2 na poszczególne pozycje?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszskielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Krzysztof Bidas

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA

mgr Edyta Kwasniewska