

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Kielce 27.08.2018 r.

EZ/ZP/75/2018/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dot.: przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę jednorazowych zestawów operacyjnych, serwet, obłożeń, folii, bielizny, fartuchów, ubrań operacyjnych, masek, czepków, pieluchomajtek, odzieży operacyjnej itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

EZ/ZP/75/2018/EK

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2 poz. 15): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według europejskich standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2 poz. 15): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające bardzo delikatny (nie powodujący podrażnień), jeden, tylni ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie takiego rozwiązania, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy i nie powoduje podrażnień skóry. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ


Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2 poz. 15): pieluchomajtki w rozmiarze L o chłonności 3070 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130 ml.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2 poz. 15): pieluchomajtki w rozmiarze S o chłonności 1950 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 1950 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 250 ml.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2 poz. 15): pieluchomajtki w rozmiarze S o obwodzie maksymalnym 56-85 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2 poz. 15): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające pojedynczy wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Essity – TENA, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7


Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2 poz. 15): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające tylko i wyłącznie wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Essity – TENA, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2 poz. 15): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające czytelne oznakowanie poziomu chłonności produktu w postaci systemu kropelkowego? Należy nadmienić, że takie oznakowanie jest bardzo pomocne dla personelu medycznego, który indywidualnie dobiera produkt do pacjenta. Dzięki temu rozwiązaniu personel jest w stanie odpowiednio dobrać produkt do poziomu nietrzymania moczu pacjenta, co chroni przed wyciekami i dodatkowym czasem pracy oraz kosztami. Ma to bezpośredni wpływ na oszczędności finansowe Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszskielce.pl, edyta.kwasniewska@wszskielce.pl



Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 15 z pakietu 2 i utworzenie z niej osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych i korzystniejszych ekonomicznie ofert na tą pozycję.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 Pakiet 1 poz.1,poz.4, poz.6

Prosimy o dopuszczenie serwet o wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro ≥ 190 kPa zamiast >190 kPa.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 11 Pakiet 1 poz.2

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm zamiast 80x1422 cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 12 Pakiet 1 poz.7

Prosimy o dopuszczenie serwety do operacji kończyn w rozmiarze 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 5cm wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m², pozbawionego pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 13 Pakiet 1 poz.7

Prosimy o dopuszczenie serwet o odporności na rozerwanie na mokro i sucho w obarże krytycznym ≥ 190 kPa zamiast >190 kPa, oraz na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho ≥ 88 N zamiast >88 N.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 14 Pakiet 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wklucia centralnego z serwetą foliowaną w rozm. 60x50 i serwetą laminowaną w rozm. 60x50 przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 15 Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym strzykawka iniekcyjna 20ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra z nakręcaną końcówką luer lock posiada kolor niebieski? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 16 Pakiet 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym pojemnik na zużyte igły posiada następujące parametry:

- pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela - pozwala w bezpieczny i łatwy sposób przechowywać elementy ostre
- pełna powierzchnia magnesu - umożliwia zabezpieczenie ostrzy od skalpela
- centralnie umieszczony chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki
- 20-stanowiskowa gąbka - stanowiska do bezpiecznego wklucia różnego rodzaju igieł
- rozmiar: 11x5,5x3,5cm

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszskielce.pl, edyta.kwasniewska@wszskielce.pl



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytania do umowy:

Pytanie nr 17

Zważywszy na treść § 3 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości takiego określenia nawet przy zachowaniu należytej staranności przez Zamawiającego albowiem wielkość zamówienia zależy od liczby pacjentów oraz rodzaju schorzeń czego nie da się przewidzieć.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) wzoru umowy słowa „10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taką karę należałoby uznać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) wzoru umowy zostały dodane słowa „, nie więcej jednak niż 25% wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. d) wzoru umowy zostały dodane słowa „, nie więcej jednak niż 25% wartości brutto towaru, którego dotyczy uchybienie”?

Jak słusznie wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11 „kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. Kara umowna w wysokości 300 zł, 200 zł i 100 zł jest całkowicie niezależna od wartości towaru. W przypadkach, w których zwłoka/uchybienie dotyczy tylko nieznacznej ilości towaru o nieznacznej wartości, taka kara byłaby większa od wartości towaru, którego dotyczy



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



zwłoka/uchybień. Taką karę należałoby uznać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażąco stratą”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

(pakiet 9) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4tygodni od daty podpisania umowy a do tego czasu dostawa zestawów o podobnym składzie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiet nr 9, poz. 1 Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej serwetki okulistycznej 100x100 cm z otworem 10x10 cm, z kieszenią/workiem na płyn, wypełniony folią chirurgiczną rozciętą.

Pozostałe parametry w granicach określonych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiet nr 10, poz. 1 Zestaw do stengraftu o następującym składzie:

1 x serwetka do owinięcia służąca jako przykrycie na stolik dla instrumentariuszki **150x300 cm** (zamiast 150x250cm), chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m², nieprzemakalność min. 250 cm H₂O,

1 x serwetka zabiegowa o wymiarach **250x480 cm** (zamiast 300x450-480 cm), w górnej części wykonana z wielowarstwowej włókniny typu SMS oddychającej, paraprzepuszczalnej o wymiarach **120x250 cm** (zamiast 120x300 cm), o gramaturze min. 51 g/m², w części środkowej serwetki wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m², nieprzemakalności min. 960 cm H₂O o wymiarach **95x250 cm** (zamiast 100x300 cm), otwór 50x70cm zabezpieczony folią chirurgiczną, otoczony warstwą wysokochłonna o gramaturze min. 105 g/m², nieprzemakalności min. 960 cm H₂O, wykonana z 4-warstwowego laminatu nieprzemakalnego pochłaniająca materiał biologiczny i płyny, pozostająca na powierzchni sucha niebrudząca zespołu operacyjnego i pacjenta, o rozmiarze **95x215 cm** (zamiast 100x210 cm), z przezroczystą foliową wstawką po obu stronach o wymiarach **77,5x120 cm** (zamiast 90x110 cm (+/- 5 cm)), umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego, oraz dolnej części serwetki wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m², nieprzemakalności min. 960 cm H₂O, o wymiarze **145x250 cm** (zamiast 145x300 cm (+/-5 cm)),

3x serwetka samoprzylepna 75x100 cm

1 x miska plastikowa transparentna 500 ml,

1 x miska plastikowa niebieska 500 ml,

1 x miska na przewodnik 2500 ml, z uchwytami zapobiegającymi wysuwaniu się przewodnika

1 x strzykawka 2 ml 3-częściowa zakręcana Luer Lock,

1 x strzykawka 10 ml 3-częściowa zakręcana Luer Lock,

1 x strzykawka 20 ml 3-częściowa zakręcana Luer Lock,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszckielce.pl, edyta.kwasniewska@wszckielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



1 x osłona na stolik Mayo, 80x140-145 cm, wzmocniona kolor czerwony,
2 x kieszeń jednokomorowa 30x40 cm,
2 x ręcznik do osuszania rąk,
1 x pojemnik magnetyczny na zużyte igły i skalpele, zamykany, na min. 20 pozycji igły, strona magnetyczna na skalpele,
2 x chusteczka do skóry nasączona alkoholem izopropylowym tworzącym miejscowy film ochronny między skórą pacjenta a przylepcem.
Pozostałe parametry w granicach określonych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 24 Pakiet nr 7 Poz. 1

Czy można zaoferować zestaw, w którym gramatura wzmocnienia w serwecie głównej wynosi 109,5gt/m²? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 25 Pakiet nr 7 Poz. 1

Prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu nr 7 i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 7 pozycję numer 2 do osobnego Pakietu o numerze 15.

Pakiet nr 15 otrzymuje nazwę Zestaw do zabiegów by pass.

Pytanie nr 26 Pakiet nr 2 Poz. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w pozycji 13 zestawu okulistycznego mającego w swoim składzie:

- 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wymiar 100x150cm, zamiast 150x150 o parametrach wymaganych przez Zamawiającego,
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm zamiast 1 szt.

Pozostały skład zestawu i wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 27 Pakiet nr 2 Poz. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 w pozycji 14 zestawu otolaryngologicznego posiadającego w swoim składzie dodatkowo taśmę samoprzylepną 10x50cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.:

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 28 Pakiet 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29 Pakiet 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 Pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 Pakiet 2, poz. 5

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszskielce.pl, edyta.kwasniewska@wszskielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 32 Pakiet 2, poz.5

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33 Pakiet 2, poz.5

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 34 Pakiet 2, poz.5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35 Pakiet 2, poz.6

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 36 Pakiet 2, poz.6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37 Pakiet 2, poz.7

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38 Pakiet 2, poz.7

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 Pakiet 2, poz.7

Czy zamawiający dopuści maskę wiążaną na troki, maska o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm lub maskę na gumki, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 12 cm, w kolorze zielonym, pakowane po 50 szt. w kartoniku?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40 Pakiet 2, poz.7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41 Pakiet 2, poz. 8-9

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszskielce.pl, edyta.kwasniewska@wszskielce.pl



Pytanie nr 42 Pakiet 2, poz. 8

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym; o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43 Pakiet 2, poz. 8-9

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44 Pakiet 2, poz. 9

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, bez gumki z tyłu , w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45 Pakiet 2, poz. 1-2,5-9

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2,5-9 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46 dotyczy pak.13 poz.1,3,4

Czy Zamawiający dopuści folie wykonane z poliestru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ,

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 47 dotyczy pak. 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną, antystyczną, matową, antyreflekcyjną, elastyczną, z folię polietylenową o grubości 0,05 mm, klej akrylowy, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne: papier-folia, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, wyrób medyczny klasy IIa. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar całkowity 60 x 35 części lepnej 35 x 35. Tym samym dopuści próbki zaoferowanego asortymentu.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 48 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wymiarach 40x35 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 49 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy, o wymiarach 150x210 cm? Zwiększona długość serwety pozwoli na bezpieczniejsze owinięcie całego zestawu. Pozostałe komponenty zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszzkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl



Pytanie nr 50 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 150x 210 cm zamiast 150 x 190 cm? Serweta ta stanowi jednocześnie owinięcie zestawu, a jej zwiększona długość pozwoli na bezpieczniejsze owinięcie całego zestawu? Pozostałe parametry serwety zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 51 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 27

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji 27 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a **spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję 27 - Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy z Pakietu nr 5.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.bip.wszzkielce.pl

1. Nowy wzór Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.
2. Nowy wzór Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
3. Pismo w sprawie modyfikacji treści SIWZ.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesługuje termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 12.09.2018r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert: 12.09.2018 r. g 10:30

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Domański

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA
mgr Edyta Kwasniewska

