



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 01.09 2019 r.

EZ/ZP/120/2019/RI

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót ogólnobudowlanych i budowlano-montażowych - dostosowanie pomieszczeń w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa wraz z dostawą i montażem maceratora do Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w ramach realizacji Programu Dostosowawczego w WSzZ w Kielcach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2018r poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Zamawiający prawdopodobnie niewłaściwie opisał nazwę przedmiotu zamówienia jako typu Pulpmatic Ultima lub równoważny. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazany jest macerator do pieluch, to urządzenie typu Pulpmatic Ultima lub równoważne przeznaczone jest do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej, nie zaś pieluchomajtek. Prosimy o upewnienie się co do poprawności tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo podał, iż przewiduje zainstalowanie maceratora do pieluch, w rzeczywistości ma być zamontowany macerator do pulpy celulozowej.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje **Załącznik nr 1a do SIWZ – Opis parametrów techniczno-funkcjonalnych**

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem „Napięcie 230V 50 Hz” a „Prąd 400V”, są to parametry wzajemnie wykluczające się. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o zasilaniu 3-fazowym 400 V, stosowanym w maceratorach do pieluch.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie zmodyfikował wymogi dotyczące zasilenia maceratora, tj. zasilenia 230V. Dodatkowo zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu, w którym przewiduje się zainstalowanie maceratora znajduje się złącze do prądu trójfazowego.



Pytanie nr 3

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o deklaracji zgodności producenta, nie będącego wyrobem medycznym. Uzasadnienie: maceratory nie są urządzeniami medycznymi i nie podlegają przepisom ustawy wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zamawiający w specyfikacji podaje parametry urządzenia PULMATIC ULTIMA lub urządzenia równoważnego. Urządzenie to jest maceratorem do pulpy celulozowej a nie urządzeniem do utylizacji pieluch. W przedmiarze podany jest macerator PULMATIC ULTIMA, który jest dwukrotnie tańszy od maceratora do pieluch. Proszę o dokonanie zmiany w przedmiarze i specyfikacji urządzenia.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na w/w pytanie udzielono w Pytaniu nr 1.

Pytanie nr 5

W ogłoszonym przetargu brakuje przedmiaru na roboty elektryczne. Czy Zamawiający może je uzupełnić?

Odpowiedź:

W dniu 23.08.2019r. Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej o PRZEDMIAR – branża elektryczna i zamieścił na stronie internetowej bip.wszkielce.pl

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w przedmiarze założył doprowadzenie zasilania trójfazowego do podłączenia maceratora?

Odpowiedź:

Odpowiedzi na w/w pytanie udzielono w Pytaniu nr 2.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy silnika 1,3kW oraz mocy pompy 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ, gdyż zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1 Zamawiający wskazał, iż wymaga zainstalowanie maceratora do pulpy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940mm wys., posiadające obudowę ze stali nierdzewnej (ściany) oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego (panel główny/pokrywa) z systemem antybakteryjnym?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ



Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany ręcznie, otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na w/w pytanie udzielono w Pytaniu nr 3.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem cyklu 96 sekund?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) modyfikuje SIWZ poprzez wprowadzenie nowego Załącznika nr 1a – Opis parametrów techniczno – funkcjonalnych, tj.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



BYŁO:

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Macerator do pieluch – 1 szt.

Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne	TAK/NIE (określić)	PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
Wykonawca / Producent		
Nazwa-model/typ		
Kraj pochodzenia		
Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji 2018/2019		
Macerator typ Pulpmatic Ultima /lub równoważny	TAK	
Napięcie 230 V, 50 Hz, 2600W	TAK	
Wymiary 500mm(sz) x 600mm(g) x 1042mm (w) / (±3mm)	TAK	
Moc Silnik 2200W Pompa 345W	TAK	
Liczba naczyń na cykl do 4 wkładów	TAK	
Liczba aktywnych bloków tnących 2 bloki	TAK	
Czas cyklu 120 sek	TAK	
Pokrywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra	TAK	
Obsługa automatyczne otwieranie i zamykanie poprzez czujniki podczerwieni	TAK	
Waga max. 90 kg	TAK	
Głośność max. 60 dB	TAK	
Podłączenia: Odpływ 50 mm Woda Zimna 3/4" Prąd 400V	TAK	
Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Deklaracja zgodności i certyfikat CE producenta	TAK	

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..... dnia 2019 r.
miejscowość

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl




JEST:

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Macerator do pulpy – 1 szt.

Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne	TAK/NIE (określić)	PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY
Wykonawca / Producent		
Nazwa-model/typ		
Kraj pochodzenia		
Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji 2018/2019		
Macerator typ Pulpmatic Ultima /lub równoważny	TAK	
Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych	TAK	
Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego.	TAK	
Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni	TAK	
Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji	TAK	
Wbudowana pompa perystaltyczna	TAK	
System 9 noży tnących	TAK	
Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy.	TAK	
Moc silnika 750W	TAK	
Waga 75 kg	TAK	
Zasilanie 230V	TAK	
Czas trwania cyklu do 120 sekund	TAK	
Wsad do 8 naczyń na cykl	TAK	
Odpływ 50 Φ	TAK	
Poziom hałasu 59,5 dba	TAK	
Wymiary 500 szer x 1042 wys x 600 głęb mm	TAK	
Podłączenie wody 3/4''	TAK	
Zbiornik na wodę 24 litry	TAK	



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Zużycie wody z możliwością regulacji - 15-26 L	TAK	
Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra	TAK	
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej	TAK	
Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej	TAK	
Czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu	TAK	
Łatwa do demontażu ściana przednia	TAK	
Dopływ wody zimnej: rurka zasilająca o średnicy 3/4 cala	TAK	
Zabezpieczenie IP54	TAK	
Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED	TAK	

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..... dnia 2019 r.
miejscowość

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Wprowadzone odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
inż. Andrzej Domański

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski