



Kielce 17.10.2023 r.

EZ/182/2023/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „*Dostawy materiałów zużywalnych do aparatów nerkozastępczych i hemodializy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 2: Linia krwi – komplet (tętnica, żyła, worek), z jeziorkiem wyrównawczym na tętnicy, średnica segmentu pompy 8,0 mm, długość 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści: Dializatory niskoprzepływowe sterylizowane radiacyjnie: o powierzchni 1,4 m² - 2,2 m² do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści: Dializatory niskoprzepływowe sterylizowane radiacyjnie: o powierzchni 1,6 m² - 2,2 m² do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 4


Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 dializatorów niskoprzepływowych, heliksonowych, o powierzchni 1,4m² oraz 1,8m², sterylizowanych parą wodną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 – dotyczy § 10 ust. 1 wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotu dzierżawy i/lub przedmiotu użyczenia – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru**
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotu dzierżawy i/lub przedmiotu użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru**
- d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości **50,00 zł** za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert z odpowiednią adnotacją pod pakietem. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Stróżyk
INSPEKTOR

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Z-CIA DYREKTORA
ds. leczenia

Krzysztof Bidas