

Załącznik nr 10 do SIWZ**WÓZEK REANIMACYJNY**

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	
Rok produkcji 2010	

Lp.	Parametry/warunek	Konieczność spełnienia warunku	Potwierdzenie spełnienia warunku - opisać
1.	Konstrukcja korpusu z wytrzymałego tworzywa sztucznego z powłoką antybakteryjną.	TAK	
2.	Wózek wyposażony w dwie szuflady o wymiarach 510x430x75mm (+/- 5mm), jedną szufladę o wymiarach 510x430x203mm (+/- 5mm) i jedną szufladą o wymiarach 510x430x150mm (+/- 5mm). Szuflady zamykane zamkiem centralnym.	TAK	
3.	Całkowita wysokość wózka 980 mm (+/-20mm).	TAK	
4.	Koła o średnicy min. 100 mm z czego co najmniej 2 wyposażone są w hamulec, piąte kółko ułatwiające manewrowalność wózka uruchamiane dźwignią ręczną umieszczoną przy uchwycie do popychania wózka	TAK	
5.	W szczycie wózka po lewej stronie 3 uchylne pojemniki, z prawej strony półka pod ssak. Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste białe lub przyciemnione.	TAK	
6.	Wózek wyposażony w schowek w blacie wózka, pojemnik żelowy na blacie wózka, płytę podplecowa umieszczoną z przodu wózka, obrotową półkę pod defibrylator, uchwyt na butlę z tlenem, pręt infuzyjny, zestaw 100 szt. plomb	TAK	