

**Załącznik nr 8 do SIWZ****Lodówka medyczna do zabudowy - Kardiochirurgia – zestaw nr 130-1; 143A; 201 A; 212A; 212B**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres  |  |
| Rok produkcji 2010                    |  |

| L.P | Opis parametrów granicznych  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1.  | wymiary zewnętrzne:<br>-szer. 470-480 cm<br>-gł. 500 - 510 cm<br>-wys. 720-740 cm  | Tak/Podać           |                     |
| 2.  | pojemność 80 – 82 litry  | TAK/podać           |                     |
| 3.  | temperatura pracy regulowana od +2stC do +12 st C (+/-1)                           | TAK                 |                     |
| 4.  | Automatycznie utrzymywana zadana temperatura niezależnie od warunków zewnętrznych  | TAK                 |                     |
| 5.  | Automatyczne rozmrażanie   | TAK                 |                     |
| 6.  | Drzwi zamykane na klucz  | TAK                 |                     |
| 7.  | szuflady min. 3 szt. o wymiarach ok. 340x370mm                                     | TAK/podać           |                     |
| 8.  | Kompresor hermetycznie zamknięty, wentylowany dynamicznie o niskim poziomie hałasu | TAK                 |                     |
| 9.  | Średnie zużycie energii max. 0,7 kWh/24h   | TAK                 |                     |
| 10. | zasilanie 230V, 50 Hz  | TAK                 |                     |