



Szpital akredytowany

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: wszskielce@poczta.onet.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-259, -269, -339



EZ/ZP/94/2010

Kielce, dnia 28.06.2010 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania EZ/ZP/94/2010 na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: kardiomonitorów stacjonarnych, kardiomonitorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

ad 7. czy zamawiający dopuści kardiomonitor z wyborem monitorowanych odprowadzeń w 7 urządzeniach 1 lub 2 lub 7 odprowadzeń EKG i w 4 urządzeniach 1 lub 2 lub 7 lub 12 odprowadzeń EKG?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2

ad 11. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru rytmu serca od 40 do 240 P/min?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3

ad 13. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym inwazyjnego ciśnienia od – 50 do +300 mmHg?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
inż Andrzej Domański**