



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: wszkiecelce@poczta.onet.pl

Dział Zamówień Publicznych  
tel. (041) 36-71-259, -269, -339



EZ/ZP/93/2010

Kielce, dnia 29.06.2010 r.

## Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy:** Postępowania EZ/ZP/93/2010 na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania – klasy wysokiej 1 szt., aparatu do znieczulania – klasy średniej 1 szt. dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1 – aparat do znieczulania – klasy wysokiej - 1 szt.**

Ad pkt. 109

Czy zamawiający dopuści zamiast pomiaru BIS pomiar Entropii, metoda podłączenia do monitora modułu w postaci kostki – bez udziału serwisu. Oprogramowanie w języku polskim?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Tak. Zamawiający dopuszcza zamiast pomiaru BIS pomiar Entropii.

**Pytanie nr 2 - aparat do znieczulania – klasy wysokiej – 1 szt.**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fabryczne nowego aparatu wyprodukowanego w grudniu 2009 r.?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 3 – aparat do znieczulania – klasy średniej – 1 szt.**

**Ad pkt. 37.** Czy zamawiający dopuści ujednoczony minimalny zakres PEEP od 4 – 30 cm H<sub>2</sub>O zgodnie z zapisem w aparatach klasy wysokiej?

**Odpowiedź na pytanie nr 3 dot. pkt 37**

Tak. Zamawiający dopuszcza ujednoczony minimalny zakres PEEP od 4 – 30 cm H<sub>2</sub>O.

**Ad pkt. 47.**

Czy zamawiający dopuści alarm niskiej częstości oddechów z regulowanymi progami zakresów górnym i dolnym w monitorze pacjenta?

**Odpowiedź na pytanie nr 3 dot. pkt. 47**

Tak. Zamawiający dopuści alarm niskiej częstości oddechów z regulowanymi progami zakresów górnym i dolnym w monitorze pacjenta.

**Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych  
inż Andrzej Domański**