



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: wszkielce@poczta.onet.pl



Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-259, -269, -339

EZ/ZP/107/2010

Kielce, dnia 20.07.2010 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania EZ/ZP/107/2010 na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania wysokiej klasy, aparatu do znieczulania – klasy średniej dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

dot. zał. nr 1 do siwz - pkt. 15, 16, 17

Czy zamawiający w aparacie klasy wysokiej będzie wymagać mocowania typu Selectacet, a rezygnuje z dostarczenia 1 parownika do Sevofluranu i 1 parownika do Desfluranu, podobnie do poprzedniego postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający w aparacie wysokiej klasy (pkt. 15 zał. nr 1 do siwz) oczekuje uchwytu do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie w systemie Dreager. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z dostarczenia parownika do Sevofluranu z wlewem typu QF oraz adapterem do szybkiego opróżniania i mocowania selectacet (pkt. 16 zał. nr 1 do siwz) oraz rezygnuje z parownika do Desfluranu i mocowaniem Selectacet (pkt. 17 zał. nr do siwa).

Pytanie nr 2

dot. zał. nr 2 do siwz - pkt. 57. Czy zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia aparatu do znieczulania wyposażonego w 1 parownik do Sevofluranu, jak był w poprzednim postępowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak. Zamawiający rezygnuje z dostarczenia parownika do Sevofluranu z mocowaniem typu Selectacet i wlewem typu QF; na wyposażeniu adapter do szybkiego opróżniania parownika (ujęte pkt. 57 zał. nr 2 do siwz). Zamawiający jednocześnie informuje, że w poz. 54 zał. nr 2 do siwz zamiast uchwytu do zamontowania parownika w systemie Selectacet, oczekuje uchwytu do zamontowania parownika w systemie Dreager.

**Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
inż Andrzej Domański**