



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: zamowienia@wszkielce.pl

Dział Zamówień Publicznych  
Tel. (041) 30-33-416



Kielce 08.02.2017 r.

EZ/ZP/13/2017

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę pomp insulinowych dla III Oddziału Endokrynologiczno-Diabetologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**  
**Znak sprawy: EZ/ZP/13/2017**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy zamawiający w załączniku nr 2 Parametry techniczne, parametr dotyczący „Rok produkcji 2016” rozumie jako 2016/2017?

**Odpowiedź: Zamawiający rozumie ten parametr jako rok produkcji pompy nie starszy niż 2016 rok.**

Pytanie 2

Czy zamawiający, w związku z przetargiem na osobiste pompy insulinowe i podziałem na trzy pakiety, w przypadku wygrania więcej niż jednego zadania dopuści dostarczenie jednego Zestawu komputerowego o parametrach wynikających z załącznika nr 2 parametry techniczne? Dodatkowo, czy zamawiający przez stwierdzenie „Zestaw komputerowy fabrycznie nowy” rozumie rok produkcji 2017?

Program do czytywania pomp jest instalowany na komputerze w poradni diabetologicznej i tworzona w nim baza pomaga w jednym miejscu przetrzymywać i konsultować osiągnięte przez pacjentów cele i wyniki terapeutyczne. Wszystkie pompy oferowane przez firmę komunikują się z i współpracują z jednym oprogramowaniem dostarczonym i instalowanym przez Przedstawicieli firmy.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego zestawu komputerowego o parametrach wynikających z załącznika nr 2 Parametry Techniczne. Przez stwierdzenie „Zestaw komputerowy fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie zestaw komputerowy z datą produkcji 2017 rok.**

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

Z-CA DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych  
*mgr inż. Jacek Jaworski*

Z poważaniem  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Andrzej Domański*