

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych  
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-417  
zamowienia@wszkielce.pl



EZ/ZP/9/2017/EK

Kielce, dnia 17.02.2017r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel. 41-30-33-417, 41-36-71-339, fax 41-366-00-14  
e-mail: zamowienia@wszkielce.pl

Do wszystkich zainteresowanych

*Dotyczy : Postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę neuroendoskopu operacyjnego dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.*


Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw do wentrikulostomii o poniższych parametrach:

**Pytanie nr 1**

1. Optyka wentrikuloskopowa, z systemem wałeczków optycznych typu HOPKINS II, okular skośny o kącie patrzenia 6°, średnica 6,1 mm, długość robocza 18 cm. Optyka wyposażone w 3 kanały robocze (jeden o średnicy 2,9 mm i dwa kanały o średnicy 1,6 mm), autoklawowalna.
2. Płaszcz operacyjny do dedykowany do optyki wentrikuloskopu o średnicy 6,8 mm i długości roboczej 14 cm
3. Obturator do płaszcza operacyjnego wentrikuloskopu
4. Obturator optyczny do płaszcza operacyjnego wentrikuloskopu
5. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0°, średnica 2 mm, długość 26 cm współpracująca z obturatorem optycznym wentrikuloskopu. Autoklawowalna.
6. Nożyczki haczykowate typu ClickLine, średnica 2,7 mm, jedno ostrze ruchome, długość robocza 30 cm
7. Nożyczki typu ClickLine, ostre, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm
8. Kleszcze typu ClickLine, do wetriculostomii, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm
9. Nożyczki, ostre, jedno ostrze ruchome, średnica 1,3 mm, długość robocza 30 cm
10. Kleszcze do wetriculostomii, giętkie, średnica 1 mm, długość robocza 30 cm
11. Kleszcze bipolarne typu TAKE-APART, długie
12. Elektroda koagulacyjna, bipolarna, średnica 1,3 mm, długość robocza 30 cm
13. Elektroda koagulacyjna, bipolarna, średnica 1,7 mm, długość robocza 30 cm
14. Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną
15. Światłowód o średnicy 3,5 mm i długości 3 m.
16. Kontenery wraz z drucianymi koszami na optyki i narzędzia w ilości i wymiarach odpowiadającej powyższemu zestawowi.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza się.**



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych  
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-417  
zamowienia@wszkielce.pl



**Pytanie nr 2**

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 30 dni kalendarzowych.**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż przesuwa termin na składanie ofert.

Ofertę należy złożyć **do dnia 23.02.2017 do godz. 10.00**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*[Signature]*  
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA  
*[Signature]*  
mgr Edyta Kwaśniewska