



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: zamowienia@wszkielce.pl

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (041) 30-33-416



Kielce, dn. 02.03.2017 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/18/2017

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia na *Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hemoglobiny glikowanej dla potrzeb III Oddziału Chorób Dziecięcych Endokrynologiczno-Diabetologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach EZ/ZP/18/2017*

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników o stabilności 8 tygodni po otwarciu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza 8 tygodniową stabilność odczynników po otwarciu.

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator używany?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga aby aparat był fabrycznie nowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego oznaczenie hemoglobiny glikowanej w 3 minuty?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dotyczy pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie wymagającego codziennej konserwacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu, który automatycznie wykonuje wszystkie dzienne czynności konserwacyjne.

Pytanie nr 5

Dotyczy pkt 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z pojemnikami na bufor w formie przezroczystych butelek, umożliwiających wizualną ocenę buforów? Bufory firmy Bio-Rad Laboratories zawierają substancje stabilizujące eliminujące wpływ światła.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza wizualnej oceny poziomu odczynników, wymaga elektroniczną ocenę pomiaru ilości odczynników i powiadomienie o tym na ekranie.

Pytanie nr 6

Dotyczy pkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora korzystającego z alarmów zdefiniowanych przez producenta analizatora?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga możliwości wprowadzenia własnych alarmów z uwagi na specyfikę pracy w Oddziale Diabetologicznym.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

e-mail: zamowienia@wszkielce.pl

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (041) 30-33-416



Pytanie nr 7

Dotyczy pkt 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora dla którego procedurę kalibracji wykonuje się na dwóch poziomach jeden raz na zestaw odczynnikowy? Kalibracja aparatu jest jednym z podstawowych zadań osoby obsługującej analizator. Również firma Tosoh producent analizatora G8 zaleca kalibrację aparatu raz w tygodniu. Dodatkowo według firmy Tosh kalibracja jest wymagana gdy: wartości kontroli są poza zakresem, po wymianie kolumny, po czynnościach konserwacyjnych oraz parametry metody uległy zmianie.

Odpowiedź: Procedura kalibracyjna na 2 poziomach odczynnikowych. Nie dopuszczamy zestawów odczynnikowych

Pytanie nr 8

Dotyczy pkt 16

Czy w zapisie „Dokładność pomiaru <2% CV wg NGSP i IFCC” Zamawiający miał na myśli precyzję pomiaru?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga potwierdzenia precyzji pomiaru aktualnymi (na 2017) certyfikatami z NGSP i z IFCC

Pytanie nr 9

Czy precyzja pomiaru ma być potwierdzona oficjalną instrukcją zestawu odczynnikowego / analizatora pochodzącą od producenta?

Odpowiedź: Dopuszcza jako dodatkowe potwierdzenie. Wymaga potwierdzenia precyzji pomiaru aktualnymi certyfikatami z NGSP i z IFCC

Pytanie nr 10

Dotyczy pkt 17

Czy Zamawiający dopuści analizator gdzie wymiana kolumny odbywa się przy każdej zmianie zestawu odczynnikowego przez osobę obsługującą analizator?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wymiany kolumny przez osobę obsługującą analizator.

Pytanie nr 11

Dotyczy pkt 19

Czy Zamawiający dopuści analizator monitorujący zużycie odczynników, posiadający licznik wykonanych analiz bez możliwości uruchomienia powiadomienia dźwiękowego?

Odpowiedź: Tak, o ile poziom odczynnika będzie monitorowany elektronicznie, a użytkownik będzie o nim informowany.

Pytanie nr 12

Dotyczy pkt 20


Prosimy o zmianę zapisu „Możliwość wykonania badania z próbek pobranych na różne antykoagulanty – EDTA, heparyna, cytrynian, NaF” na „Możliwość wykonania badania z próbek pobranych na EDTA”. Oznaczenia hemoglobiny wykonuje się z próbek pobranych na EDTA, np. w celu wykonania morfologii krwi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 13

Dotyczy pkt 21

Prosimy o wykreślenie zapisu „ Dokładność wyniku pomiaru – do dwóch miejsc po przecinku”. Zapis ten jest bezzasadny ponieważ wyniki hemoglobiny glikowanej wydaje się w dwóch jednostkach: „,%”



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: zamowienia@wszkielce.pl

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (041) 30-33-416



– standaryzacja NGSP oraz „mmol/mol” – standaryzacja IFCC. Organizacja NGSP w swoich rekomendacjach zaleca wydawanie wyników pacjentów w % z jednym miejscem po przecinku, natomiast organizacja IFCC zaleca wydawanie wyników w mmol/mol po zaokrągleniu do liczb całkowitych, bez żadnego miejsca po przecinku.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 14

Dotyczy pkt 22

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „ Zakres metody (liniowość pomiaru) – min 15 %”. Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał liniowość metody do 15 % według NGSP?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby górna granica wartości zakresu metody była nie mniejsza niż 15% wg NGSP

Pytanie nr 15

Dotyczy umowy dzierżawy zał 3a, par 3 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas dostawy aparatu do 14 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Czas dostawy zgodnie zapisem w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści analizator do pomiaru hemoglobiny glikowanej wraz z odczynnikami, który był dotychczas używany z powadzeniem przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat spełniający wymagania zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.

Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania ofert:

Było:

- Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2017 r. do godz. 11.00

Jest:

- Ofertę należy złożyć do dnia 06.03.2017 r. do godz. 11.00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Domański
Andrzej Domański

Dział Zamówień Publicznych

mgr Marek Konarski
GŁÓWNY SPECJALISTA

