



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41/30-33-517, (041) 36-71-269, -339  
zamowienia@wszkielce.pl



Kielce, dnia 18.09.2017r.

EZ/ZP/79/2017/EK

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy : Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę doposażenia i wyposażenia w sprzęt i aparaturę gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy: EZ/ZP/79/2017/EK.**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dot. Załącznik nr 2f do zaproszenia- Komplet podstawowych narzędzi chirurgicznych**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści trzonek do ostrzy nr 4 o długości 135mm? Nieznaczna różnica w rozmiarze narzędzia nie wpływa na pracę instrumentem

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści Pincete chirurgiczna o wymiarze 14,5 cm? Nieznaczna różnica w rozmiarze narzędzia nie wpływa na pracę instrumentem

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki homeostatyczne typu Crille-Rankin o długości 16cm?

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści Łyżkę kostna typu VOLKMAN fig. 0000 (2,8mm) lub fig. 000 (3,8mm)?

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści Łyżkę kostna typu VOLKMAN fig. 00 (4,8mm) lub fig. 0 (5,8mm)?

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści Łyżkę kostna typu VOLKMAN fig. 2 (8,3 mm) lub fig. 3(10 mm)?

**Odpowiedź:** tak, dopuszcza się.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści ofertę z m.in. lampą zabiegową statywową LED o następujących parametrach:

- z czaszą zawierającą 12 diod o parametrach świetlnych oczekiwanych przez Zamawiającego - dotyczy punktu 6 załącznika nr 2b,
- ze średnicą pola operacyjnego 100 -130 mm - - dotyczy punktu 8 załącznika nr 2b,
- z temperaturą barwową 4700 K (parametr lepszy) - dotyczy punktu 10 załącznika nr 2b,
- z regulowaną wielkością plamy świetlnej w zakresie 100 - 130 mm - dotyczy punktu 1671 załącznika nr 2,

Pozostałe parametry lampy zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** nie dopuszcza się.

**Pytanie nr 3**

**Zadanie :Komplet podstawowych narzędzi chirurgicznych – 1 szt.**

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzonka do ostrzy nr 4 o długości 135mm?
- 3) Prosimy o sprecyzowanie punktu 3 pinceta chirurgiczna długość 140mm - Czy ma być 1 x 2 zębki , 2 x 3 zębki czy 3 x 4 zębki ? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pincety chirurgicznej o długości 145mm?
- 7) Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczyków hemostatycznych Pean zagiętych o długości 120mm lub 130mm?

Odpowiedź: tak, dopuszcza się.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wszystkie pozycje zgodnie z Załącznikiem nr 1a do Zaproszenia. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA  
mgr Edyta Kwasniewska