



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517, (041) 36-71-269,-339
zamowienia@wszkielce.pl



Kielce, dnia 19.09.2017r.

EZ/ZP/79/2017/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy : Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę doposażenia i wyposażenia w sprzęt i aparaturę gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy: EZ/ZP/79/2017/EK.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dot. Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (który zajmuje ok. 1 min.), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wielkość plamy świetlnej 15 cm z odległości 1 m, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Plama światła jest jednak większa i wynosi ok. 20 cm. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Czy Zamawiający dopuści średnicę pola roboczego wynoszącą: 17 cm z 1m, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi ok. 22 cm. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia wynoszące 50 000 lux z 1 m ?

Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsamy z wymaganym.

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów)?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetlnej.

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 modułów)? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetlnej.

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja" pozwalające na dokładne oświetlenie badanego pola?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wszystkie pozycje zgodnie z Załącznikiem nr 1a do Zaproszenia. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA

mgr Edyta Kwasniewska