



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517  
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



Kielce <sup>03.10</sup> 2017 r.

EZ/ZP/82/2017/EK

*Do wszystkich zainteresowanych*

**dotyczy :** postępowania na zakup i dostawę **różnego sprzętu medycznego w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności” dla potrzeb Kliniki Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**  
**znak sprawy:** EZ/ZP/82/2017/EK

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1; dotyczy Mikrotom rotacyjny manualny – 1 szt.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 9 - **Mikrotom rotacyjny manualny – 1 szt.** – mikrotom rotacyjny – do osobnego pakietu, co ułatwi start większej ilości Wykonawców?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2; dotyczy Mikrotom rotacyjny manualny – 1 szt.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia posiadającego funkcję cofania preparatu, która chroni nóż i preparat. Użytkownik może włączać i wyłączać funkcję cofania za pomocą przycisków ON i OFF. Kiedy funkcja jest włączona, preparat jest cofany o 40 µm w kierunku górnej pozycji końcowej po skoku cięcia, w czasie ruchu powrotnego. Przed doprowadzeniem skrawków nowej grubości zostanie najpierw wykonany przesuw równy wartości powrotu.

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3; dotyczy Mikrotom rotacyjny manualny – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia, gdzie regulacja grubości trzymowania odbywa się poprzez wybór odpowiedniej grubości na pokrętle sterowania grubością cięcia? Takie rozwiązanie pozwala na zaoferowanie znacznie tańszego urządzenia, o parametrach cięcia nie ustępujących innym mikrotomom na rynku. Dodatkowo pozwala to na uniknięcie potencjalnych awarii tego elementu mechanicznego w przyszłości.

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4; dotyczy Mikrotom rotacyjny manualny – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia o stałej retrakcji, bez możliwości wyłączenia?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5; dotyczy Mikrotom rotacyjny manualny – 1 szt.**

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń wyposażonych w uchwyt imadelkowy, pozwalające na zamocowanie preparatów dowolnego typu, czy wyposażonego w uchwyt na standardowe kasetki histopatologiczne, używane w większości Pracowni?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6; dotyczy Mikrotom rotacyjny manualny – 1 szt.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie mikrotomu, w oddzielne Zadanie?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.**



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517  
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy:

Termin składania ofert: 09.10.2017. godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert: 09.10.2017r. godzina 10:30

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres [edyta.kwasniewska@wszkielce.pl](mailto:edyta.kwasniewska@wszkielce.pl) lub faksem pod nr (41) 366-00-14

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*[Signature]*  
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA

*[Signature]*  
mgr Edyta Kwasniewska