

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517  
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Kielce <sup>09.10.</sup>2017 r.

EZ/ZP/67/2017/EK

Do wszystkich zainteresowanych

*dotyczy* : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę zespołów neurochirurgicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

*znak sprawy*: EZ/ZP/67/2017/EK

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1. Pakiet 42:**

W załączniku Nr 2 do SIWZ parametry wymagane w pakiecie nr 42 opis przedmiotu zamówienie jest niezgodny z formularzem asortymentowo-cenowym tego samego pakietu nr 42. Taki sam przedmiot zamówienia jest ujęty oddzielnie w pakiecie nr 43. Czy jest to pomyłka w druku zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 42 w Załączniku nr 2 do SIWZ – wymagane parametry wykreśla następujące zapisy:**

- 2 implanty międzytrzonowe dla techniki PLIF lub 1 dla techniki TLIF
  - wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF lub TLIF ( materiał: PEEK)
  - możliwość implantacji technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej
  - zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji
  - klinowy, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów
  - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki
  - dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej – PLIF- 22mm, 26mm, TLIF- 32mm, 36mm
  - wysokość implantów od 8 do 14mm ze skokiem co 2mm, -możliwość napełnienia wiórem kostnym
  - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa.
- Pozostałe wymagane parametry w Pakiecie nr 42 bez zmian.

**Pytanie nr 2. Pakiet 43:**

Czy zamawiający dopuści do pakietu Nr 43 – następujący produkt:

Klatka międzytrzonowe lędźwiowe z dostępu tylnobocznego wykonana z materiału PMMA

- wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF lub TLIF
- możliwość implantacji technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej
- zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji
- klinowy, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów
- wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki
- dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej – PLIF- 22mm, 26mm, TLIF- 32mm, 36mm
- wysokość implantów od 8 do 14mm ze skokiem co 2mm, -możliwość napełnienia wiórem kostnym
- obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza się.**





Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517  
fax 041 366-00-14

[zamowienia@wszkielce.pl](mailto:zamowienia@wszkielce.pl), [edyta.kwasniewska@wszkielce.pl](mailto:edyta.kwasniewska@wszkielce.pl)



Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.


Nowe terminy:

Termin składania ofert: 16.10.2017. godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.10.2017r. godzina 10:30

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres [edyta.kwasniewska@wszkielce.pl](mailto:edyta.kwasniewska@wszkielce.pl) lub faksem pod nr (41) 366-00-14

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

  
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA

  
mgr Edyta Kwasniewska