



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



ZETOM-CERT

Kielce ... 2018 r.

EZ/ZP/12/2018/EK

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy : postępowania na zakup i sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych do strzykawk automatycznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy: EZ/ZP/23/2018/EK

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1, Dotyczy: pakiet 2

Czy Zamawiający w ramach pakietu 2, w pozycji 1 dopuści złożenie oferty na zestaw do systemu Optivantage zawierający:

- 2 x wkład jednorazowy o pojemności 200 ml,
- 2 x złącze szybkiego napełniania typu J,
- złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem typu Y i dwoma zaworkami zwrotnymi, o długości 150 cm,
- oraz oddzielnie zapakowane 2 x ostrze typu spike?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2, Dotyczy: pakiet 3

Czy Zamawiający w ramach pakietu 3, w pozycji 1 dopuści złożenie oferty na zestaw do systemu Optistar Elite zawierający:

- 2 x wkład jednorazowy o pojemności 60 ml,
- 2 x ostrze typu spike
- złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem typu Y i dwoma zaworkami zwrotnymi o długości 250 cm
- oraz oddzielnie zapakowane 2 x złącze szybkiego napełniania typu J?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 3

Czy w Pozycji 1 Pakietu nr 2 Zamawiający dopuści złożenie oferty na przeznaczony do zastosowania z systemem/ strzykawką automatyczną Optivantage i w pełni z nią kompatybilny, atestowany przez producenta, wolny od ftalanów, sterylny, zestaw jednorazowego użytku o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, w skład którego wchodzi dwa oddzielnie pakowane komplety, w tym

komplet 1 (A):

- 1 x wkład jednorazowy o pojemności 200 ml
- 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm, z zaworkiem zwrotnym i z trójnikiem Y o różnej długości ramion/ odgałęzień (+/- 10 cm - dla odgałęzienia po stronie kontrastu oraz +/- 25 cm - dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)
- 1 x złącze szybkiego napełniania

komplet 2 (B):

- 1 x wkład jednorazowy o pojemności 200 ml
- 1 x ostrze typu „Spike”
- 1 x złącze szybkiego napełniania?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 4

Czy w Pozycji 1 Pakietu nr 3 Zamawiający dopuści złożenie oferty na przeznaczony do zastosowania z systemem/ strzykawką automatyczną Optistar Elite i w pełni z nią kompatybilny, atestowany przez



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



producenta, wolny od ftalanów, sterylny, zestaw jednorazowego użytku, o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, w skład którego wchodzi takie elementy, jak:

- 2 x wkład jednorazowy o pojemności 60 ml
- 1 dren/złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm, z jednym zaworkiem zwrotnym i z trójnikiem typu Y, wyposażonym w dwa różnej długości ramiona: +/- 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)
- 2 x ostrze typu Spike (long/short)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dokona modyfikacji punktu 1 § 9 wzoru umowy (cyt.):

1) *Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:*

1) *Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:*

a) *za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,*

2) *Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:*

a) *za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,*

b) *za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową - w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,*

c) *za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,*

d) *w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, każdorazowo w wysokości 200,00 zł za stwierdzone uchybienie*

i nada mu proponowane brzmienie:

1. *Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:*

1) *Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:*

a) *za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,*

2) *Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:*


a) *za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,*

b) *za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową - w wysokości 1% wartości zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,*

c) *za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 1% wartości reklamowanej dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,*

d) *w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, każdorazowo w wysokości 1% wartości dostawy, co do której stwierdzono uchybienie, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego naprawienia stwierdzonego (zasadnego i bezspornego) uchybienia.*

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Pytanie 6. – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla PAKIETU NR 3 - Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej Optistar Elite:

Dot. poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania złącza niskiego ciśnienia kompatybilne z wkładem do strzykawki automatycznej typu Optistar Elite, z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o długości 250 cm, tj. takich jak w zestawie z poz. nr 1?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. – dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 38 KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Dot. kryterium: Termin realizacji zamówienia:

Wnosimy o modyfikację kryteriów oceny i wprowadzenie następującej punktacji:

- 4 dni robocze – 0 punktów

- 3 dni robocze – 10 punktów

- 1-2 dni robocze – 20 punktów

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszkielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Domański

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA

mgr Edyta Kwasniewska

