

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Kielce 16.04.2018 r.

EZ/ZP/30/2018/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Doposażenie I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w specjalistyczne łóżka kardiologiczne oraz echokardiograf z wyposażeniem**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Łóżko sterowane elektrycznie czterosekcyjne – 10 szt.

Pytanie nr 1.

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko, w którym podstawa jest lakierowana proszkowo na kolor szary? W oferowanym łóżku jest możliwość wyboru koloru akcentów kolorystycznych na szczytach i barierkach (5 kolorów do wyboru).

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające stopień zabezpieczenia instalacji elektrycznej IPX6?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości leża w zakresie: najniższe położenie 360 mm, a najwyższe położenie 795 mm za pomocą pilota ręcznego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację części udowej 22,5 stopni za pomocą pilota ręcznego oraz manualną (ręczną) regulację części podudzia w zakresie 9 stopni?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało elektryczną regulację pozycji fotelowej za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza manualną regulację pozycji fotelowej, zakres regulacji zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa, łatwo wyjmowane z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wyjęciem?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 7

Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, składane/opuszczane poniżej poziomu materaca (bez konieczności odejmowania), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8

ISO 9001



Pytanie nr 8

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o wymiarach 12 x 85 x 193 cm (dopasowanych do wymiarów leża) w pokrowcu zmywalnym?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

W części I pk 3 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia oferty na sprzęt fabrycznie nowy, natomiast w załączniku nr 2b w opisie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia podano rok produkcji 2016. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt pochodzący z roku 2016, czy należy zaferować sprzęt wyprodukowany w roku 2018 zgodnie z wymaganiem podanym w części I pk 3 SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wyprodukowanego w 2018 r. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2b do SIWZ poprzez wprowadzenie nowej treści w pkt. 5 tabelki Parametry oferowany : „Rok produkcji 2018”.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko sterowane elektrycznie z regulacją wysokości leża w zakresie 310mm – 815mm, spełniające wszystkie pozostałe parametry określone w załączniku nr 2b do SIWZ? Nadmieniamy, iż dolne położenie różni się tylko o 10mm od wymaganego i w praktyce różnica ta nie będzie miała znaczenia. Taki zakres regulacji jest w zupełności wystarczający do opieki nad pacjentem, zapewnia bardzo wysoki komfort pacjentowi i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Zaakceptowanie przez Zamawiającego, podanego w naszym pytaniu zakresu, pozwoli nam złożyć ofertę na łóżka wysokiej klasy, charakteryzujące się doskonałą jakością wykonania oraz bardzo wysoką trwałością co pozwala na ich długoletnie bezawaryjne użytkowanie.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2, uzna referencje dotyczące dostawy stołów operacyjnych oraz wózków do transportu pacjenta za zbliżone do wymaganych zgodnie z pkt. 12.1 SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi wykonanymi z polipropylenu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże oparte jest na pantografie?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 15


Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru koloru powierzchni lakierowanych proszkowo spośród 2 kolorów: biały lub szary oraz możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów spośród 8 kolorów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 149 kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko z IP44?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pomocą pilota przewodowego oraz panelu centralnego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka o konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez blokady na czas transportu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o długości około $\frac{3}{4}$ długości leża?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi z aluminium, z elementami z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 1 dopuści łóżko o konstrukcji ramy leża ze stali malowanej proszkowo ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27


Czy Zamawiający dopuści w pkt. 7 leże oparte na 3 kolumnach, dzięki temu bezpieczne obciążenie łóżka wynosi 300 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 9 łóżko gdzie długość całkowita łóżka wynosi 2220 mm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8

ISO 9001



ZETOM-CERT

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 10 łóżko gdzie szerokość całkowita łóżka wynosi 1000 mm, włącznie z poręczami bocznymi ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 11 łóżko o masie własnej 153 kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 13 łóżko posiadające zabezpieczenia instalacji elektrycznej łóżka IP 54?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 13 łóżko gdzie elektryczna regulacja wysokości leża jest w zakresie: najniższe położenie 430 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 830 mm ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 16 łóżko gdzie elektryczna regulacja części nożnej – części podudzia w zakresie 0-22 stopni za pomocą systemu zapadkowego, części udowej 45 stopni za pomocą pilota ręcznego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 20 łóżko gdzie szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wkładkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane, bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 23 łóżko gdzie bariereki boczne wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wkładkami, podwójne, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża – od szczytu do szczytu, sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka wbudowane w bariereki, dostępne dla pacjenta od strony wewnętrznej i dla personelu szpitalnego od strony zewnętrznej. Wysokość bariereki bocznej 46 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja ramy leża, podobnie jak podstawa łóżka wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest lekkimi, wyprofilowanymi, odedjmowanymi panelami z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego blat podparty jest w 8 punktach, zapewniając stabilność w każdym położeniu?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści łóżko, z możliwością wyboru koloru podstawy z 5 kolorów?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dopuszczalnym obciążeniem na poziomie 250 kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane z paneli z membranowymi przyciskami w wymaganym zakresie, wbudowanymi w barierki boczne zarówno od strony zewnętrznej dla pacjenta, jak i od strony zewnętrznej dla personelu oraz przewodowego panelu centralnego zawieszanego na szczycie łóżka lub odkładanego na półce na pościel?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 350 – 740 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w łatwe do dezynfekcji tworzywowe szczyty z jednorodnego odlewu bez miejsc łączenia, łatwo wyjmowane, z blokadą przed przypadkowym wyjęciem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w łatwe do dezynfekcji tworzywowe, dzielone, niezależne od siebie barierki boczne, chroniące pacjenta na całej długości, poruszające się wraz z leżem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY – PAKIET 1 - Zakup echokardiografu z wyposażeniem

Pytanie nr 45

Dot. Zał. Nr 3 – Wzór Umowy, §7 ust.2. Praktyka Wykonawcy dowodzi, że niekiedy dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza Unii Europejskiej i dokonania ich odprawy celnej, co może wydłużyć czas importu nawet do 5 dni roboczych. W takiej sytuacji ukończenie naprawy w czasie 7 dni kalendarzowych może okazać się utrudnione. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 10 dni kalendarzowych od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46

Dot. Zał. Nr 3 – Wzór Umowy, §7 ust.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie napraw gwarancyjnych urządzenia przy użyciu pełnowartościowych, certyfikowanych i dopuszczonych do montażu w urządzeniu przez jego producenta części wolnych od wad, tj. używanych lub rekondukcjonowanych w przypadku, gdy dostęp do części fabrycznie nowych będzie utrudniony?

Odpowiedź: Tak, ale wyłącznie w okresie pogwarancyjnym, po uzyskaniu indywidualnej zgody Zamawiającego i po przedłożeniu stosownych informacji od producenta urządzenia o braku dostępności części zamiennych.

Pytanie nr 46

Dot. Zał. Nr 3 – Wzór Umowy, §7 ust.9. Czy Zamawiający dopuści aparat z zagwarantowaną dostępnością części zamiennych przez co najmniej 7 lat od daty dostawy? W dobie szybkiego postępu technologicznego



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



oraz nieustannego rozwoju sprzętu medycznego taki okres dostępności części zaczyna być powszechny wśród producentów sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Dot. Zał. Nr 3 – Wzór Umowy, §7 ust. 1 pkt. 2) Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu tj:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,2% wartości umowy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 0,2 % wartości umowy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszkielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Domanski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA

mgr Edyta Kwasniewska