



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Kielce 18.12.2018r.

EZ/ZP/115/2018/AŁ-D

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie [przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę wyposażenia na potrzeby monitorowania chorych przez uruchomienie telemetrii** projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

znak sprawy: EZ/ZP/115/2018/AŁ-D

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE nr 81 z dnia 18.12.2018r.

Pytanie nr 81

Dotyczy pkt. 96

Czy Zamawiający poprzez treść pkt. 96 rozumie konieczność zaoferowania min. 2 modułów służących do pomiaru saturacji krwi żyłnej ScvO₂, które będą realizować pomiar po podłączeniu go do każdego z zaoferowanych monitorów pacjenta i czujnika pomiarowego?

Odpowiedź:

W odpowiedziach na pytania cz. II z dnia 18.12.2018r., Zamawiający udzielił odpowiedzi na Pytanie nr 1 z dnia 06.12.2018r. i jest ona wiążąca.

Odpowiedź na pytanie nr 81 brzmi:

Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania min. 2 modułów służących do pomiaru saturacji krwi żyłnej ScvO₂, które będą realizować pomiar po podłączeniu go do każdego z zaoferowanych monitorów pacjenta i czujnika pomiarowego.

Wprowadzone w niniejszym piśmie zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Dział Zamówień Publicznych
Anna Łęcka-Dobrowolska
REFERENT

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Andrzej Domański

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl