



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 16.01.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dot.: zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę rozruszników w ilości 5 sztuk dla potrzeb Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
znak sprawy: EZ/ZP/8/2019/EK

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt. Nr 1 Dot. lp. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwujamowego stymulatora zewnętrznego z łącznym czasem refrakcji przedsionkowej w zależności od częstości: dla 30 - 120 ppm: AV delay +175 ms (min. 400 ms); dla 121 - 250 ppm: AV delay +175 ms (min. 240 ms)?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pyt. Nr 2 Dot. lp. 8 i 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwujamowego stymulatora zewnętrznego z amplitudą impulsu w przedsionku i komorze w zakresie 0,1 – 17 V?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pyt. Nr 3 Dot. lp. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwujamowego stymulatora zewnętrznego z szerokością impulsu w komorze – 1,0 ms?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pyt. Nr 4 Dot. lp. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwujamowego stymulatora zewnętrznego z czułość komorową w zakresie 1 – 20 mV?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pyt. Nr 5 Dot. lp. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwujamowego stymulatora zewnętrznego bez wyświetlacza?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pyt. Nr 6 Dot. lp. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwujamowego stymulatora zewnętrznego z zintegrowanym kablem do przedsionka i komory?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pyt. nr 7

Czy Zamawiający dopuści zaawansowany stymulator dwujamowy różniący się od parametrów wymaganych w następujących parametrach:

- Okres refrakcji przedsionkowej 250 – 400 ms
- Czulość komorowa 1 – 20 mV
- Amplituda impulsu 0,1 – 18V

Stymulator posiada opcję wyświetlania zmierzonego opóźnienia A – V oraz wyświetlanie statystyk zdarzeń w zakresie rejestracji i stymulacji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Lymanowski

SPECJALISTA
mgr Edyta Kwasniewska

Dział Zamówień Publicznych
mgr Rafał Nwan
INSPEKTOR