



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROJEKT

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

Kielce, dnia 14.02.2019r.

EZ/ZP/19/2019/EK

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę **sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Dot. Pakiet nr 1 Defibrylator:**

**Pytanie 1 do pkt. 3:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z metronomem zaprogramowanym zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i podpowiedziami głosowymi ?

**Odpowiedz: tak, dopuszcza się.**

**Pytanie 2 do pkt. 5:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o energii w trybie manualnym w zakresie 5-360 J ?

**Odpowiedz: nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 do pkt. 7:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o 19 stopniach energii zewnętrznej ?

**Odpowiedz: nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 do pkt. 8:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o czasie ładowania do energii 200 J w czasie do 6 s ?

**Odpowiedzi: zgodnie z SIWZ, parametr punktowany.**

**Pytanie 5 do pkt. 18:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o zakresie pomiaru tętna 30-300/ min ?

**Odpowiedzi: tak, dopuszcza się.**

**Pytanie 6 do pkt. 19:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o zakresie wzmocnienia sygnału EKG 0,5 – 3 cm/mV ?

**Odpowiedz: nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 do pkt. 23:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością przenoszenia danych za pomocą karty pamięci i oprogramowaniem do archiwizacji EKG Viewer bez modułu Wi-Fi ?

**Odpowiedz: tak, dopuszcza się.**

**Pytanie nr 8. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść laryngoskopową LED w rozmiarze standardowym wg opisu:

Metalowa obudowa żarówki

Żarówka LED 2,5V

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROJEKT

„Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach”

50.000 godzin żywotności żarówki LED

Ponad 1,00000 Lux

Zamknięta pokrywa baterii uniemożliwia dostanie się cieczy do wewnątrz.

Łatwy demontaż kapsuły LED - wkręcana od wewnątrz rękojeści

Zielony standard ułatwiający montaż zgodny z ISO 7376:2009

Zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

Powierzchnia radełkowana

Zasilanie bateryjne 2x R14 (baterie w komplecie)?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2-10:**

Czy Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe, metalowe typu Macintosh w rozmiarze 0-5 oraz Miller w rozmiarze 0-2 wg opisu:

Wymienny światłowód

średnica światłowodu 3.00

3000 włókien światłowodowych

3500 lux przy żarówce halogenowej/ksenonowej 2.5V

10000 lux przy żarówce halogenowej/ksenonowej 3.5V

Brak ostrych krawędzi

Zakrzywione Ostrze

Sterylizacja w temperaturze 134°C , ilość cykli sterylizacji - 4000 razy

Brak niekorzystnych efektów przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz w autoklawie

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - matowe wykończenie

Brak refleksów świetlnych

Zielony standard - zgodnie z normą ISO 7376/3.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 11:**

Czy Zamawiający dopuści etui do zestawów na 4 łyżki i 1 rękojeść lub dopuści odpowiednie przeliczenie ilości (2 etui x 2 szt. = 4 etui)?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres

[edyta.kwasniewska@wszkielce.pl](mailto:edyta.kwasniewska@wszkielce.pl) lub faksem pod nr (41) 366-00-14

p. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

SPECJALISTA

mgr Edyta Kwasniewska

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14

[edyta.kwasniewska@wszkielce.pl](mailto:edyta.kwasniewska@wszkielce.pl)