




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce 14.08.2019r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych i materiałów szewnych dla Apteki Szpitalnej.

**znak sprawy:** EZ/ZP/99/2019/AŁ-D

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. II**

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 79 Dotyczy Pakietu 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści szew syntetyczny, niewchłaniający, jednowłóknowy, wytwarzany z włókna poliamidowego, otrzymanego w wyniku polimeryzacji grupy sześciometylenowej i kwasu adypinowego, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 80 Dotyczy Pakietu 2**

Czy Zamawiający w poz. 2 – 3 dopuści szew w kolorze czarnym, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 81 Dotyczy Pakietu 2**

Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści szew 3/0, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 82 Dotyczy Pakietu 2**

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści szew z igłą 36mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 83 Dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści szew o długości 100 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*Sebastian Szaniawski*  
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych

*Anna Lecka-Dobrowolska*

INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14  
e-mail. [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)

