



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 01.10.18

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

znak sprawy: EZ/ZP/145/2019/AŁ-D

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018., poz. 1986), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 5 poz. 5.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 5 miał na myśli szew z klasyczną, srebrną igłą? Czarny kolor ciała igły z założenia ma zwiększać widoczność w krwawym polu operacyjnym, tak więc dedykowany jest dla igieł naczyniowych o małej długości, tj. do 18mm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 5 poz. 7.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 7 dopuści szew o długości nici 90cm? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 5 poz. 7.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 7 dopuści szew z igłą okrągłą? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 6 poz. 2.

Czy zamawiający dopuści rozmiar klipsów M długość otwartego klipsa: 4,9mm, długość zamkniętego klipsa: 5,4-5,6mm, szerokość otwartego klipsa: 6,2mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. przedmiotu użyczenia poz. 1

Czy zamawiający dopuści klipsownicy rozmiar S o długości 203mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. przedmiotu użyczenia poz. 2

Czy zamawiający dopuści klipsownicy rozmiar M o długości 203mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu 6 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów pakowanych w magazynki, gdzie do każdego magazynka dołączone są min. 3 wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające następujące informacje: nazwa produktu, nazwa producenta, numer seryjny, data ważności?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści miomateriał z **GORETEX** – u do czasowego zaopatrywania wrzonego wytrzewienia i przepukliny pępkowej wykonany z : **ePTFE** – dwupowierzchniowy (powierzchnia teksturowa i gładka). Rozmiar 20 cm x 30 cm, grubość **1 mm**?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 1 dopuści do oceny klipsy naczyniowe amerykańskiego producenta, tytanowe, z wewnętrzną rzeźbą i zewnętrzną mikrostrukturą, spełniające warunki SIWZ z wyjątkiem nieznacznej różnicy w rozmiarze długości otwartego klipsa 2,87mm zamiast 3,00mm i szerokości otwartego klipsa 2,08mm zamiast 2,10mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 10

Dot. Pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 2 dopuści do oceny klipsy naczyniowe amerykańskiego producenta, z wewnętrzną rzeźbą i zewnętrzną mikrostrukturą, tytanowe, spełniające warunki SIWZ z



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



wyjątkiem nieznacznej różnicy w rozmiarze długości otwartego klipsa 4,68mm zamiast 4,8mm i długości zamkniętego klipsa 5,89mm zamiast 5,80mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu 6, Tabela 1 – przedmiot użyczenia.

Czy Zamawiający w Tabeli 1, przedmiot użyczenia dopuści klipsownicy kodowane kolorystycznie z jednej strony?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dot. wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty otrzymania pisemnej reklamacji” na „...od daty uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dot. wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2):

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia – w wysokości 200,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki



ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia towaru,

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 300,00 zł za stwierdzone uchybienie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niestarannie lub niezgodnie z umową wykonanych dostaw.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dot. wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)

Wnosimy o wykreślenie zapisu w § 14 ust. 3.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Wszystkie odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
Anna Łęska-Dobrowolska
INSPEKTOR

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
inż. Andrzej Domański

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl