



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dn. 21.11.2019

Znak sprawy: EZ/ZP/153/2019/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843) na „Dzierżawę analizatora markerów kardiologicznych oraz analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika Nr 4a do Zaproszenia - §3 „Realizacja umowy” pkt. 4

Prosimy o informację czy Zamawiający dla analizatora parametrów krytycznych dopuści okres przydatności do użycia towaru 4 miesiące? Analizator pracuje jedynie na materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na pokładzie analizatora), co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 3 do Zaproszenia „Analizator parametrów kardiologicznych” – pkt 13

Zamawiający wymaga, aby czas uzyskania wyniku badania nie przekraczał 20 minut łącznie z wydrukiem. Czy Zamawiający dopuści analizator parametrów kardiologicznych, w którym badania rutynowe takie jak Troponina, CKMB i CRP spełniają wymóg 20 minutowego otrzymania wyniku, ale wyniki badań Prokalcytoniny i D-dimerów (badania opcjonalne, które nie są ujęte w formularzu cenowym Zamawiającego) mogą być wykonywane w czasie 21 minut?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów w Załączniku nr 4a - wzór umowy dostawy odczynników w §3 „Realizacja umowy” pkt. 4 oraz w Załączniku nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy w tabeli „Dostawa odczynników do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych” poprzez zmianę ilości badań (kolumna nr 5), tj.:

1. Załącznik nr 4a - wzór umowy dostawy odczynników, §3 „Realizacja umowy” pkt. 4

Było:

„Wykonawca gwarantuje iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu.”

Jest:

„Wykonawca gwarantuje iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia minimum 4 miesiące, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu.”

2. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy, tabela „Dostawa odczynników do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych” poprzez zmianę ilości badań (kolumna nr 5):

Było:

Dostawa odczynników do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych										
Lp.	Nazwa producenta/ nr katalogowy	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość badań	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto	VAT %	Wartość zamówienia brutto	Certyfikat CE/ deklaracja zgodności / oświadczenie ^a	Karta charakterystyki ^{a, b}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Odczynniki do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych	szt.	7 200						TAK/NIE
2		Odczynniki do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych	szt.	7 200						TAK/NIE
3		Odczynniki do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych	szt.	7 200						TAK/NIE
4		Odczynniki do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych	szt.	7 200						TAK/NIE
RAZEM										



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Jest:

Dostawa odczynników do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych										
Lp.	Nazwa producenta/ nr katalogowy	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość badań	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto	VAT %	Wartość zamówienia brutto	Certyfikat CE/ deklaracja zgodności / oświadczenie ^A	Karta charakterystyki ^{**}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Odczynniki do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych	szt.	3 600						TAK/NIE
2		Odczynniki do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych	szt.	3 600						TAK/NIE
3		Odczynniki do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych	szt.	3 600						TAK/NIE
4		Odczynniki do równowagi kwasowo - zasadowej wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych	szt.	3 600						TAK/NIE
RAZEM										

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.wszkielce.pl nowy wzór Załącznika nr 4a - wzór umowy dostawy odczynników pod nazwą **ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 4a - wzór umowy dostawy odczynników** oraz nowy wzór Załącznika nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy pod nazwą **ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy**.

Wprowadzona modyfikacja zapisów jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
inż. Andrzej Domański

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stowińska
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych

tel.: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14

