



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
 Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

**PROJEKT**

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Kielce, dnia 05.05.2020r.

**EZ/ZP/49/2020/RI**

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tomografu komputerowego 64 - rządowego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: **EZ/ZP/49/2020/RI**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Załącznika nr 2 do siwz pkt. pkt. 33.:** „Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego;  $\geq 0,30$  mm;  $> 0,30$  mm – 10 pkt., 30 mm – 0pkt”

Zwracamy uwagę, iż w punkcie tym wkradły się dwie omyłki pisarskie: należy dążyć, aby rozdzielczość przestrzenna była jak najniższa ze względu na fakt, iż chcemy obserwować jak najmniejsze zmiany. Zatem znak użyty w tym parametrze powinien być odwrotny, czyli mniejszy lub równy ( $\leq$ ). Ponadto w części punktowanej według nas również powinien być odwrotny znak, jak i wartość 0,30 mm a nie 30 mm.

W związku z powyższym dla wyeliminowania omyłek pisarskich wnosimy o zmianę brzmienia na:

	Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego	$\leq 0,30$ mm	$< 0,30$ mm – 10 pkt 0,30 mm – 0 pkt
--	--	----------------	---

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w następującym zakresie:**

**Pkt 33** opisu przedmiotu zamówienia (zestawienie wymaganych parametrów technicznych) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

33	Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego	$\leq 0,30$ mm	$< 0,30$ mm – 10 pkt $= 0,30$ mm – 0 pkt
----	--	----------------	---

**Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

KIEROWNIK  
 Działu Zamówień Publicznych  
  
 mgr Sebastian Szamulski

DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
 w Kielcach  
 DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
 w Kielcach  
  
 Bartosz Stemplewski