




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 01.06.2020r.

EZ/ZP/39/2020/UG

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: EZ/ZP/39/2020/UG w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania 12

Poz. 1 - Protezy naczyniowej prostej, wykonanej z ePTFE o długości 300 mm, średnicy wewnętrznej 6,0 mm i standardowej grubości ścian 0,63 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania 12

Poz. 2 - Protezy naczyniowej prostej, wykonanej z ePTFE o długości 500 mm, średnicy wewnętrznej 6,0 mm i standardowej grubości ścian 0,63 mm z dodatkowym centralnym wzmocnieniem (o długości 5 lub 10cm).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania 17

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Fogartego najwyższej jakości od producenta ze Stanów Zjednoczonych, które posiadają rozmiary 5.5F, 6F oraz 7F – kodowane kolorem. Cewnik dwukanałowy, OTW, do embolektomii, 80cm - kompatybilne z przewodnikiem 0.035” – rozmiary 5.5 oraz 6F oraz 0.038” – rozmiar 7F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. Pak. nr 16

Czy w pakiecie nr 16 poz. 5 Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii kompatybilne z przewodnikami: 0.018”, 0.025”, 0.035” i 0.038” oraz koszulkami: 4.5, 5, 6, 7, 8 Fr, posiadające dwa markery cieniujące na cewniku w rozmiarze 5.5 Fr (pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy pakiet nr 8

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 przewodników hydrofilnych z nitinolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową osłonką o dostępnych średnicach dla standardowego szafu 0.018” i 0.035” (bez 0.038”). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 6 dotyczy pakiet nr 8

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 przewodników hydrofilnych z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową osłonką o dostępnych średnicach dla standardowego szafu 0.018" i 0.035" (bez 0.038"). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy pakiet nr 8

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 15 samorozprężalnego stentnu do aorty i żyły głównej dolnej, przecieku typ 1a i 1b: nitynolowego, zamkniętokomórkowego z dużą siłą radialną, dł. shaftu 100cm, kompatybilny z koszulką 10F. Śr. 16-34mm, dł. 30, 40, 60, 80, 100mm. (dla śr. 16mm – dł. 40, 60, 80, 100mm; dla śr. 18, 20mm – dł. 30, 40, 60, 80mm; dla śr. 22, 24, 26mm – dł. 40, 60, 80mm; dla śr. 28mm – dł. 30, 40, 60, 100mm; dla śr. 30, 32, 34mm – dł. 40, 60mm) śr. 36 o dł 40, 50, 60, 80, 100mm oraz samorozprężalnego stentu do prostych segmentów naczyń aorty i żyły głównej: nitynolowy z markerami na końcach stentu, zamkniętokomórkowego z maksymalną siłą radialną; Technika Anti-Jump zapewniająca brak migracji stentu, kompatybilnego z przewodnikiem 0,035" i system wprowadzającym 6F. Koszulka zbrojona. Dostępne śr. 14, 16mm o dł. 30, 40, 60, 80, 100mm; długość shaftu 100cm stosowanego do: zwężenia i rozwarstwienia aorty; syndrom ucisku żyły głównej, przeciek typu 1A i 1B.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy pakiet nr 8

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji 19 i 22 i utworzenie z niej osobnego pakietu nr 8A.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy pakiet nr 8

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie w pozycji 19 w miejsce protez dzianych o średnicy 26, 28, 30, 32, 34 mm protez tkanych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), przepuszczalność poniżej 0,5 ml/cm²/min, grubość ściany 0,32 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy pakiet nr 8

Pytanie nr Prosimy o dopuszczenie w pozycji 22 w miejsce pierwotnych parametrów lat naczyniowych dzianych poliestrowych, uszczelnianych żelatyną, wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,36mm, rozmiary: 6x75mm, 8x75mm, 10x50mm, 10x75mm, 10x100mm, 10x150mm, 15x50mm, 15x75mm, 25x120mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy pakiet nr 8

Prosimy o wydzielenie z pakietu 8 pozycji 20 i 21 i utworzenie z nich osobnego pakietu 8B

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 12 dotyczy pakiet nr 15

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 15 poz. 1-3 protez dzianych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm²/min, bez impregnacji solami srebra oraz triklosanem ale z możliwością jonowego łączenia protezy z antybiotykiem, o długości 45 cm w poz. 1, dł. min. 40 cm. w poz. 2, dł. 60 cm w poz. 3.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy pakiet nr 15

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 15 poz. 4-5 lat dzianych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia łąty z antybiotykiem, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm²/min, grubość ściany 0,36mm, o wymiarze 15x75mm w pozycji 4 i 25x120mm w poz. 5.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy pakiet nr 15

Pytanie nr Prosimy o wydzielenie pozycji 4 i 5 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy pakiety nr 5

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 2 Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za jeden shunt, czy za komplet 4 shuntów, podany w opisie ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za komplet z 4 shuntami po 1szt. 8F, 10F, 12F, 14F każdej.

Pytanie nr 16 dotyczy pakiety nr 16

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5, 6, 7, 8 i 11 z pakietu nr 16 do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty (jesteśmy oficjalnym dystrybutorem tych wyrobów na polskim rynku) ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy pakiety nr 20

Czy w Pakiecie nr 20 Zamawiający dopuści stenty współpracujące z koszulką wprowadzającą 6Fr (pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dotyczy pakiety nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 10 – Filtr p/zatorowy stało-czasowy w kompletnym zestawie w skład którego wchodzi:- filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej

- możliwość usunięcia filtra do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe- filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego- filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu-



naturalna średnica filtra 35mm- długość filtra nierozprężonego 57mm- pasujący do maksymalnie 32mm szerokości naczynia

- konstrukcja koszyczka filtru symetryczna
- SDS system wprowadzający 5,0F
- długość zestawu 70 cm lub 100 cm
- filtr stosowany uniwersalnie umieszczony w kartridżu (femoral, jugular lub Popliteal)
- przewodnik filtru pokryty PTFE 0.035" z 3 mm końcówką w kształcie J 150 lub 260 cm długości
- koszulka wprowadzająca o średnicy 6,5F z markerami na końcówce, dobrze widocznymi w obrazie rtg.

Zestaw jak obecnie stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dotyczy umowy § 9

Zwaracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy § 9 ust. 1 Kary umowne

Dotyczy § 9 ustęp 1 ppkt. 2) b,c,d umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? Kara w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie jest nieproporcjonalnie wysoka. Proponujemy zmianę na:

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia – w wysokości 0,5 % wartość brutto niedostarczonego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5 % wartość brutto towaru którego dotyczą braki lub niezgodność licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca wg załącznika nr, każdorazowo w wysokości 0,5 % wartość brutto towaru dostarczonego niezgodnie z umową w w/w zakresie za stwierdzone uchybienie

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14
urszula.gierada@wszkielce.pl

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
DZIEŁO
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski