



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Kielce, dnia 05.06.2020r.

EZ/ZP/57/2020/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: EZ/ZP/57/2020/RI

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie współpracowało tylko i wyłącznie z dedykowanym środkiem biobójczym, nadtlenkiem wodoru 35%, zarejestrowanym w Polsce? Uzasadnienie: według przepisów w Polsce tylko środek zarejestrowany jako biobójczy powinien być stosowany w placówkach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenie współpracowało z środkiem biobójczym dopuszczonym do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz Polski spełniającym wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które tworzy pary nadtlenku wodoru (HPV) wydostające się przez dyszę, czynnik nie kondensuje się na powierzchniach?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które automatycznie przełącza między portami poboru środka w czasie procesu w celu wykorzystania w całości środka z każdego kanistra. identyfikacja kanistra za pomocą rfid. ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość zapamiętywania operatorów - łatwa identyfikacja, logowanie za pomocą kodu PIN ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do którego są dedykowane 2 kanistry o pojemności po 2 litry zawierające minimum 35% nadtlenku wodoru?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści czas realizacji zamówienia do 60 dni od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 10.06.2020r. g. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.06.2020r. g. 12:00

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIELCZANIN
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sławomir Szaniawski

Z-ca Dyrektora
ds. Organizacji i Administracyjnych
Włodzimierz Wiegus

Dział Zamówień Publicznych

mgr Rafał Iwan
SPECJALISTA