




Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 22.06.2020 r.

Znak: EZ/ZP/64/2020/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. zakup i dostawa aparatów RTG z ramieniem C dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 Załącznik nr 2c do SIWZ Pkt V.6

6	Rozmiar pixela: ≤ 160 μm	Tak, podać	Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najwyższa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie mniej	
---	---	------------	---	--

Prosimy Zamawiającego o poprawę omyłki pisarskiej w opisie punktacji i zmianę z „Wartość najwyższa – 10 pkt” na: „Wartość najniższa – 10 pkt”; ponieważ najkorzystniejszym a zatem premiowanym parametrem winna być najniższa wartość pixela.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w piśmie pn. „Odpowiedz na odwołanie z dnia 19.06.2020 r” dot. zarzutu nr 12 Załącznika nr 2C V. Cyfrowy detektor obrazu pkt. 6 - omyłkowo wpisał niepoprawną gradację punktową.

Winno być:

6	Rozmiar pixela: ≤ 194 μm	Tak, podać	Wartość graniczna – 0 pkt Wartość najniższa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie mniej	
---	---	------------	---	--

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
[Signature]
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Dyrektora
Działu Zamówień Publicznych
[Signature]
Włodzimierz Wiałgus

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
[Signature]
Bartosz Stemplewski

SPECJALISTA
[Signature]
mgr Edyta Kwaśniewska

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-269 fax: 41/366-00-14
edyta.kwasniewska@wszkielce.pl