



Wojewódzki Szpital Zespolony w  
Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, 19.06.2020 r.

Znak: EZ/ZP/64/2020/EK

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dot. zakup i dostawa aparatów RTG z ramieniem C dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytanie 1

**Dotyczy punktu I.11 w Załączniku 2a, 2b, 2c (po zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego z 19.06.2020):**

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga monitora, którego ekran dotykowy ma przekątną min. 10 cali. W obecnym kształcie zapis ten jest nieprecyzyjny i pozwala na potwierdzenie wielkości monitora (ekranu dotykowego) wraz z obudową, która nie stanowi żadnej wartości klinicznej dla sprzętu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż ekran dotykowy ma mieć przekątną min. 10 cali.**

#### Pytanie nr 2.

W nawiązaniu do dokumentu opublikowanego 19.06.2020 – pytania i odpowiedzi – zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w odniesieniu do odpowiedzi nr 25. Zamawiający zmodyfikował brzmienie pkt II Generator ppkt 2 załącznika nr 2c zgodnie z poniższą tabelką:

2.	Generator w technice HF – min. 40 kHz	Tak, podać	Wartość największa – 10 pkt., Wartość graniczna – 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie mniej	
----	---------------------------------------	------------	---	--

Natomiast zgodnie z odpowiedzią na odwołanie wysłaną do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19.06.2020 r. (KIO 1265/20), Zamawiający uwzględniając odwołanie w całości nadał pkt. 2 brzmienie:

2.	Generator w technice HF – min. 15 kHz	Tak, podać	Wartość największa – 10 pkt., Wartość graniczna – 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie mniej	
----	---------------------------------------	------------	---	--

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 25 opublikowaną w dniu 19.06.2020 r. - w następujący sposób:**

Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-269 fax: 41/366-00-14  
[edyta.kwasniewska@wszkielce.pl](mailto:edyta.kwasniewska@wszkielce.pl)



**Wojewódzki Szpital Zespolony w  
Kielcach**  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



2.	Generator w technice HF – min. 15 kHz	Tak, podać	Wartość największa – 10 pkt., Wartość graniczna – 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie mniej	
----	---------------------------------------	------------	---	--

KIEJCZOWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*[Signature]*  
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA  
*[Signature]*  
mgr Edyta Kwaśniewska

Z-CA DYREKTORA  
ds. lecznictwa

*[Signature]*  
Krzysztof Bidas

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel: 41/30-33-269 fax: 41/366-00-14  
[edyta.kwasniewska@wszkielce.pl](mailto:edyta.kwasniewska@wszkielce.pl)