



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



**Rzeczpospolita
Polska**



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Kielce, dnia, 13.08.2020r.

EZ/ZP/100/2020/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: **EZ/ZP/100/2020/RI**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2b (Pakiet 2, pkt 3)

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o głębokości 1040 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczą: Ssak elektryczny

Pytanie nr 2

Asortyment:

Pkt. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny ze zbiornikiem 2 litrowym oraz posiadający dostosowane do niego wkłady jednorazowe? Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia w zbiorniki 4L. Są to pojemności standardowe, pozwalające na swobodą pracę w pełnym zakresie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Wymagania techniczne:

Pytanie nr 3

Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wydajności maksymalnej 50 L/min? Parametr oferowany przez naszą firmę jest wystarczający do profesjonalnych zastosowań fizjologicznych.

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/367-12-69 fax: 41/366-00-14

rafal.iwan@wszkielce.pl



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45


tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny z zakresem podciśnienia wytwarzanego przez pompę w zakresie do 93 kPa? Parametr jest zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego, różnica nie będzie miała żadnego wpływu na jakość pracy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z membranową bezobsługową, bezolejową pompą próżniową posiadającą dodatkowe zabezpieczenia termiczne i elektryczne? Parametr oferowany przez naszą firmę jest co najmniej równoznaczny z wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga regulatora membranowego do ustawiania podciśnienia natomiast posiada regulator iglicowy który jest zdecydowanie bardziej niezawodny od membranowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pkt. 7

Czy Zamawiający wymaga aby wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny charakteryzował się poziomem hałasu poniżej 40 dB? Jest to istotny parametr dla personelu obsługującego ssaki. Im cichszy tym znacznie większy komfort pracy oraz mniejszy stres dla pacjenta.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pkt. 9

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny na wózku jezdnym, z wyłącznikiem nożnym na przewodzie. Takie rozwiązanie powoduje większą swobodę w obsłudze urządzenia podczas operacji w porównaniu do wyłącznika zintegrowanego ze podstawą jezdną.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Pytanie nr 9

Pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z membranową bezobsługową, bezolejową pompą próżniową posiadającą trzy poziomowe zabezpieczenie przed przelaniem oraz dodatkowe zabezpieczenia termiczne i elektryczne? Z technicznego punktu widzenia właściwe oczyszczenie pompy próżniowej po jej zalaniu odsysaną treścią wymaga ingerencji serwisu. Bardziej wskazane jest zapobieganie tego typu zdarzeniom niż ich likwidacja, w związku z czym proponowane przez nas rozwiązanie jest nawet lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

SIWZ – rozdział 6 - Dotyczy pakiet nr 3

Prosimy o określenie terminu dostawy na max. 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na kardiomonitoring ze względu na zmienne terminy dostaw sprzętu medycznego oraz dedykowanych akcesoriów wykorzystywanych bezpośrednio w walce z pandemią COVID-19.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy - Dotyczy § 10

Prosimy o modyfikację niniejszego zapisu zgodnie ze wzorem poniżej:

3. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności bądź otrzymania informacji o tych okolicznościach, o ile poinformowanie drugiej strony jest w tym terminie możliwe.

Zwracamy uwagę, iż produkcja sprzętu medycznego jest procesem wieloetapowym, dostawcy często znajdują się na samym końcu łańcucha produkcji urządzenia. Siła wyższa może oddziaływać na produkcję na każdym jej etapie, Wykonawcy w takiej sytuacji uzależnieni są od informacji dostarczanych przez swoich producentów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych

mgr Rafał Iwan
SPECJALISTA

