



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Kielce, 21.08.2020r.

EZ/ZP/100/2020/RI

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: EZ/ZP/100/2020/RI

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. II

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Pytanie nr 12

#### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o wymiarach zewnętrznych 900 x 1.864 x 972mm, co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ i nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 13


#### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę sterylizacyjną o wymiarach 335 x 363 x 972mm i pojemności całkowitej 148 litrów?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuści sterylizator o pojemności całkowitej 148 litrów pod warunkiem, że pojemność robocza komory będzie wynosić min. 135 litrów.

### Pytanie nr 14



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

#### **Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w system otwierania komory oparty na kolorowym, dotykowym panelu kontrolnym, w którym po załadowaniu wsadu i wybraniu programu sterylizacyjnego drzwi komory zamkną się automatycznie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 15**

#### **Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 9**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany czynnik sterylizujący charakteryzował się co najmniej 12 miesięczną datą przydatności do użycia od momentu dostarczenia do Zamawiającego?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 16**

#### **Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 14**

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran sterownika o przekątnej 5,7” co jest wielkością wystarczającą do swobodnej obsługi urządzenia?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wymogu „menu w j. polskim”.

#### **Pytanie nr 17**

#### **Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 15**

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w wyświetlacz pokazujący na ekranie aktualny status urządzenia lub fazę cyklu? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisany w SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 18**

#### **Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 17**

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w drukarkę nie zapewniającego wyboru formatu wydruku, a prezentującą od razu wszystkie dane łącznie ze szczegółowymi danymi dotyczącymi cyklu. Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisany w SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 19**

#### **Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 18**

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w 3 programy sterylizacyjne: Szybki, Standardowy oraz Zaawansowany? Z doświadczenia wiemy, iż jest to ilość wystarczająca, zwłaszcza że najdłuższy z programów w oferowanym przez nas sterylizatorze trwa do 52 minut (wliczając fazę suszenia), co jest rozwiązaniem znacznie bardziej zaawansowanym niż opisane w SIWZ.

#### **Odpowiedź:**





Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

*„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że otrzyma dokładne informacje o przebiegu/fazach każdego programu.

#### Pytanie nr 20

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator w którym masa wsadu w programie dla narzędzi litych to 10,5kg? Z doświadczenia wiemy, iż bardzo rzadko potrzebny jest większy wsad.

##### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie nr 21

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 26

Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 26 SIWZ. Sposób sterylizacji narzędzi określany jest przez producenta Wyrobu Medycznego i tych wytycznych należy się trzymać. Zapisy p. 26 nie mają więc żadnego uzasadnienia merytorycznego.

##### Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje pod warunkiem otrzymania informacji od producenta sterylizatora jakich wiodących producentów sprzętu endoskopowego posiada rekomendacje.

#### Pytanie nr 22

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 27

Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 27 SIWZ. Sposób sterylizacji narzędzi określany jest przez producenta Wyrobu Medycznego i tych wytycznych należy się trzymać. Zapisy p. 27 nie mają więc żadnego uzasadnienia merytorycznego.

##### Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje pod warunkiem otrzymania informacji od producenta sterylizatora jakich wiodących producentów sprzętu endoskopowego posiada rekomendacje.

#### Pytanie nr 23

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 28

Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 26 SIWZ. Sposób sterylizacji narzędzi określany jest przez producenta Wyrobu Medycznego i tych wytycznych należy się trzymać. Producenci WM podają sposób sterylizacji, a nie konkretne rozwiązania (producenta urządzeń).

##### Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje pod warunkiem otrzymania informacji od producenta sterylizatora jakich wiodących producentów sprzętu endoskopowego posiada rekomendacje.

#### Pytanie nr 24

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 29

Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 29 SIWZ. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla produktów firmy Steris, opatentowane przez tą firmę. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaofiarowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.


##### Odpowiedź:



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

*„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zastosowana technologia w fazie kondycjonowania zapewni skuteczne usuwanie wilgoci z wsadu i będzie bezpieczne dla sterylizowanych wyrobów medycznych.

#### Pytanie nr 25

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 30

Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 30 SIWZ. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla produktów firmy Steris. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.

##### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zapobiegające przed utratą czynnika jeżeli cykl zostanie przerwany na etapie kondycjonowania.

#### Pytanie nr 26

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 31

Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 31 SIWZ. Badania w tym kierunku przeprowadziła firma Steris i to produkowane przez nią urządzenia posiadają takie certyfikaty. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie urządzeń innych producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.

##### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również równoważne potwierdzenia wydane przez niezależne certyfikowane/akredytowane laboratoria.

#### Pytanie nr 27

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 33

W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej pytania do p. 18 SIWZ prosimy o odstąpienie od tego wymogu jako nie mającego zastosowania.

##### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 28

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 34

Prosimy o podanie jakiego typu instrumenty o długości min. 4m i średnicy kanału 1mm Zamawiający będzie sterylizował w zakupionym urządzeniu. W przypadku gdy Zamawiający nie przewiduje sterylizacji tego typu materiału prosimy o odstąpienie od wymogu p. 34 SIWZ.


##### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sterylizatora, który umożliwi sterylizację długich kanałów, w tym również niektórych drenów, które posiadają ponad 2 metry. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść tego punktu na „Poświadczona dokumentem producenta możliwość sterylizacji kanałów o średnicy  $\geq 1$  mm oraz długości  $\geq 2$  metry”.

#### Pytanie nr 29

##### Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 35





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej pytania do p. 25 SIWZ prosimy o odstąpienie od tego wymogu jako nie mającego zastosowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30**

**Dotyczy Pakietu nr 2 - pkt. 37**

Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki biologiczne renomowanej firmy 3M (powszechnie dostępne i stosowane na rynku) o czasie odczytu 24 minuty, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31**

**Dotyczy parametru nr 3 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o nieznacznej różnicy w wymiarach : wysokość 1800 mm, szerokość 775 mm oraz głębokość 1095 mm. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32**

**Dotyczy parametru nr 4 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o prostopadłościennym komorze sterylizatora wykonanej z aluminium o wymiarach: (S/W/G) - 510 x 410 x 735 mm – pojemność robocza  $\geq$  93 litry. Parametr opisany w pkt.4 spełnia tylko jeden produkt – sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków i tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów publicznych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 33**

**Dotyczy parametru nr 6 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji, bardziej zaawansowanego technicznie który nie wymaga programu kontroli szczelności komory dostępnego z poziomu użytkownika. Wszystkie obecne na rynku sterylizatory niskotemperaturowe na nadtlenek wodoru kontrolują szczelność komory automatycznie nie ma uzasadnienia aby robić to ręcznie z poziomu użytkownika. Jedynym urządzeniem który posiada wyspecyfikowaną cechę, jest sterylizator firmy





Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

*„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków. Opisana cecha jako parametr graniczny blokuje możliwość zaoferowania lepszych rozwiązań technicznych obecnych na rynku a preferuje gorsze technicznie urządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy jak w sentencji lub wnosimy o usunięcie tego zapisu w całości.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Wg wiedzy Zamawiającego najbardziej miarodajny test szczelności jest przeprowadzany przy pustej komorze sterylizatora. Osobny dedykowany program do testu szczelności jest powszechnie stosowany również w innych sterylizatorach.

#### **Pytanie nr 34**

**Dotyczy parametru nr 7 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji wyposażonego w 2 wysuwane półki wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej wewnątrz komory, nie krótsze niż 64 cm.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 35**

**Dotyczy parametru nr 9 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji w którym czynnik sterylizujący jest o stężeniu 59% nadtlenu wodoru, w pojemnikach z nadrukowanym kodem Data Matrix (lub w technologii równoważnej) z zapisanym terminem przydatności do użycia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 36**

**Dotyczy parametru nr 10 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji gdzie jeden zasobnik umożliwia przeprowadzenie minimum 5 cykli sterylizacyjnych. Ogranicza to koszty związane ze starzeniem się nadtlenu wodoru wprowadzonego do sterylizatora, który jeżeli nie zostanie zużyty musi zostać zutylizowany.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 37**

**Dotyczy parametru nr 11 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**





Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

*„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji stosującego lepszą metodę neutralizacji czynnika sterylizującego za pomocą generowanej fazy plazmy. Utylizacja odbywa się bez kosztowo nie wymaga obsługi, wymiany elementów zużywalnych ani przeglądów. Nie zrzuca także zneutralizowanego powietrza do pomieszczenia w którym pracuje sterylizator, a w którym mogą być śladowe pozostałości nadtlenu wodoru. Dodatkowo parametr opisany w pkt.11 „Neutralizacja czynnika i pozostałości czynnika sterylizującego po procesie sterylizacji za pomocą konwertera katalitycznego niewymagającego obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów.” spełnia tylko jeden producent i opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków. Tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów publicznych.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylizatora plazmowego neutralizującego czynnikiem sterylizującym przez zastosowanie fazy plazmy pod warunkiem, że generator plazmy również będzie elementem niewymagającym obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów. W przypadku zaoferowania sterylizatora plazmowego posiadającego również konwerter katalityczny, Zamawiający wymaga, aby zarówno generator plazmy jak również konwerter katalityczny były elementami niewymagającymi obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów.

#### Pytanie nr 38

**Dotyczy parametru nr 12 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji w którym system blokuje zaaplikowany zasobnik z czynnikiem sterylizującym od uruchomienia pierwszego cyklu aż do momentu całkowitego zużycia pojemnika. Następnie pojemnik jest w sposób w pełni automatyczny i bezpieczny dla personelu obsługującego sterylizator usuwany z urządzenia. Czynnikiem sterylizującym w momencie usuwania ze sterylizatora jest podwójnie zabezpieczony przed możliwością kontaktu z otoczeniem. Automatycznie usuwany do pojemnika zabezpieczającego z urządzenia dostarczającego sterylant do komory sterylizatora. Pojemnik umożliwia bezpieczną utylizację zasobników z czynnikiem sterylizującym.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie nr 39

**Dotyczy parametru nr 18 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji który posiada 4 następujących programów sterylizacji do wyboru w zależności od sterylizowanego sprzętu;

- cykl standardowy przeznaczony do sterylizowania wszystkich narzędzi i urządzeń medycznych w czasie nie dłuższym niż max. 47 min.

- cykl przeznaczony do sterylizowania endoskopów giętkich w czasie nie dłuższym niż max. 42 min.





Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

- cykl szybki - przeznaczony do sterylizowania narzędzi i urządzeń medycznych w czasie max. 24 min.

- cykl zaawansowany przeznaczony do sterylizowania skomplikowanego sprzętu medycznego takiego jak: bronchoskopy, histeroskopy, cystoskopy, choledochoskopy w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż różnice pomiędzy wyspecyfikowanym parametrem a oferowanym przez nas są bardzo małe, praktycznie nie mają znaczenia w szybkości procesowanego wsadu. Dodatkowo parametr opisany w pkt.18 spełnia tylko jeden produkt – sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków i tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów publicznych.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 40

**Dotyczy parametru nr 19 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu „Na każdym programie możliwość sterylizacji wsadów opakowanych” ponieważ nie rozumiemy do czego odnosi się tak wyspecyfikowany parametr.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania sterylizatorów, które mają choćby jeden program dedykowany do tzw. wsadów nieopakowanych.

#### Pytanie nr 41

**Dotyczy parametru nr 25 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenuk wodoru nowej generacji który umożliwia sterylizację dla minimalnej masy wsadu na programie dla narzędzi bez kanałów (do 58 min.) – 9,7 kg lub do 24 min przy wadze do 4,9 kg.

Parametr opisany w pkt.25 spełnia tylko jeden produkt – sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków i tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów publicznych.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 42

**Dotyczy parametru nr 29 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenuk wodoru nowej generacji o bardziej





**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Rzeczpospolita  
Polska**



**WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

*„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

zaawansowanym technicznie rozwiązaniu które jest stosowane nie tylko do programów endoskopowych oraz sprzętu z kanałami ale może być stosowany automatycznie do wszystkich programów lub manualnie do wybranych programów zgodnie z decyzją Użytkownika. Sterylizator wyposażony jest w system kontrolujący poprawność przygotowania wsadu do sterylizacji, informujący użytkownika o jakości załadowanego wsadu. Weryfikujący ewentualne pozostałości wilgoci we wsadzie oraz umożliwiający jej eliminację ze wsadu. Użytkownik ma możliwość wyboru zastosowania tego rozwiązania w celu eliminacji przerwanych cykli sterylizacyjnych, ze względu na złe przygotowanie wsadu. System redukuje koszty związane z przerwaniem cykli sterylizacyjnych oraz przyspiesza obieg narzędzi do ponownego użycia w szpitalu. Parametr opisany w pkt.29 spełnia tylko jeden produkt – sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków i tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów publicznych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogu tego punktu SIWZ dot. osiąganego poziomu obniżenia ciśnienia w komorze.

#### **Pytanie nr 43**

**Dotyczy parametru nr 30 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenuk wodoru nowej generacji o bardziej zaawansowanym technicznie rozwiązaniu które w przypadku przerwania cyklu w trakcie etapu kondycjonowania, czynnik sterylizujący nie zostaje wstrzyknięty do komory ani też nie zostaje zachowywany w specjalnym rezerwarze do wykorzystania w następnym procesie tylko po prostu pozostaje w oryginalnym zasobniku zawierającym czynnik sterylizujący. W ten sposób opisany parametr w pkt.30 spełnia tylko jeden produkt – sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków i tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów publicznych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 44**

**Dotyczy parametru nr 31 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie przez określenie - potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Czy potwierdzenie ma być wydane przez odpowiednie i umocowane zgodnie z obowiązującym prawem certyfikowane laboratoria zajmujące się takimi badaniami? Czy też Zamawiający opisał w tym punkcie dokument który posiada tylko firma Steris?


#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby skuteczność inaktywacji prionów była potwierdzona przez niezależną (od producenta oferowanego produktu) jednostkę notyfikowaną, a więc jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzanie oceny zgodności i uprawnioną do wydawania takich potwierdzeń. Jednocześnie





Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Zamawiający dopuszcza również równoważne potwierdzenia wydane przez niezależne certyfikowane/akredytowane laboratoria.

#### Pytanie nr 45

##### Dotyczy parametru nr 32 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o bardziej zaawansowanym technicznie rozwiązaniu które nie potrzebuje aż 3-krotnego dozowania sterylantu jak to jest w przypadku opisanego przez Zamawiającego procesu zachodzącego tylko w systemie firmy Steris. Oferowany przez nas system gwarantuje osiągnięcie sterylności wsadu już po 2 dawkach sterylantu i nie potrzebuje 3 dawki. Obecne na rynku sterylizator nawet produkowane 20 lat temu osiągają sterylność wsadu już po 2 dawkach sterylantu oraz umożliwiają walidacje tych systemów zgodnie z odpowiednimi normami w tym zakresie. W ten sposób opisany parametr w pkt. 32 spełnia tylko jeden produkt – sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków, jest to część jego procesu technologicznego. Tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów publicznych.

##### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wymagań punktów 18-25 dotyczących możliwości sterylizatora pod względem załadunku i czasów procesu.

#### Pytanie nr 46

##### Dotyczy parametru nr 34 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie narzędzi lub sprzętu medycznego który Zamawiający zamierza sterylizować w sterylizatorze na nadtlenek wodoru a spełniający wymaganie określone w pkt. 34 „Poświadczona dokumentem producenta możliwość sterylizacji kanałów o średnicy 1 mm oraz długości  $\geq 4$  metrów”. Jesteśmy liderem rynku sterylizacji opartej o nadtlenek wodoru, w Polsce mamy ponad 150 zainstalowanych systemów sterylizacji na nadtlenek wodoru i nigdy nie spotkaliśmy się z takim wymaganiem. Państwa odpowiedź na to pytanie pozwoli nam dostosować naszą ofertę do Państwa wymagań.

##### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sterylizatora, który umożliwia sterylizację długich kanałów, w tym również niektórych drenów, które posiadają ponad 2 metry. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść tego punktu na „Poświadczona dokumentem producenta możliwość sterylizacji kanałów o średnicy  $\geq 1$  mm oraz długości  $\geq 2$  metry”.

#### Pytanie nr 47

##### Dotyczy parametru nr 35 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o możliwość





**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



CERTYFIKAT 2017/8



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita  
Polska**



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

**PROJEKT**

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”  
wysterylizowania w jednym z programów załadunku o masie 9,7 kg przy założeniu że ma to być wsad referencyjny zwalidowany i potwierdzony przez producenta urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 48**

**Dotyczy parametru nr 36 opisanego w załączniku 2b do podmiotowej SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora plazmowego, niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o następujących parametrach zasilania prądem 3-fazowym: 380-415 VAC /32A/50/60 Hz. - bez wymagania dodatkowych mediów, wentylacji i odpływów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 49**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru którego instalacja wymaga 10 krotnej wymiany powietrza w ciągu godziny w pomieszczeniu gdzie będzie użytkowany. Prosimy również o potwierdzenie że przygotowanie pomieszczenia do instalacji nie będzie obciążało oferenta.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 50**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru dla którego czynnik sterylizacyjny musi być przechowywany np. : w lodówce. Prosimy również o potwierdzenie że urządzenia konieczne do przechowywania czynnika sterylizującego nie będą obciążać dodatkowo oferenta.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

W celu wypełnienia dyspozycji z art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Nowe terminy:**

**Składanie ofert: 31.08.2020r. godz. 11:00**

**Otwarcie ofert: 31.08.2020r. godz. 12:00**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*



