




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce: 28.08.2020 r.

EZ/ZP/122/2020/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Zakup i dostawa ochrony radiologicznej RTG dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: EZ/ZP/122/2020/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Ogólne warunki zaproszenia do składania ofert

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert za pomocą nośników elektronicznych (np. mailem lub za pomocą platformy elektronicznej), opatrzonych odpowiednim podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert za pomocą nośników elektronicznych na adres: magdalena.wojcik@wszkielce.pl. Oferta winna być opatrzona odpowiednim podpisem elektronicznym. Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2020 o godzinie 10.00.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów od S do XL wg poniższej tabeli rozmiarów w celu prawidłowego dopasowania fartuchów ochronnych RTG tj.

Rozmiar S - 55x100 cm(±5 cm), -

Rozmiar M - 60x100 cm(±5 cm)

Rozmiar L - 68x110 cm(±5 cm),

Rozmiar XL - 72x110 cm(±5 cm).

Kamizelka i spódnica na siebie nachodzą dając odpowiednio całkowitą długość 100 lub 110 cm.

Zgodnie z następującą tabelą rozmiarów:

KAMIZELKA						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar	91	97	107	113	120	127
Zalecany obwód klatki	80-85	86-91	92-97	98-107	108-113	114-120
Długość	50	55	60	65	65	65



Podczas pomiaru całkowitej długości należy uwzględnić zakładkę (zakładka oznacza, że kamizelka i spódnica nachodzą na siebie)

SPÓDNICA							
Rozmiar	XS	S	M	L	LL	XL	XXL
Pas	65	70	75	81	87	93	103
Zalecany wymiar pasa	63-67	68-72	73-78	79-84	85-90	91-97	98-108
Biodra	90	95	100	106	112	118	128
Długość	50	60	60	60	60	60	60

Przy pomiarze całkowitej długości należy uwzględnić zakładkę (zakładka oznacza, że kamizelka i spódnica nachodzą na siebie)

Inne dostępne długości: 70, 80.

Dostępna dowolna kombinacja rozmiaru i długości

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie okularów ochronnych lekkich o wadze 66g.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza okularów o wadze 66 g.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 6 tygodni ze względu na panującą pandemię COVID-19?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 6 tygodni. Termin dostawy zgodnie z zapisem w Zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na przesłanie oferty drogą mailową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert za pomocą nośników elektronicznych. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CIA DYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Bidas

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Magdalena
mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14
magdalena.wojcik@wszskielce.pl