



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

#### PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Kielce, 28.08.2020r.

EZ/ZP/100/2020/RI

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: EZ/ZP/100/2020/RI

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. IV

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Pytanie nr 52

**Dotyczy Pakietu nr 2 pkt 6 parametrów techniczno – funkcjonalnych.**

Sterylicator posiada niezależny program kontroli szczelności komory dostępny z poziomu użytkownika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść pkt 6 poprzez nadanie mu nowego brzmienia tj.: „Sterylicator posiada niezależny program kontroli szczelności komory dostępny z poziomu użytkownika lub urządzenie posiada wyspecyfikowane cechy w automatycznym cyklu pracy”.

### Pytanie nr 53

**Dotyczy Pakietu nr 2 pkt 11 parametrów techniczno – funkcjonalnych.**


Neutralizacja czynnika i pozostałości czynnika sterylizującego po procesie sterylizacji za pomocą konwertera katalitycznego niewymagającego obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść pkt 11 poprzez nadanie mu nowego brzmienia tj.: „Neutralizacja czynnika i pozostałości czynnika sterylizującego po procesie sterylizacji za pomocą konwertera katalitycznego niewymagającego obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów do końca fazy plazmy”.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

**Pytanie nr 54**

**Dotyczy Pakietu nr 2 pkt 29 parametrów techniczno – funkcjonalnych.**

Każdy program do sprzętu z kanałami, oraz każdy program endoskopowy rozpoczynany od fazy eliminacji wilgoci we wsadzie poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrz komory do poziomu nie większego niż 0,4 Torr`a.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść pkt 29 poprzez nadanie mu nowego brzmienia tj.: „ *Każdy program do sprzętu z kanałami, oraz każdy program endoskopowy rozpoczynany od fazy eliminacji wilgoci we wsadzie poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrz komory do poziomu zapewniającego prawidłowy proces sterylizacji*”.

**Pytanie nr 55**

**Dotyczy Pakietu nr 2 pkt 35 parametrów techniczno – funkcjonalnych.**

Możliwość sterylizowania w jednym z programów załadunku o masie nie mniejszej niż 20 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 20, dopuścił masę wsadu prawie dwukrotnie mniejszą niż pierwotnie opisana w SIWZ tj. 10,5 kg.

**Pytanie nr 56**

**Dotyczy Pakietu nr 2 pkt 29 parametrów techniczno – funkcjonalnych.**

Odpowiedź na pytanie nr 42 do parametru nr 29, w której Zamawiający utrzymał konieczność osiągnięcia poziomu obniżenia ciśnienia w komorze.

Jednocześnie odpowiedź udzielona na pytanie nr 42 pozostaje w sprzeczności z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 24, dotyczącą tego samego parametru.

Przytoczone parametry są cechami charakterystycznymi i opatentowanymi dla urządzenia firmy STERIS. Zamawiający poprzez wskazanie i utrzymanie tych zapisów, jednocześnie wskazuje sterylizator firmy STERIS o nazwie V-PRO maX2, oferowane przez firmę Media-MED. Spółka z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków. Wprowadzenie i utrzymanie takich zapisów, pomimo pytań przesłanych przez Wykonawców, w których zwrócono Zamawiającemu uwagę, że narusza zapisy art. 29 ust 2 oraz art. 7 ust 1 oraz ust 3 Ustawy PZP, nie tylko pozostały bez należytej reakcji, udzielone odpowiedzi w tym zakresie utrzymały je w mocy. Mając powyższe na uwadze wnosimy o usunięcie w całości wskazanych parametrów techniczno – funkcjonalnych lub unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 2.

Jednocześnie wzywamy Zamawiającego do zaniechania działań prowadzących do naruszenia obowiązującego prawa poprzez sporządzenie opisu parametrów techniczno – funkcjonalnych w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z zaniechaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniem wszystkich wykonawców, wskazanie parametrów technicznych opisujących sprzęt (sterylizator STERIS V-PRO maX2) jednego producenta w wyniku czego daje możliwość złożenia oferty tylko przez jednego Wykonawcę – firmę Media-MED. Spółka z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków, a tym samym pozbawia Zamawiającego otrzymania więcej niż jednej oferty oraz wybór najkorzystniejszej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54 i nr 24.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

**Pytanie nr 57**

**Dotyczy Pakietu nr 2**

Dodatkowo po analizie opublikowanych odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

1. zawartego w odpowiedzi na pytanie nr 24 do pkt. 29 w pakiecie nr 2 wymagania, że zastosowana technologia w fazie kondycjonowania ma zapewnić skuteczne usuwanie wilgoci ze wsadu.

Czy to znaczy że:

Zamawiający ma zamiar procesować wsady wadliwe, przygotowane do sterylizacji niezgodnie z normami i zarządzeniami w tym zakresie, ponieważ tylko w takim przypadkach wsady mogą zawierać wilgoć?

Prawidłowo przygotowany wsad, zgodnie z stosowanymi normami i zaleceniami nie może zawierać wilgoci, a jeżeli ją zawiera nigdy nie powinien zostać poddany procesowi sterylizacji. Dotyczy to wszystkich metod sterylizacji. Nieprawidłowo przygotowany wsad stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów.

2. zawartego w odpowiedzi na pytanie nr 28 do pkt. 34 w pakiecie nr 2 wymagania, aby zaoferowany sterylizator umożliwi sterylizację drenów, o długości ponad 2 metry i zgodnie z dokonaną modyfikacją średnicę większą lub równą 1mm.

Czy to znaczy że:

Zamawiający wymaga poświadczenia możliwości sterylizowania drenów jednorazowego użytku, co jest niezgodę z obowiązującym prawem w Polsce w tym zakresie?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1** - Zamawiający ma pełną świadomość i wystarczającą wiedzę jak prawidłowo należy przygotować wsad do sterylizacji. Zdarzają się jednak elementy wsadu, które pozornie wydają się całkowicie suche, natomiast w wyniku osiągnięcia podciśnienia przez sterylizator uwalnia się z nich śladowa pozostałość wilgoci ( np. instrumentarium o długich i wąskich kanałach). Na rynku są dostępne urządzenia, które w takim przypadku przerywają proces, są również takie, które potrafią takie śladowe ilości usunąć i z powodzeniem zakończyć skutecznie proces. Takiego właśnie urządzenia wymaga Zamawiający.

**Ad. 2** - Zamawiający ma wystarczającą wiedzę i nie zamierza sterylizować wyrobów jednorazowego użytku, na rynku są dostępne również dreny wielorazowego użytku.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Nowe terminy:**

**Składanie ofert: 02.09.2020r. godz. 11:00**

**Otwarcie ofert: 02.09.2020r. godz. 12:00**



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Rzeczpospolita  
Polska**



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

**PROJEKT**

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

*Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [rafal.iwan@wszkielce.pl](mailto:rafal.iwan@wszkielce.pl)*

*Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres [rafal.iwan@wszkielce.pl](mailto:rafal.iwan@wszkielce.pl) lub faksem pod nr (41) 366-00-14*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

*Bartosz Stemplewski*

Z-CADYREKTORA  
ds. Lecznictwa

*Krzysztof Bidas*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

*mgr Sebastian Szaniawski*

**Dział Zamówień Publicznych**  
Tel. 41/30-33-517, fax: 41/366-00-14  
[rafal.iwan@wszkielce.pl](mailto:rafal.iwan@wszkielce.pl)