



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 28.09.2020r.

EZ/ZP/133/2020/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. EZ/ZP/133/2020/UG w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycja 1 igieł tętnicznych do hemodializy o rozmiarach 1,6 i 1,8 x 2,5 cm i długości i długości drenu 150 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycja 2 igieł żylnych do hemodializy o rozmiarach 1,6 i 1,8 x 2,5 cm i długości i długości drenu 150 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści złożenie oferty na igły żyłne/tętniczne do hemodializy w rozmiarach 1,6, 1,8 x 2,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozm. M, pakowane po 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 2-7 mm, zintegrowane zębki walcowate + naprzemienny układ zębów, łukowaty kształt, magazynek z taśmą samoprzylepną, papierowa część blistra do wklejenia do dokumentacji, zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozm. ML, pakowane po 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 2-7 mm, zintegrowane zębki walcowate + naprzemienny układ zębów, łukowaty kształt, magazynek z taśmą samoprzylepną, papierowa część blistra do wklejenia do dokumentacji, zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozm. L, pakowane po 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 2-7 mm, zintegrowane zębki walcowate + naprzemienny układ zębów, łukowaty kształt, magazynek z taśmą



samoprzylepną, papierowa część blistra do wklejenia do dokumentacji, zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozm. XL, pakowane po 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 2-7 mm, zintegrowane zębki walcowate + naprzemienny układ zębów, łukowaty kształt, magazynek z taśmą samoprzylepną, papierowa część blistra do wklejenia do dokumentacji, zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 2 na użyczenia na czas trwania umowy po 1 sztuce klipsownic do klipsów w rozm. M do zabiegów otwartych, ML, L i XL do zabiegów laparoskopowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 9 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex; - radiocieniujący szaft cewnika; - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu; - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów; - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry; - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się; - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość; - kompatybilny z MRI; - odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg; - igła wprowadzająca 18G; - rozszerzadło; - nasadki iniekcyjne Luer Lock; - wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik; - silikonowe ramiona; - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne; - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość; - kompatybilny z MRI; - odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg; - adapter wypełniający; - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze; - igła wprowadzająca 18G; - rozszerzadło 12 Fr; - rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką; - nasadki iniekcyjne Luer Lock; - kleszczyki – 2 szt.;

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika:

19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka zestawu:
- radiocieniujący cewnik; - zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki; - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne; - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze; - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość; - kompatybilny z MRI; - odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg; - adapter wypełniający; - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze; - igła wprowadzająca 18G; - rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr; - nasadki iniekcyjne Luer Lock; - kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika:

19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka zestawu:
- radiocieniujący cewnik; - zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki; - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne; - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze; - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość; - kompatybilny z MRI; - odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg; - adapter wypełniający; - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze; - igła wprowadzająca 18G; - rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr; - nasadki iniekcyjne Luer Lock; - kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

do pakietu 1 pozycja 1 W kolumnie drugiej opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 Zamawiający podał opis: Zestaw cewnik naczyniowy permanentny odwrotnie tunelizowany, miękki, wykonany z Carbotanu, z mufą dakronową, kształt kanałów podwójne D; ze szczelinami bocznymi wycinanymi



laserowo zapobiegającymi przyklejaniu się do naczynia i wykrzepianiu; kształt wylotu cewnika symetryczny "Spiralne-Z" zapobiegający recyrkulacji; ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 15 Fr i dł. 19/39 cm; 23/43 cm; 28/48 cm; 33/53 cm; 44/64cm; 55/75 cm; do wyboru przez Zamawiającego W skład zestawu wchodzi: cewnik 15 Fr; zewnętrzny zestaw pomiarowy (igła, skalpel, prowadnica); rozrywana koszulka z zastawką 16 Fr ; rozszerzacz 12 i 14Fr.; strzykawka, kleszczyki zaciskowe; gaziki; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone. Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania proszku hemostatycznego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność: Zestaw cewnik naczyniowy permanentny zakładany metodą seldingera, miękki, wykonany z Durathanu materiału miękkiego i odpornego), z mufą poliestrową, kształt kanałów podwójne D; z końcówką schodkową zapobiegającą przyklejaniu się do naczynia i wykrzepianiu; kształt wylotu cewnika niesymetryczny -kanały oddalone od siebie o 3cm zapobiegające recyrkulacji; ramiona z PCV nie załamujące się, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 15,5 Fr i dł. 19/24 cm; 23/28 cm; 27/32 cm; 31/36 cm; 35/40cm 43/48cm; 50/55 cm; do wyboru przez Zamawiającego W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr; zewnętrzny zestaw pomiarowy (igła, skalpel, prowadnica); rozrywana koszulka z zastawką 16 Fr ; rozszerzacz 12 i 14Fr.; strzykawka; opatrunek na ranę; 2 nasadki

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający w specyfikacji określił dokładnie wymagane parametry.

Pytanie 17

dotyczy pytania nr 16 pakietu nr 1 pozycja 2: W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 16

Pytanie 18

do pakietu 1 pozycja 2 W kolumnie drugiej opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 Zamawiający podał opis: Zestaw cewników naczyniowych permanentnych, miękki cewnik, wykonany z Carbothanu, o przepływie min. 450 ml/,min z mufą dakronową, kształt kanałów „podwójne D”; kształt wylotu cewnika schodkowy; silikonowe ramiona, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 14,5 Fr i dł. 19/36 cm; 23/40 cm; 28/45 cm; 33/50 cm; W skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G; prowadnica J-prosta 0,96 mm x 70 cm; rozrywana koszulka z zaworem / rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE; mandryn tunelujący 21 cm; rozszerzacz tkankowy 12 Fr i 14 Fr.; strzykawka 12ml; skalpel nr 11; 4 szt. gaziki 10x10cm; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone. Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania proszku hemostatycznego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność: Zestaw cewników naczyniowych permanentnych, miękki cewnik, wykonany z Durathanu (materiału miękkiego i odpornego), o przepływie min. 450 ml/,min z mufą poliestrową, kształt kanałów „podwójne D”; kształt wylotu cewnika schodkowy; ramiona z PCV, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 15,5 Fr i dł. 19/24 cm; 23/28 cm; 27/32 cm; 31/36 cm; 35/40cm W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G; prowadnica J-prosta 0,97 mm x 70 cm; rozrywana koszulka z zaworem /



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr; tunelizator 17 cm; rozszerzacz tkankowy 12 Fr i 14 Fr.; skalpel nr 11; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki;

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający w specyfikacji określił dokładnie wymagane parametry.

Pytanie 19

dotyczy pytania nr 18 pakietu nr 1 pozycja 2: W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 18

Pytanie 20

do pakietu 1 pozycja 3 W kolumnie drugiej opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 3 Zamawiający podał opis: Zestaw cewnik naczyniowy permanentny z powłoką heparynową i jonami srebra, miękki, wykonany z Carbotanu, z mufą dakronową, kształt kanałów podwójne D; ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo zapobiegającymi przyklejaniu się do naczynia i wykrzepianiu; kształt wylotu cewnika symetryczny "Spiralne-Z" zapobiegający recyrkulacji ze znacznikiem głębokości; ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 14,5 Fr i dł. 19/36 cm; 23/40 cm; 28/45 cm; 33/50 cm; do wyboru przez Zamawiającego W skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G; prowadnica J prosta 0,038 cala x 70cm; rozrywana koszulka / rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE; tuneler rozwidlony; rozszerzacz 12 Fr.; strzykawka 12ml; skalpel nr 11; gaziki 10x10cm; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone. Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania proszku hemostatycznego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność: Zestaw cewników naczyniowych permanentnych, miękki cewnik, wykonany z materiału ENDEXO-niewymywalnego polimeru obecnego w całym materiale cewnika co znacznie zmniejsza ryzyko gromadzenia się skrzepin, z mufą poliestrową, kształt kanałów podwójne D; ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo zapobiegającymi przyklejaniu się do naczynia i wykrzepianiu; kształt kanałów podwójne D; z końcówką schodkową zapobiegającą przyklejaniu się do naczynia i wykrzepianiu; kształt wylotu cewnika niesymetryczny -kanały oddalone od siebie o 3cm zapobiegające recyrkulacji; ramiona z PCV nie załamujące się, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 15,5 Fr i dł. 19/24 cm; 23/28 cm; 27/32 cm; 31/36 cm; 35/40cm do wyboru przez Zamawiającego W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G; prowadnica J prosta 0,038 cala x 70cm; rozrywana koszulka / rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr; tunelizator; rozszerzacz 12 Fr.; skalpel nr 11; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki;

Pytanie 21

dotyczy pytania nr 20 pakietu nr 1 pozycja 3: W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 20

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski
DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

SPECJALISTA

mgr Edyta Kwaśniewska

Dział Zamówień Publicznych

mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

