



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce dn.07.10.2020 r.

Do wiadomości wszystkich
zainteresowanych

Znak sprawy: EZ/ZP/143/2020/KK

Dotyczy: postępowania do 30 000 EURO na zakup i dostawę duplikatora płyt CD/DVD dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 35-736 Kielce udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy zamawiający posiada licencję systemu PACS na podłączenie duplikatora płyt (wysyłanie badań przez węzeł DICOM do dostarczanego duplikatora płyt)

Jeśli nie to prosimy o potwierdzenie że koszty związane z zakupem takiej licencji po stronie systemu PACS ponosi zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada licencji systemu PACS na podłączenie duplikatora płyt (wysyłanie badań przez węzeł DICOM do dostarczanego duplikatora płyt).

Wszelkie koszty związane z pełną integracją oprogramowania duplikatora z systemem PACS jaki posiada Zamawiający (w tym zakup licencji) ponosi Wykonawca.

Pytanie 2

Jakiej firmy PACS/RIS/HIS jest obecnie używany w placówce?

Odpowiedź

Zamawiający posiada system PACS - Enterprise Imaging firmy Agfa HealthCare.

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przedłuża termin składania ofert do dnia 12.10.2020 r. do godziny 10:00.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

SPECJALISTA

mgr Edyta Kwasińska
Z up

DZIAŁ ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Krzysztof Krąjewski
Starszy inspektor

Dział Zamówień Publicznych