



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna  
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

Kielce, dn. 13.10.2020 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/144/2020/ESL

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb WSzZ w Kielcach w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytanie nr 14

Pakiet nr 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o poniższych parametrach:

### Jednorazowy kombinezon ochronny

<b>Materiał:</b>	z włókniny PP typu spunbond laminowanej folią PE
<b>Gramatura:</b>	57 gr/m <sup>2</sup>
<b>Rozmiary:</b>	S-M, L-XL, 2XL-3XL
<b>Normy:</b>	Personal Protective Equipment, (PPE) Directive 2016/425/EC, EN1149-1, EN14126, EN1073-2, EN14605/A1 (TIP 4), EN ISO13688, EN14325, EN13034/A1 (TIP6)

**Dodatkowe zabezpieczenie:** taśma bezpieczeństwa uszczelniająca zamykanie z przodu kombinezonu



#### Opis:

Dzięki jednoczęściowemu krojowi z kapturem 3d i elastycznej gumce wokół twarzy, kaptur może lepiej dopasować się do kształtu twarzy i zwiększyć poziom ochrony. Kombinezon ma dobrą skuteczność przeciw infiltracji, wysoką skuteczność filtrowania, jest odporny na wilgoć powierzchniową.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w piśmie z dnia 12.10.2020 r. „Odpowiedzi na pytania\_cd.” w Pytaniu nr 8 zmieniającym opis przedmiotu zamówienia w treści Załącznika nr 2 do SIWZ Pakiet nr 2 – Półmaska FFP2 bez zaworu, umieścił omyłkowo błędne wymagania dotyczące oporów oddychania dla półmasek FFP2, tj. *Maska o oporach oddychania nie przekraczających 300 Pa.*

**Winno być:** *Maska o oporach oddychania nie przekraczających ≤ 240 Pa według normy EN 149:2001+A1:2009.*