



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 21.10.2020 r.

Znak: EZ/ZP/148/2020/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i sukcesywną dostawę kompletów ubrań chirurgicznych oraz sterylnych zestawów dla noworodka dla potrzeb WSzZ w Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy w celu otrzymania bardzo atrakcyjnej oferty zamawiający dopuszcza ubrania operacyjne niejałowe wykonane z miękkiej i nie prześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 35, Włóknina nie pyłaca, o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min.66 kPa oraz o podwyższonej odporności na rozciąganie – na sucho min. 70 N ; odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho ≤ 110 CFU, reszta wymagań zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

SPECJALISTA
mgr Edyta Kwasniewska