

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, <sup>102</sup>... 11.2020 r.

EZ/ZP/141/2020/MW

*Do wszystkich zainteresowanych*

dotyczy: „*Zakup i dostawę zespołów neurochirurgicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.*”

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1 do Pakietu 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu o niżej wymienionych parametrach :

- Śruby: o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augmentacyjne. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem, sterylne.
- średnice śrub od 4,5mm do 10,5mm, dostępne w długościach od 25 do 80mm
- wysokość głowy śruby: 17mm,
- wysokość głowy śruby powyżej pręta: 5,74 mm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2 do Pakietu 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu o niżej wymienionych parametrach :

- tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego;
- płytki o wymiarach 20-103mm
- płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm)
- i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm;
- płytki o niskim profilu (wys. 2,7mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); szerokość płytki max 19mm.
- śruby samotnące i samogwintujące sztywne: jednokorowe ( $\phi$ 4mm, dł. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe ( $\phi$ 4,0mm, dł. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne ( $\phi$ 4,5mm, dł. 13-17mm ze skokiem co 2mm);
- ruchomość śruby  $35^0$  wzdłuż i  $8^0$  w poprzek osi płytki;
- śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgow);
- każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki; blokada z możliwością powtórzenia.
- rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby
- trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy;

- możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby;
- możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek;
- system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację
- porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwniu się płytki na kręgach;
- porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość-śruba;
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
- możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki – poprzez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających połączenie;
- poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium w tym: wyginarka, piny do tymczasowej fiksacji, szydło, celowniki pojedyncze i podwójne, narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śruby,
- jeden plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty;

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3 do Pakietu 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu o parametrach wymienionych poniżej:

Zestaw do wertebroplastyki o wysokiej lepkości

Sterylny jednorazowy zamknięty system zawierający żywicę akrylową na bazie PMMA o wysokiej lepkości. O jednoczesnym braku możliwości skażenia mikrobiologicznego i eliminujący błędy przy mieszaniu. Płyn sterylizowany drogą filtracji, reszta tlenkiem etylenu.

Objętość produktu po zmieszaniu wystarczająca do zaopatrzenia maksymalnie czterech kręgów. Czas przygotowania cementu 1 minuta. Gotowość do podania cementu - natychmiast po przygotowaniu (bez jakiegokolwiek czasu oczekiwania). Czas pracy z cementem, przy zachowaniu sugerowanej temperatury przechowywania - do 14 minut. Zawartość substancji kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi.

Jednorazowy sterylny zestaw zamknięty zawiera proszek (18g: polimetakrylan metylu, siarczan baru, nadtlenek benzoilu) oraz ampulkę z płynem (8,3g: metakrylan metylu, N-dimetylo-p-toluidyny, hydrochinon). Dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w czterech rozmiarach każda - ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio: 9G/15cm, 11G/12cm, 13G/12cm oraz 15G/12cm.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 4 do Wzoru Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 2).

**Odpowiedź:**


**Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie dodatkowego zobowiązania**

**Pytanie nr 5 do Wzoru Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust. 2).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu.**



#### Pytanie nr 6 do Wzoru Umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty otrzymania pisemnej reklamacji” na „...od daty uznania reklamacji”.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

#### Pytanie nr 7 do Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 3 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

#### Pytanie nr 8 do Wzoru Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2):

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia – w wysokości 150,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 150,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia towaru,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesiące okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 150,00 zł za stwierdzone uchybienie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmian w zakresie postanowień dotyczących kary umownej. Zastosowanie instytucji kar umownych ma na celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zważając na jej przedmiot jak i wartość, z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z zapewnieniem dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokość kar umownych wynikająca z projektu umowy znajduje uzasadnienie.

#### Pytanie nr 9 do Pakietu 2

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach:

Implant zastępujący trzon kręgowy z możliwością płynnej regulacji wysokości in situ, wykonany z biozgodnego tworzywa sztucznego PEEK (polieteroeteroketon) o sztywności zbliżonej do ludzkiej kości, implantacja możliwa z 2 dostępów operacyjnych: przedniego i przednio-bocznego, modułowa



budowa implantu, każdy implant składa się z trzonu z możliwością regulacji wysokości i dwóch montowanych zatraskowo talerzy oporowych, dostępność montowanych opcjonalnie tulei przedłużających, trzony regulowane dostępne przynajmniej 3 zakresach regulacji, wysokości złożonego implantu od 25 do 100mm (dla wysokości powyżej 64mm z tulejami przedłużającymi), 3 rozmiary talerzy oporowych uwzględniających wielkość powierzchni granicznych trzonów (Ø22mm, 26x22mm, 30x26mm), kąty lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej (4 rozmiary 0°, 3°, 5°, 9° dające sumarycznie możliwość uzyskania 10 różnych katów), montaż talerzy oporowych możliwy w ośmiu położeniach katowych względem siebie (co 45°), umożliwiający dostosowanie implantu do wybranego dostępu operacyjnego oraz instrumentowanego odcinka kręgosłupa, możliwość śródoperacyjnego demontażu zmontowanych elementów w celu np. zamontowania talerza o innym rozmiarze lub kącie, ząbkowana powierzchnia talerzy oporowych z 4 kolcami zwiększającymi stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji, automatyczne zabezpieczenie przed zmianą wysokości implantu po jego wszczepieniu, duże otwory widoczne w płaszczyźnie poziomej przeznaczone na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej, 8 tantalowych znaczników nieprzeziernych dla promieni RTG (po 4 w każdym talerzu oporowym), dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu, INSTRUMENTARIUM: zestaw palet do przechowywania oraz sterylizacji implantów, nieskomplikowane instrumentarium w skład którego wchodzi intuicyjne w obsłudze narzędzia, w zestawie komplet regulowanych kątowo przymiarów talerzy oporowych dla ułatwienia doboru ich kształtu do powierzchni granicznej trzonu, w zestawie narzędzie do wprowadzania implantu, wyposażone w mechanizm do płynnej regulacji jego wysokości in situ, w zestawie prosty w obsłudze, intuicyjny stolik montażowy, umożliwiający szybki śródoperacyjny montaż elementów składowych implantu i nie wymagający od użytkownika doboru elementów narzędzia w zależności od kształtu i rozmiaru talerza oporowego, narzędzia zaopatrzone w silikonowe rękojeści, zestaw palet i kontenerów do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Komplet: 1 trzon protezy, 2 talerzyki oporowe, 1 tuleja przedłużająca.

### **Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie nr 10 do Pakietu 4**

Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach: Dynamiczny system do płytkowej stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; płytki o wymiarach 23-89 mm i rozstawem otworów ze skokiem max. 2mm; płytki 4-otworowe (23-28mm), 6-otworowe (37-46mm), 8-otworowe (50-65mm), 10-otworowe (69-89mm); płytki o niskim profilu (wys. max. 2mm w części środkowej płytki), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne), pokrywające się rozstawy otworów dla płytek 4, 6, 8 i 10-otworowych; wkręty samogwintujące, wielokątne i sztywne, o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, oraz rewizyjne/osteoporotyczne o średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, wkręty samowierzące, wielokątne i sztywne, o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, oraz rewizyjne/osteoporotyczne o średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, możliwość zastosowania stabilizacji hybrydowej, półsztywnej (z użyciem wkrętów sztywnych i wielokątnych); ruchomość wkrętów wielokątnych w zakresie 20 stopni ( $\pm 10$ ) wzdłuż osi płytki i 20 stopni (-4 i +16) w poprzek osi płytki, wkręty blokowane wewnętrznie, zatraskowo (blokada musi zapobiegać wykręcaniu się wkrętu, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów), każdy wkręt blokowany niezależnie, bez dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki, rodzaje wkrętów kodowane kolorami, wkręty mają atraumatyczne zakończenie i niski profil łba, nie wystający ponad powierzchnię płytki; możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania wkrętu, materiał wykonania: stop tytanu. Instrumentarium:



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: wkrętak z chwytakiem zapobiegającym spadaniu wkrętów; prowadnice do wiercenia otworów do wkrętów wielokątnych i sztywnych, wiertła z ogranicznikiem odpowiednio do wkrętów o dł. 12, 14, 16 i 18 mm; wkręty do tymczasowej stabilizacji płytki; regulowany wyginak do płytek umożliwiający doginanie i prostowanie płytek; specjalny wkrętak do rewizyjnego wykręcania zablokowanych wkrętów; chwytak do podawania płytek oraz miarka rozmiaru przeszczepu, nowoczesny zestaw palet i kontenerów do przechowywania i sterylizacji implantów i narzędzi. Komplet: 1 płytka, 4 śruby.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 11 do Wzoru Umowy**

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego postanowienia.**

#### **Pytanie nr 12 do Wzoru Umowy**

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, że zapis o terminie przydatności do użytku dotyczy jedynie implantów oferowanych w wersji sterylnej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego postanowienia.**

#### **Pytanie nr 13 do Wzoru Umowy**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych, określonych w §9 ust. 1 pkt 2:

- a. Lit b z 300zł na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru lub dookreślenie że Zamawiający nie będzie dzielił jednorazowych dostaw na dostawy mniejsze niż 20 000zł, oraz dookreślenie, iż łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego towaru
- b. Lit c z 300zł na 0,5% wartości reklamowanego towaru oraz dookreślenie, iż łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości reklamowanego towaru
- c. Lit d – usunięcie zwrotu „niestarannego” z uwagi na nie precyzyjne dookreślenie zobowiązania ewentualnie zmianę z 300zł na 50zł?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy



oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego postanowienia.**

Z-CA DYREKTORA  
ds. lecznictwa  
*Krzysztof Bidas*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*Szaniawski*  
mgr *Sebastian Szaniawski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*Wojcik*  
mgr *Magdalena Wojcik*  
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych

tel.: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14  
[magdalena.wojcik@wszkielce.pl](mailto:magdalena.wojcik@wszkielce.pl)