



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  
Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych  
Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych  
PROJEKT

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

Kielce, dn. 20.11.2020 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/169/2020/ESŁ

### *Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę maseczek medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1**

Realizowaliśmy przetargi, których nabywcami były jednostki samorządowe (urzędy miasta), które to później rozdzielały produkty (lub pakiety) na inne jednostki w tym na szpitale. Biorąc pod uwagę wartości, które przekroczyły 50 000,00 zł, czy zamawiający dopuszcza nasz udział w przetargu?

**Odpowiedź:** Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach **modyfikuje treść warunku udziału w postępowaniu poprzez zmianę jego treści i nadaje mu nowe brzmienie, tj.:**

- zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostawę/dostaw, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy asortymentu medycznego lub materiałów ochronnych jednorazowego użytku o łącznej wartości zrealizowanej/zrealizowanych dostawy/dostaw brutto minimum:
  - ✓ dla Pakietu nr 1 – Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami – 50 000,00 zł
  - ✓ dla Pakietu nr 2 – Maska medyczna trzywarstwowa wiązana na troki – 50 000,00 zł

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej maski?

Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny (25 g/m<sup>2</sup>+ 25 g/m<sup>2</sup>+ 25 g/m<sup>2</sup>), wymiary maski 17,5cm ±5mm x 9,5cm ±5mm. Wymiary gumek 17,5 cm ±5mm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 11 cm ±5mm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR – poziom filtracji bakterii BFE min. 98%, ciśnienie różnicowe ≤33,4 Pa/cm<sup>2</sup>, czystość mikrobiologiczna ≤ 3 cfu/g (przedstawienie raportu z jednostki niezależnej na zgodność z normą 14683).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie nr 3**

Czy w pakiecie 1 - Zamawiający mógłby dopuścić maseczki zgodne z normą 14683 o następujących parametrach: warstwa zewnętrzna 23g/m<sup>2</sup> dla zielonego i niebieskiego, dla białego 15g/m<sup>2</sup>, warstwa wewnętrzna 25g/m<sup>2</sup>, warstwa wewnętrzna 15g/m<sup>2</sup>; ciśnienie różnicowe 25,52 Pa/cm<sup>2</sup>; czystość mikrobiologiczna 3,2 cfu/g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

PROJEKT

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

#### Pytanie nr 4

Czy zamawiający wymaga by maseczki był wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka i spełniały wymagania humanoekologiczne potwierdzone niezależnym certyfikatem STANDARD 100 by OEKO-TEX®.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pytanie nr 5

Czy zamawiający wymaga aby materiały z których zostały przygotowane maseczki były bezpieczne dla dzieci co będzie potwierdzone niezależnymi certyfikatami.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pytanie nr 6

Czy zamawiający wymaga aby materiały z których zostały przygotowane maseczki nie zawierały lateksu, niklu i włókna szklanego dzięki czemu można je stosować bez ryzyka alergii przy jednocześnie zachowanej wysokiej skuteczności i podlegające recyklingowi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pytanie nr 7

W opisie produktu: "Pakiet 1 - Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami" oraz "Pakiet 2 - Maska medyczna trzywarstwowa wiązana na troki" wskazane parametry maseczek wskazują na konkretnego wykonawcę. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do przetargu ofertę z parametrami maseczek typ II spełniającymi normę EN 14683?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 8

Pakiet nr 1, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maski medyczne wykonane z 3 warstw niepyłającej włókniny (17g/m<sup>2</sup>+ 25g/m<sup>2</sup> + 17g/m<sup>2</sup>), wymiary maski 17,5 cm(±1 cm) x 9,5 cm (±1 cm), mocowane na elastyczne tasiemki o długości 17 cm (±1 cm) oraz szerokości 1,5 cm (±0,3cm). Długość sztywnika do formowania maski na nosie 9 cm (±1cm), Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE min. 98%, ciśnienie różnicowe min. 25Pa/cm<sup>2</sup>, czystość mikrobiologiczna na poziomie maximum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 9

Pakiet nr 2, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maski medyczne wykonane z 3 warstw niepyłającej włókniny (17g/m<sup>2</sup>+ 25g/m<sup>2</sup> + 17g/m<sup>2</sup>), wymiary maski 17,5 cm(±1 cm) x 9,5 cm (±1 cm), mocowane na elastyczne tasiemki o długości 17 cm (±1 cm) oraz szerokości 1,5 cm (±0,3cm). Długość sztywnika do formowania maski na nosie 9 cm (±1cm), Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE min. 98%, ciśnienie różnicowe min. 25Pa/cm<sup>2</sup>, czystość mikrobiologiczna na poziomie maximum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych na następujące brzmienie:

3. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  
Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych  
Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych  
PROJEKT

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
  - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
  - b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **200,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
  - c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **200 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
  - d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **150 zł** za stwierdzone uchybienie

**Odpowiedź:** Zamawiający odmawia dokonania zmian w umowie w zakresie kar umownych. Instytucja kar umownych służy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. Zważając na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, trwający stan epidemii i przedmiot umowy, zasady stosowania kar umownych i ich wysokość jest uzasadniona.

#### Pytanie nr 11

Pak 1 – czy Zamawiający dopuści do przetargu maseczki medyczne z gumką o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>+ 25g/m<sup>2</sup> + 20g/m<sup>2</sup> - pozostałe parametry zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 12

Pakiet nr 1 –Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami – czy Zamawiający dopuści maskę zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II o właściwościach mieszczących się w opisanej normie?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga masek medycznych trzywarstwowych zgodnych z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II.**

#### Pytanie nr 13

Pakiet nr 2 –Maska medyczna trzywarstwowa z trokami czy Zamawiający dopuści maskę zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II o właściwościach mieszczących się w opisanej normie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 14

Wzór umowy – Czy Zamawiający zmieni zapisy dotyczące kar umownych z uwagi na to, że w obecnej postaci są one rażąco wygórowane na:

- a) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **0,5% od wartości umowy**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- b) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **0,2% od wartości umowy**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **0,2% od wartości umowy** za stwierdzone uchybienie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

PROJEKT

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

**Odpowiedź:** Zamawiający odmawia dokonania zmian w umowie w zakresie kar umownych. Instytucja kar umownych służy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. Zważając na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, trwający stan epidemii i przedmiot umowy, zasady stosowania kar umownych i ich wysokość jest uzasadniona.

**Pytanie nr 15**

Pakiet 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z lepszą skutecznością filtracji bakterii min. 98,9 oraz ciśnieniem różnicowym 21,04 34,67 Pa/cm<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16**

Pakiet 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski ze sztywnikiem na nos o długości min. 9,5 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty z odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Jednocześnie Zamawiający przesuwają termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

**Termin składania ofert: 30.11.2020 r. - godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert: 30.11.2020 r. - godz. 10:30**

Z-CA DYREKTORA  
ds. Iszcznictwa

Krzysztof Bidas

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska  
INSPEKTOR

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski