



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Znak: EZ/ZP/193/2020/EK

Kielce, *07.12.* 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i sukcesywną dostawę półmasek filtrujących FFP2 bez zaworu dla potrzeb WSzZ w Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 bez nadruku nazwy własnej, o wyższej od wymaganej skuteczności filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) 99,9%, skuteczności filtracji dla cząsteczek $3,0 \pm 0,3 \mu\text{m}$ 99,9% potwierdzona badaniami, pakowaną po 50 sztuk w kartoniku (bez indywidualnego pakowania), wymiary maski 247mm +/-3mm x 100mm +/-3mm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 9,5 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 bez zaworu posiadającą skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) 94 %, Skuteczność filtracji dla cząsteczek $3,0 \pm 0,3 \mu\text{m}$ 99% potwierdzona badaniami pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 bez zaworu, która nie posiada badania dotyczącego odporności na penetrację krwią syntetyczną zgodnie z ASTM F1862 i ISO22609 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4


Czy Zamawiający w swoim opisie przedmiotu zamówienia ma na myśli półmaskę filtrującą FFP2 bez zaworu czy maskę FFP3? Parametry, które są opisane w SIWZ wskazują na maskę FFP3, natomiast Zamawiający wskazał na maskę FFP2?

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest półmaska filtrująca o klasie filtra FFP2 bez zaworu.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek FFP2 o skuteczności filtracji powyżej 94%.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek FFP2 o długości 12cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek FFP2 opór oddychania $>1,5$ Ba.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ, kryterium punktowane.

40 ENIGRA
actwa
Krzysztof Bidas

SPECJALISTA
mgr Edyta Kwaśniewska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski