



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dn. 21.12.2020 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/197/2020/ESL

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie na podstawie art. 70(1) ustawy Kodeks Cywilny w oparciu o przepis art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (t. jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 1842) na „Dostawę wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1. Wózek do przewozu zwłok

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o następujących parametrach?

Wykonawca/Producent			
Nazwa-model/typ			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji min. 2020 r.			
Lp.	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Wózek do przewozu zwłok			
1.	Wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo	TAK	
2.	Pokrywa z plandeki		
3.	Wymiary: długość całkowita 1900mm +/- 20mm szerokość całkowita 700mm +/- 20mm	TAK, podać	
4.	Wózek z regulacją manualną : mechanizm korbowy	TAK, podać	
5.	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)	TAK	
6.	Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie)	TAK	
7.	Gwarancja: min 24 miesiące licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy	TAK	

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 1 poz.4. Lampa zabiegowa

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oprawą wyposażoną w wykręcany uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, który można sterylizować w autoklawie?

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której włączenie i wyłączenie lampy oraz regulacja natężenia światła odbywa się przy pomocy wygodnego pokrętła umiejscowionego w pobliżu uchwytu sterylnego, a nie poprzez uchwyt sterylny?

Odpowiedź:

Ad.1. Tak, dopuszcza się.

Ad.2. Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 1 poz.5. Statyw do kroplówek

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania statyw do kroplówek o wysokości 1350-2150mm?

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania statyw do kroplówek o śr. podstaw 635mm?

Odpowiedź:

Ad.1. Tak, dopuszcza się.

Ad.2. Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów zaproszenia oraz wzoru umowy dla pakietów nr 1 i 6.

Zamawiający wyznaczył bardzo krótki czas realizacji zadań, tj. 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ustanawiając przy tym rażąco wysoką karę za opóźnienie w dostawie wyrobów, tj. 2 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia (zgodnie z §8 projektu umowy). W zasadzie, aby odpowiedzialnie złożyć ofertę w tym postępowaniu, oferent powinien posiadać opisane łóżka na stanie magazynowym. W obecnym czasie wzmożonych zakupów sprzętowych związanych z pandemią trudno posiadać taką ilość wyrobów w rezerwie magazynowej. Ponadto istnieją realne problemy z dostawami podzespołów krajowych i importowanych. Oferent musi uwzględnić też fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi, duża część pracowników zmuszona jest do przebywania na kwarantannach lub zwolnieniach lekarskich, co narusza płynność produkcji.

Na dodatek procedura postępowania zbiega się z okresem świątecznym. W tym czasie pracownicy mają czas wolny. Bieg terminu realizacji jest jednak mimo okresu świątecznego nieprzerwany, gdyż obejmuje dni kalendarzowe.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji zadań na 20 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 1 – zadanie 2 (fotel zabiegowy – 2 szt.)

1. Dla wiersza 6: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel który posiada całkowitą długość 80,5 cm?

2. Dla wiersza 7: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel który posiada całkowitą wysokość 82,5 cm?

3. Dla wiersza 8: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel którego masa stołu wynosi 20 kg?

4. Dla wiersza 10: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o szerokości siedziska i oparcia 39 cm?

Odpowiedź:

Ad.1. Tak, dopuszcza się.

Ad.2. Tak, dopuszcza się.


Ad.3. Tak, dopuszcza się.

Ad.4. Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 1 – zadanie 5 (statyw do wlewów i kroplówek 150 szt.)

Czy zamawiający dopuści stojak którego średnica podstawy wynosi 640 mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy dla uzyskania większej liczby konkurencyjnych ofert, Zamawiający zechce wydzielić z pakietu nr 1 zadania: 2 (fotel zabiegowy), 5 (statywy) do odrębnych pakietów?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 6 – parawany 40 szt.

1. Czy dopuszczają Państwo do zaoferowania parawan który posiada 4 kółka z blokadą? Parawan posiada 4 kółka z blokadą dzięki czemu jest mobilny i jednocześnie stabilny.

2. Czy dopuszczają Państwo do zaoferowania parawan którego wysokość to 1700 mm?

Odpowiedź:

Ad.1. Tak, dopuszcza się.

Ad.2. Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 2 – ssak medyczny 25szt.

Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z płynnym, szerokim zakresem regulacji wydajności ssania od 0 do 43 l/min i z możliwością opisania na regulatorze wydajności 30 l/min ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, wyposażony w bezolejową pompę próżniową, nie wymagającą konserwacji, bezobsługową i z długą 5 letnią gwarancją?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z trwałą obudową z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z niezawodnym, podświetlanym włącznikiem wciskanym ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z cichą pracą do 39,4 dB?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z 2 x zbiornik 2 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem maszynowym i bez blokady zabezpieczającej wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu plus 50 wkładów jednorazowych ? Podczas wymiany wkładów jednorazowych nie ma potrzeby stosowania blokady na zbiornik gdyż wymiana wkładów jednorazowych jest bardzo prostą czynnością.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z wyłącznikiem / wyłącznikiem nożnym i możliwością zamocowania go na wózku jezdnym?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze z wózkiem 21 kg ? Większa waga nie ma znaczenia w przypadku ssaka jezdnego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 17 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o poborze mocy od 30 do 110 W , w zależności od ustawionego podciśnienia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wymiarach 900 x 480 x 460 mm ? Minimalna różnica w wymiarach nie ma żadnego znaczenia podczas użytkowania ssaka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu 1 poz. 2 Fotel zabiegowy – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy o całkowitej wysokości 125 cm?
2. Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy o maksymalnej masie stanowiska 40 kg.?

Odpowiedź:

Ad.1. Tak, dopuszcza się.

Ad.2. Tak, dopuszcza się.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stefniewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowinska
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl