



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Znak sprawy: **EZ/ZP/1/2021/ESŁ**

Kielce, dn. 07.01.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 70(1) ustawy Kodeks Cywilny w oparciu o przepis art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (t. jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 1842) na „Dostawę wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 1 – Ssak medyczny - 25 szt.

Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z płynnym, szerokim zakresem regulacji wydajności ssania od 0 do 43 l/min i z możliwością opisaną na regulatorze wydajności 30 l/min ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, wyposażony w bezolejową pompę próżniową, nie wymagającą konserwacji, bezobsługową i z długą 5 letnią gwarancją?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z trwałą obudową z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z niezawodnym, podświetlanym włącznikiem wciskanym ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z cichą pracą do 39,4 dB?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z 2 x zbiornik 2 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem maszynowym i bez blokady zabezpieczającej wysuwanie się zbiornika z uchwytem w czasie wymiany wkładu plus 50 wkładów jednorazowych ? Podczas wymiany wkładów jednorazowych nie ma potrzeby stosowania blokady na zbiornik gdyż wymiana wkładów jednorazowych jest bardzo prostą czynnością.



Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z wyłącznikiem / wyłącznikiem nożnym i możliwością zamocowania go na wózku jezdnym?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze z wózkiem 21 kg ? Większa waga nie ma znaczenia w przypadku ssaka jezdnego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 17 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o poborze mocy od 30 do 110 W , w zależności od ustawionego podciśnienia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pkt 18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wymiarach 900 x 480 x 460 mm ? Minimalna różnica w wymiarach nie ma żadnego znaczenia podczas użytkowania ssaka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 2 – Lamy bakteriobójcze - 15 szt.

1. Czy Zamawiający pod opisem „tworzywo zwiększające właściwości dezynfekcyjne lampy” rozumie blachę kwasoodporną?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę wykonaną z blachy kwasoodpornej?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 4 – Parawany - 40 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania parawany polskiej produkcji posiadające dwa kółka? Parawan jest lekki i wystarczy go delikatnie podnieść z jednej strony w celu przesunięcia. Dwa kółka przy pojedynczym parawanie są w zupełności wystarczające.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 2 – Lamy bakteriobójcze - 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampy przepływowe, dwufunkcyjne do pracy pośredniej oraz bezpośredniej o poniższych parametrach :

- Powierzchnia do 25m² pośrednio + 15m² bezpośrednio
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz
- Moc całkowita 70 W



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl




- UVC na stateczniku HF min 26,2 W (w komorze przepływowej)
- Waga 11 kg
- Wydajność wentylatora 125 m³/h
- Rekomendowany czas pracy pośrednio 24h / bezpośrednio > 15 min
- Filtr powietrza zalecana wymiana 2 razy w roku, w zależności od użytkowania
- Wymiana źródła 1 w roku
- Instalacja stojak
- Źródło 3 x 30W Philips 253,7nm

- Przeznaczenie dezynfekcja powietrza przy obecności ludzi i zwierząt (praca ciągła 24/h) jedynie w trybie przepływowej działalności lampy, z wyłączonym trybem bezpośrednim, zapobieganie wtórnym infekcjom
- Zabija bakterie, wirusy, zarodniki grzyba oraz pleśni

- Zastosowanie w halach produkcyjnych, zakładach opieki zdrowotnej, aptekach, transporcie publicznym, sklepach i wielu innych

- Wymiary 180 x 1300 x 245 mm



- Masa stojaka [kg] 7
- Wymiary stojaka [cm] wysokość 185 (±5), średnica podstawy 61, średnica masztu 5
- Kolor stojaka biały

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się lampę o powyższych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia w szczególności wymogu określonego w pkt 2 tabelki Załącznika nr 2.2 do Zaproszenia, tj. zaoferowana lampa musi być przejezdna na statywie.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 2 – Lampy bakteriobójcze - 15 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lamp o energooszczędnych promiennikach mocy 2 x 36W, przy zachowaniu pozostałych wymagań dezynfekcyjnych i dwufunkcyjności lampy ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o wymiarach: 160x160x724mm i wadze 6,6 kg, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszckielce.pl