

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszckielce.pl](mailto:szpital@wszckielce.pl)  
[www.wszckielce.pl](http://www.wszckielce.pl)



Kielce, dn. 15.01.2021r.

EZ/ZP/214/2020/KŁ

**Do wszystkich zainteresowanych**

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Klinik / oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA - CZ. II**

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1 – Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający wymaga 3 ładowarki akumulatorowe oddzielnie do każdego kompletu napędów ortopedycznych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 2 – Pakiet nr 4**


Czy Zamawiający dopuści 2 ładowarki ( jedna zawiera cztery moduły dla jednoczesnego ładowania czterech akumulatorów)?

**Dane techniczne ładowarki akumulatorowej:**

- \*Ładowarka uniwersalna 4-portowa.
- \*Ładowarka wyposażona w 4 wymienne moduły do ładowania akumulatorów
- \*Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do 4 akumulatorów
- \*Ładowanie akumulatorów z różnymi rodzajami ogni: NiCd, NiMH i Li-Ion
- \*Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania (kondycjonowania) w zależności od rodzaju ogni akumulatora
- \*Ekran informacyjny - dla każdego modułu ładowania akumulatora wyświetlający informacje min.: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora)
- \*Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii
- \*Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 5 – 90 min
- \*Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczają informacji odpowiadającej danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii.
- \*Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniający komunikację z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu

**Dział Zamówień Publicznych**

tel.: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [katarzyna.lopinska@wszckielce.pl](mailto:katarzyna.lopinska@wszckielce.pl)



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



\*Napięcie wejściowe ładowarki: 230V~, 1.5A, 50-60 Hz

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający w pakiecie nr 4, pozycja nr 11 formularza nr 2d (opis przedmiotu zamówienia załącznik SIWZ) odnośnie ładowarki do baterii litowych dopuszcza zakup 2 sztuk urządzenia.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza

**Wszystkie odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

Dział Zamówień Publicznych  
*Katarzyna Łopinska*  
INSPEKTOR