

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dn. *14.01*.....2021r.

EZ/ZP/214/2020/KŁ

**Do wszystkich zainteresowanych**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Klinik / oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**


#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1 – Pakiet nr 4**


Czy Zamawiający dopuści do postępowanie najnowszy system napędów ortopedycznych **Stryker S8** jako równoważny do wymaganego w parametrach SIWZ w punktach od 1-15 o następujących parametrach :

- \*Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C
- \*Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji
- \*Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych
- \*Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
- \*Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja
- \*Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)
- \*Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie
- \*Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego
- \*Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek
- \*Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500obr/min
- \*Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300 obr/min
- \*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi -3.6 Nm
- \*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania -18.0 Nm
- \*Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy
- \*Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
- \*Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
- \*Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.25 mm
- \*Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi
- \*Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
- \*Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd
- \*Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



\*Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9V

\*Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlakiem wodoru w postaci gazowej Steris

\*Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C

\*Waga napędu-0.58kg

\*Współpraca z min. 25 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną **uwzględniając nasadki wymagane przez Zamawiającego:**

1. Nasadka Jacobs o zakresie pracy od 0-6.35mm z kluczykiem

Dostępna również wersja bezkluczykowa charakteryzująca się szybszym montażem

2. Nasadki Kirchnera w 2 zakresach pracy:

\*0.7-1.8 mm

\*2.0-3.2 mm

Dodatkowo możemy zaproponować nasadkę do drutów Kirchnera o jednym zakresie 0.7-3.2 zapewniającą ergonomię pracy.

3. Szybkozłączka wiertarska typu AO

4. Złączka rozwiertarka typu Large AO z przełożeniem 5:1

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 2 – Pakiet nr 5, pkt 18**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy posiadającego indywidualny system blokowania kół?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3 – Pakiet nr 5 , pkt 16**

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga również programu dezynfekcji termicznej w temperaturze minimum 90°C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga program dezynfekcji termicznej w temperaturze minimum 90°C?

**Pytanie nr 4 – Pakiet nr 1, pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej mgły o wielkości kropli 5 mikrometrów? Taka wielkość kropli zapewnia optymalną zdolność penetracji środka, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości mgły suchej tzn. nie pozostawiającej osadu ani wilgoci na powierzchniach dezynfekowanych i nie wpływającej szkodliwie na urządzenia medyczne oraz elektroniczne pozostawione w pomieszczeniu.

**Odpowiedź:**


Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 5 – Pakiet nr 5, pkt 4**

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nieposiadający znaku CE. Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia.

**Dział Zamówień Publicznych**

tel.: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [katarzyna.lopinska@wszkielce.pl](mailto:katarzyna.lopinska@wszkielce.pl)



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 6 – Pakiet nr 1, pkt 7**

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 7 wymaganych parametrów? Przed użyciem urządzenia do zamgławiania należy przeprowadzić rutynową procedurę mycia pomieszczenia, wytrzeć kurz?

**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 7 – Pakiet nr 1, pkt 16,17**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o niewielkiej wadze <9kg, wymiarach 342mm x 494mm x 300mm, posiadające obudowę z tworzywa sztucznego, wyposażone w poręczny uchwyt ułatwiający przenoszenie (mobilność), umiejscowiony na górnej części urządzenia o szerokości od 2 do 3,5cm? Jest to parametr nie wpływający na jakość dezynfekcji.

**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 8 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lub PN-EN-17272 (2020) – jedynymi normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

**Odpowiedź:**

Nie wymaga, lecz dopuszcza

**Pytanie nr 9 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odpowiedź:**

Nie wymaga, lecz dopuszcza

**Pytanie nr 10 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

**Odpowiedź:**

Nie wymaga, lecz dopuszcza

**Pytanie nr 11 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

**Odpowiedź:**

Nie wymaga, lecz dopuszcza

**Pytanie nr 12 – Pakiet nr 1**

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.



Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 13 – dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:**

W sytuacji, gdy oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą w/w oświadczenia.

**Pytanie nr 14 – dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:**

Nie wymaga, lecz dopuszcza

**Pytanie nr 15 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie pozwalające w zależności od potrzeb, rodzaju zastosowania, na zaprogramowanie stężenia w zakresie od 0,5 do 5 ml/m<sup>3</sup>, gwarantując skuteczne i bezpośrednie działanie dezynfekcyjne?

**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 16 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie z obudową z tworzywa sztucznego? Rodzaj obudowy nie wpływa na skuteczność procesu dezynfekcji ani na działanie urządzenia, a tworzywo sztuczne zastosowane w naszym urządzeniu zapewnia jego lekkość przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości.

**Odpowiedź:**


Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 17 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie bez uchwyty teleskopowego, ale o niskiej wadze 8 kg która zapewni łatwość przenoszenia urządzenia?

**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Pytanie nr 18 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie rozpylające roztwór nadtlenku wodoru w postaci suchej mgły o cząstkach poniżej 5 mikronów?

**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 19 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na środek chemiczny zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I EC 93/42?

**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ

**Pytanie nr 20 – wzór umowy**

Czy Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji / rękojmi z 200 zł na 0,1% wartości zamówienia – licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

**Pytanie nr 21 – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania endoskop i płaszcz o długości 110mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

**Odpowiedź:**

Nie, tak jak w SIWZ

**Wszystkie odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

**Z-CA DYREKTORA**  
ds. leczenia

*Krzysztof Bidas*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

Dział Zamówień Publicznych  
*Katarzyna Lopińska*  
INSPEKTOR

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel.: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [katarzyna.lopinska@wszkielce.pl](mailto:katarzyna.lopinska@wszkielce.pl)