



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Kielce, dn. 19.11.2021r.

EZ/ZP/214/2020/KŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Klinik / oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Sprostowanie odpowiedzi na pytania

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż modyfikuje omyłkowo udzieloną odpowiedź w niżej wymienionym pytaniu:

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 5, pkt 16

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga również programu dezynfekcji termicznej w temperaturze minimum 90°?

JEST:

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga program dezynfekcji termicznej w temperaturze minimum 90°.

WINNO BYĆ:

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pozostałe odpowiedzi na pytania bez zmian.

Dział Zamówień Publicznych
Katarzyna Łopińska
Katarzyna Łopińska
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14
e-mail: katarzyna.lopinska@wszzkielce.pl