




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce: <sup>19</sup>.....01.2021 r.

EZ/ZP/5/2021/MW

*Do wszystkich zainteresowanych*

**„Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”**

**Nr sprawy: EZ/ZP/5/2021/MW**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wym. wew. 490x437x1587mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności całkowitej (brutto) 381 l?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności użytkowej (netto) 351 l?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii 2,2kWh/24h?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o maks. obciążeniu półki 45kg?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o poziomie hałasu 52dB?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z max. obciążeniem półek 45 kg?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności 48 dBa?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie chłodziarki o maksymalnym obciążeniu pólek 45kg?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie chłodziarki gdzie max poziom szumu wynosi 48dB(A)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 11 dot. Wzory Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Uzasadnienie:**

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zawarcie umowy nastąpi w formie korespondencyjnej tj. po podpisaniu umowy przez Zamawiającego zostanie ona przesłana na adres Wykonawcy z naniesioną datą zawarcia umowy.

**Pytanie nr 12 dot. Wzory Umowy**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

**Uzasadnienie:**

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

**Pytanie nr 13 dot. Wzory Umowy**

(§ 8 ust. 2a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

**Uzasadnienie:**

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Z-CIA DYREKTORA  
ds. leczenia  
*Krzysztof...*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*