



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 20.01.2021 r.

Znak: EZ/ZP/211/2021/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. Postępowania na zakup i sukcesywną dostawę materiałów z grupy obłożeń, jednorazowych zestawów operacyjnych, fartuchów, ubrań chirurgicznych, serwet, pieluchomajtek, folii chirurgicznych itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dot. Pakiet 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze min. 25 g, rozm. L – dł. 136 cm, rozm. XL – dł. 150 cm, dostępne w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod względem rozmiarów i koloru. Zamawiający nie dopuszcza pod względem gramatury.

Pytanie nr 2 dot. Pakiet 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluz ogrzewających wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m², pakowanych po 4 szt.?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

dot. Pakiet nr 2 lp. 1 i lp. 2

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny typu Spunlace (wiskoza i włókna polietylenowe) ze wzmocnieniami na klatce piersiowej i rękawach wykonanymi z 2-laminatu PP/PE o gramaturze min. 38 g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuchy w rozmiarach M, L, XL oraz XXL?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. PAKIET NR 14 Poz. nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej 6 warstwowej, 20 nitkowej w rozmiarze 50 x 60 cm pakowanej w opakowania a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości **lub** serwety gazowej 6 warstwowej, 20 nitkowej w rozmiarze 45 x 45 cm, pakowanej w opakowanie a' 5 szt.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza serwetę gazową 6 warstwową, 20 nitkową w rozmiarze 50 x 60 cm pakowanej w opakowania a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 6 dot. PAKIET NR 13- 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia próbek zestawów operacyjnych niesterylnych, w przypadku wezwania przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY

Pytanie nr 7

§ 3- wnosimy o dodanie w/w paragrafie umowy zapisu dotyczącego zastrzeżenia w umowie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%

Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

§ 9, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §9 ust. 1a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §9 ust. 2a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §9 ust. 2b do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- §9 ust. 2c do kwoty 0,2% wartości wadliwej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki
- §9 ust. 2d do kwoty 0,2% wartości dostawy z uchybieniem

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy projektu umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 8 ust. 3 poprzez dodanie zapisu:

„Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o



wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadł na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu)."

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1 pkt.1 lit. b, c, d

Kary określone w § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d należy uznać za rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 par. 2 k.c. Nadmieniamy także, że w znakomitej większości umów w sprawie zamówienia publicznego, których przedmiotem są towary objęte niniejszym postępowaniem, standardowo stosowane są kary umowne w wysokości 0,2% lub 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy. Z tego względu wnosimy o zmianę § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d na następujące brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości:

- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru**, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **0,5% wartości brutto brakującego lub niezgodnego z umową towaru**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **0,5% wartości brutto niezgodnej z umową części dostawy** za stwierdzone uchybienie.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy projektu umowy § 9

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym okresowe problemy w zakresie dostępności części produktów, prosimy o dokonanie zmian w § 9 umowy w zakresie naliczania kar umownych, poprzez uwzględnienie we wzorze umowy zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. Pakiet nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do koronarografii o składzie:

1. Serweta do angiografii udowej wykonana z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny o wymiarach 320 X 180 cm z dwoma otworami o średnicy, dwoma otworami o średnicy 12 cm, z panelem foliowym o szerokości 45 cm - 1 sztuka
2. Serweta na instrumentarium o wymiarach 150 x 190 cm, będąca również owinięciem zestawu 1 sztuka



3. Serweta dwuwarstwowa, wodoodporna na osłonę RTG o wymiarach 150 x 90 cm - 1 sztuka
4. Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , o gramaturze 35g/m², w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L - 1 sztuka
5. Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS , o gramaturze 35g/m², w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar XL - 1 sztuka
6. OSŁONA FOLIOWA NA SPRZĘT PROSTOKĄTNA 102X91CM Z GUMKĄ – 1 sztuka
7. OSŁONA FOLIOWA NA SPRZĘT OKRĄGLA 162X81CM Z GUMKĄ BIAŁĄ – 1 sztuka
8. SKALPEL CHIRURGICZNY NR 11 BEZPIECZNY PLASTIKOWA RĄCZKA I OSŁONKA MB J - 1 sztuka
9. KLESZCZYK MET 14CM ROCHESTER PEAN ZAGIĘTY ZNACZONY KOLOREM NJ - 1 sztuka
10. SZPATUŁKA PLAST DO DEZYNFEKCJI POŁA OPERACYJNEGO 18,5CM GĄBKA 4X4X2CM – 3 sztuki
11. przewodnik diagnostyczny 0,035" 200cm cm z zakończeniem "J" pokryty teflonem J – 1 sztuka
12. POJEMNIK PLAST OKRĄG 500ML WYS 5CM ŚR DENKA 9,5CM SKALA MANKIET TRANSP NJ
13. PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Z REG. PRZEPLYWU, 150CM, 20ML, FILTR 15MM BEZFTALANOWY J 1 sztuka
14. RAMPA DWUDROŻNA NISKOCIŚNIENIOWA J
15. SERWETA WŁÓKNIOWA 50G - 80 X 60 CM – 2 sztuki
16. IGŁA DO WKŁUĆ TĘTNICZYCH 18G X 2,75" (1,2X70MM) BEZ SKRZYDEŁEK NJ – 1 sztuka
17. Przedłużacz do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z obiema końcówkami obrotowymi. Długość 150 cm; przepływ 1,4 ml/l z PE (polietylen), posiadająca oznaczone barwnie zaciski (czerwone/niebieskie) ułatwiające identyfikację położenia J – 1 sztuka
18. STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN T ZIELONA X J – 1 sztuka
19. STRZYKAWKA PLAST 3CZ 10ML LN T TRANSPARENTNA G NJ – 1 sztuka
20. STRZYKAWKA PLAST 3CZ 10ML LL T TRANSPARENTNA G NJ – 1 sztuka
21. STRZYKAWKA PLAST 3CZ 20ML LL T TRANSPARENTNA G J – 1 sztuka
22. IGŁA INIEKCYJNA 22G X 1 1/2 (0,7X40MM) NJ – 1 sztuka
23. Kompresy gazowe 17- nitkowe, 8-warstwowe rozm. 10x10 cm – 40 sztuk
24. KRANIK TRÓJDROŻNY Z ADAPTEREM ROTACYJNYM 360 STOPNI Z DRENEM 25CM DISCOFIX-3 J – 1 sztuka
25. STRZYKAWKA PLAST 3CZ 20ML LN T TRANSPARENTNA G J – 1 sztuka
26. STRZYKAWKA PLAST 3CZ 20ML LL T NIEBIESKA G NJ – 1 sztuka
27. przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych dla infuzji grawitacyjnych i ciśnieniowych, wentylowany, końcówka LL, filtr 15µm, 230cm Intrafix Air P J – 1 sztuka
28. kolec do oszczędności kontrastu z drenem 15 cm, końcówka żeńska NJ – 1 sztuka
29. serwetki do rąk 50x40 cm – 3 sztuki
30. igła promieniowa 8x50 na 21G ostro zakończona 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie przewodnika 0,030 do 0,032 cala – 1 szt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. Pakiet nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw:

-bez 1x strzykawka insulinówka, igła 30G wtopiona w strzykawkę



**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



ISO 9001

-z serwetą okulistyczną 150 x 120 cm z otworem o średnicy 6x8 cm z workiem na płyn wypełnionym folią chirurgiczną rozciętą w miejsce: 1x serweta okulistyczna 100x100cm z otworem o średnicy 6x8 cm, z workiem na płyn wypełniony folią chirurgiczną rozciętą

-z serwetą na stół 180 x 120 cm w miejsce: 1 x serweta na stół 150x150 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. Pakiet 20:

Czy Zamawiający dopuści aby pieluchy posiadały osłonki boczne zamocowane na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz co zmniejsza możliwość wycieków, grawitacyjny system rozprowadzania, warstwę paroprzepuszczalną w części centralnej oraz włókninę w obszarze bocznym pieluch? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części kroczka, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Szpital w ciągu ostatnich lat używał dostarczanych przez nas pieluch, nie były zgłaszane żadne skargi ani uwagi.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 15 dot. Pakiet 20:

Czy Zamawiający dopuści aby pieluchy posiadały następujące chłonności:

Rozmiar S – 2000g

Rozmiar M – 2800g

Rozmiar L- 3100g?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytania dot. wzoru umowy:

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „24 miesiące” zostało zastąpione wyrażeniem „12 miesięcy”?

Spełnienie wymogu 24-miesięcznego terminu przydatności jest możliwe, ale wymagałoby zorganizowania specjalnej obsługi dostaw specjalnie dla Zamawiającego, co zwiększałoby koszty logistyczne związane z obsługą dostaw i miałyby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na wysokość oferowanej ceny. Nasuwa się wątpliwość czy wymaganie tak długiego terminu przydatności jest rzeczywiście uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Czy Zamawiający zamierza przechowywać zakupiony towar przez 2 lata?

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje treść §3 ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Wykonawca gwarantuje iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, nie więcej jednak niż 25% wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. d) wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, nie więcej jednak niż 25% wartości brutto towaru, którego dotyczy uchybienie”?



Jak słusznie wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11 „kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. Aktualna kara umowna jest całkowicie niezależna od wartości towaru. W przypadkach, w których zwłoka/uchybiecie dotyczy tylko nieznaczonej ilości towaru o nieznaczonej wartości, taka kara byłaby większa od wartości towaru, którego dotyczy zwłoka/uchybiecie. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w następujący sposób:

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową - w wysokości **100,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **100.00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesiące okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **100,00 zł** za stwierdzone uchybienie

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z rękawem prostym?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z wyłącznie literowym oznaczeniem rozmiaru?


Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 21 dot. Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w opakowaniu pośrednim podwójnym worek foliowy – opakowanie wewnętrzne oraz karton – opakowanie zewnętrzne.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 dot. Pakiet nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o długości 124cm?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 23 dot. Pakiet nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o długości 128cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24 dot. Pakiet nr 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o długości 138cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 dot. Pakiet nr 1, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o długości 157cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 26 dot. Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarach M-XXL?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 27 dot. Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem: laminat folia 15g/m² + włóknina polipropylenowa 25g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 dot. Pakiet nr 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów, które na opakowaniu posiadają wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające: nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki (literowe oznaczenie rozmiaru). Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 140 kPA, na mokro 130 kPA. IB - 3. **Wymiary dla poszczególnych pozycji jak poniżej:**

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
Dla poz. 1 M	120cm	163cm	65cm
Dla poz. 2 L	130cm	167cm	72cm
Dla poz. 3 XL	140cm	171cm	80cm
Dla poz. 4 XXL	150cm	175cm	86cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytania do wzoru umowy:

Pytanie nr 30

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „*Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposobie - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. **UZASADNIENIE** - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353¹ KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. **II Ca 450/14**).

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje treść §8 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

2. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do
- usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub
 - przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów.

Pytanie nr 32

Wnosimy o modyfikację przewidzianych projektem umowy kar umownych (§ 9 ust. 1 pkt 2) poprzez ich obniżenie odpowiednio:

- a) Do wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w lit. a);
b) Do wysokości 100 zł w lit. od b).

Ponad to wnosimy o wykreślenie lit. d).



UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Wnosimy o wykreślenie § 9 ust 2 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r¹ ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „*W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.*” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Wnosimy o dookreślenie pojęć „tożsamy obowiązków” w § 10 ust. 1 pkt 1) lit. d) projektu umowy oraz dookreślenie terminu realizacji umowy o jaki może być ona wydłużona lub też do jakiego może być skrócona (§ 13 ust 2 lit b. projektu umowy). **UZASADNIENIE:** Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „*Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.*” Powyższe zalecenia należy stosować w **każdym** postępowaniu, **nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIS.** (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki *Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze* wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź: Tożsamość należy definiować jako naruszenie obowiązków wynikających z jednej podstawy prawnej określonej w umowie jako obowiązki Wykonawcy.

Pytanie nr 35

Wnosimy o modyfikację § 13 ust 4 projektu umowy poprzez nadanie m następującej treści: „Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust 1 a-b, d dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony, oraz ust. 3 lit. a. który obowiązuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Wnosimy o modyfikację § 13 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37


Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). **UZASADNIENIE:** Zgodnie z treścią uzasadnienia do Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów umiarych, a więc w postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy).”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:

Pytanie nr 38

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”



UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Pytanie dotyczące zmiany cen:

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w komplecie chirurgicznego z bluzą zawierającą dwie kieszenie na dole, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², stanowiącej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki w pasie i karku, rękawy wykończone elastycznym, nieuciskającymi gumkami, niebieski. Rozmiar uniwersalny 120x140cm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ? Serweta stołu Mayo o szerokości 79cm zamiast 78cm, 2 przyklejane serwety 150 x 150cm 3-warstwowe na całej powierzchni (zamiast serwety średniej i dużej 3-warstwowej w miejscu dedykowanym dla pacjenta), odporność na rozerwanie na mokro 188kPa (zamiast 185kPa)

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Pytanie nr 43 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ? Serweta stołu Mayo o szerokości 79cm zamiast 78cm, serweta główna do artroskopii 3-warstwowa na całej powierzchni (a nie tylko w części dedykowanej dla pacjenta)

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 44 pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne z poliestru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 45 dot. Pakiet 1 poz. 1,2,3,4

Prosimy o dopuszczeni fartuchów wykonanych z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwi jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Rozmiar fartucha oznaczony literowo i dodatkowo w centymetrach. Odporność na przenikanie cieczy 4lcm H₂O, Odporność na rozerwanie na sucho 160kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 142kPa, IB – 3,1

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe, w sposób gwarantujący aseptyczną aplikację. Dostępne rozmiary: 120 cm-S/M, 130cm-L, 150 cm-XL, 150 cm poszerzone- XXL.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 dot. Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych? Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m² , na rękawach 40,5 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Dostępne rozmiary: S/M,L,XL,XL long, XXL.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47 dot. Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych? Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , mankiety wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



min.dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Dostępne rozmiary: S/M,L,XL,XL long, XXL.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie fartucha zabiegowego w rozmiarze uniwersalnym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 dot. Pakiet 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm cm z paskiem samoprzylepnym dzielonym o długości 100 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro 224 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 228 kPa. Odporność na penetrację płynów 172 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 dot. Pakiet 12 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończyne 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończyne 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².



Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 250 kPa. Odporność na penetrację płynów >125 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51 dot. Pakiet 12 poz. 3

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

z paskami samoprzylepnymi

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z sewet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 250 kPa. Odporność na penetrację płynów >125 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52 dot. Pakiet 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80 cm x 145 cm? Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m². Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 53 dot. Pakiet 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 x 60 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 6 cm? Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa. Odporność na penetrację płynów 129cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.


Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54 dot. Pakiet 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75 cm x 90 cm? Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa. Odporność na penetrację płynów 129cm H₂O. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny.
Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55 dot. Pakiet 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 175 cm x 180 cm? Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa. Odporność na penetrację płynów 129cm H₂O. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny
Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56 dot. Pakiet 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 24 x 110 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm? Osłona na kończynę wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.
Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57 dot. Pakiet 12 poz.9

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 24 x 80 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm? Osłona na kończynę wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.
Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58 dot. Pakiet 12 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie sterylnej torebki do zbiórki płynów 60 cm x 90 cm. Torba posiada wycięcie "U" otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju (fingerlifty) oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację, która umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych
Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59 dot. Pakiet 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kamerę o wymiarach 16 x 250 cm, zakończoną kartonem, z foliową taśmą lepnią na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.
Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60 dot. Pakiet 12 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm



1 taśma samoprzylepna 9x50cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
paskiem samoprzylepnym 80cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa. Odporność na penetrację płynów 129cm H₂O Paski samoprzylepne o szerokości 3cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61 dot. Pakiet 12 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 175 kPa. Odporność na penetrację płynów 129cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62 dot. Pakiet 12 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie osłony o grubości 0,05 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 63 dot. Pakiet 12 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie osłony o średnicy 120 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.


Pytanie nr 64 dot. Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści jednorazową bluzę (ocieplacz) z długim rękawem, przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym, wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m².

Bluza z długim rękawem o kroju raglanowym, posiada dwie kieszenie w okolicach bioder, ściągacz w dolnej części bluzy oraz metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Dostępne rozmiary M,L.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Wytrzymałość na rozciąganie 50 N, , wytrzymałość na wypychanie na sucho ≥ 40 kPa, czystość pod względem cząstek stałych $< 3,4$ IMP, poziom pylenia 3,2 log10.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że oferowane ubrania dostępne są w rozmiarach określonych w SIWZ.

dot. Pakiet 7

Pytanie nr 65

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 67

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 2-4

Pytanie nr 68

Czy zamawiający wydzieli poz.2-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 70 dot. Pakiet 8, poz. 2

Czy zamawiający dopuści furazerkę mocowaną na troki, cała w kolorze niebieskim?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 71 Pakiet 8, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

dot. Pakiet 8, poz. 4

Pytanie nr 72

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 73

Czy zamawiający dopuści kolor tylko niebieski?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 74 dot. Pakiet nr 5

Prosimy Zmawiającego o odpuszczenie ubranie chirurgiczne, których jest wykonane z włókniny SMMS z niebieską lamówką pod szyją.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań i parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 75 dot. Pakiet nr 7

Prosimy Zmawiającego o odpuszczenie fartucha w kolorze niebieskim

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 76 Dotyczy Pakiet nr 8 poz. 18, 21, 22

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77 Dotyczy Pakiet nr 12 poz. 12, 15, 16

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78 Dotyczy Pakiet nr 15 poz.2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79 Dotyczy Pakiet nr 16 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80 Dotyczy Pakiet nr 21 poz. 3, 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81 Dotyczy Zadania nr 8 poz. 18

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 18, co umożliwi znacznie większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82 Dotyczy Zadania nr 8 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarach 13x235cm składaną teleskopowo?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 83 Dotyczy Zadania nr 8 poz. 21

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 21, co umożliwi znacznie większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84 Dotyczy Zadania nr 8 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, niepylny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; wytwarzany zgodnie z normą czystości ISO 13485 (potwierdzone certyfikatem); zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2cm) x 228cm (+/- 5cm); warstwa chłonna o równomiernie rozmieszczonej rowkowo-kanalikowej perforacji chłonnej powodującej szybkie wchłanianie płynów o wymiarach - długość 190cm(+/- 2cm) i szerokość 50cm(+/- 1cm); wchłanianość co najmniej 5000g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; opakowanie zbiorcze a 42szt.?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85 Dotyczy Zadania nr 12 poz. 12

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 12, co umożliwi znacznie większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86 Dotyczy Zadania nr 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę samouszczelniającą o wymiarach 18x244cm?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87 Dotyczy Zadania nr 15 poz. 2

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 2, co umożliwi znacznie większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88 Dotyczy Zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę na mikroskop, jednorazową, sterylną, wysokiej jakości, nie zawierającą lateksu, do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami; rozmiar osłony: 117 cm na 267 cm; soczewka płaska o średnicy 65 mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nieodbijającego światła i nietłukącego; soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności; produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 3, 4

Dot. zadanie 21 pozycja 3 i 4 Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 3 i 4, co umożliwi znacznie większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu matę chłonną o wymiarze 81x122cm?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91 Dotyczy Zadania nr 21 poz. 4

Czy zamawiający dopuści do przetargu matę chłonną o wymiarze 81x152?



Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92, dotyczy pakietu 15 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów okulistycznych, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 140x150 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 8x10 cm, oraz zintegrowaną kieszeń 140x150 1
2. ręcznik chłonny 18x25 1
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x150 1

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 93, dotyczy pakietu 15, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 – serwety do zabiegów okulistycznych – pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności, a w rezultacie na wybranie najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94 dotyczy pakietu 15, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na mikroskop w rozmiarze 117x254 cm, pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 95 dotyczy pakietu 15, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej w rozmiarze 40x35 cm.

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 96 dotyczy pakietu 15, pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów neurochirurgicznych, w których serwety 50x50 cm nie mają regulowanych otworów. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 97 dotyczy pakietu 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aby w Części 13 poz. 1 zaoferowano zestaw o składzie:

Opis Zestawu By Pass	ilość
Osłona na stół narzędziowy 190x280cm wzmocniona na całej powierzchni o gramaturze 30 g/m2 oraz folii PE 55mikronów	1
Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL	2
Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm	2



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Tupferki gazowe 12x12cm (gaza 24-nitkowa, znacznik Rtg, biały)	5
Oslonki na kleszczyki Mosquito, różne kolory 5 par 10/1	1
strzykawka 20 ml, 3-częściowa	1
Strzykawka 10ml 3-częściowa L/S	1
Strzykawka 100ml z końcówką do cewnika	1
Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm, 3 bolce	1
Elektroda monopolarna - kulka 4mm (SS)	1
Kompres włókninowy laparotomijny 130g, 2pcs, zielony 40x60cm	4
Tupfer okrągły gazowy 40x40cm (gaza 20-nitkowa, znacznik Rtg, biały)	10
Kubek z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przezroczysty	1
Dzbanek 500ml przezroczysty	1
Organizator przewodów 5 x 15 cm, rzep	2
Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały)	20
Czyścik do elektrody 5x5cm	1
Miska z polipropylenu 1000ml, z podziałką, niebieska	2
Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, 20szt, magnetyczny/piankowy, żółty	1
Taśma lepna 9x49cm	4
Oslona stopy 36x28cm	2
Kieszon foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną	2
Serweta z taśmą lepnią 100x100 cm 3-warstwowa wzmocniona folią PE	2
Serweta operacyjna 90x75cm z taśmą samoprzylepną, 3-warstwowa wzmocniona folią PE	2
Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3.5m F/F	1
Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 20x102cm, osłona krocza, Serweta 3-warstwowa wzmocniona folią PE w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny	1
Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm, okrągła końcówka, 4 otwory	1
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.	

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98, dotyczy pakietu 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aby w Części 13 poz.2 zaoferowano zestaw o składzie:

Opis Zestawu - Kardiochirurgiczny Ortopedyczny	ilość
Butelka Redona 400 ml z drenem 125 cm LL PVC	2
Dren Redona 14Ch 50 cm 14cm znacznik Rtg PVC	2
Rękawice chirurgiczne syntetyczne 7.5 PF Biogel U	2
Obłożenie chirurgiczne 200x290cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, 3 warstwowe wzmocnione folią PE, a w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny 70x 100cm	1
Serweta operacyjna 90x75cm z taśmą samoprzylepną 3-warstwowa wzmocniona folią PE	1
Serweta operacyjna 240x175cm z taśmą samoprzylepną, 3-warstwowa wzmocniona folią PE	1
Serweta operacyjna 120x100cm z taśmą samoprzylepną, 3-warstwowa wzmocniona folią PE	2
Osłona na stół Mayo wzmocniona 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm	1
Osłona na stół narzędziowy 190x280cm 3-warstwowa wzmocniona folią PE	1
Kieszka foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną	2
Osłona na aparatę foliowa okrągła 150cm, przezroczysta, z gumką	1
Organizator przewodów 2.5x15cm (przyklejany biały rzep)	2
Ręczniki 47x38cm	1
Podkład 60x90cm	1
Taśma lepna 9x49cm	2
Osłona na kończynę typu stockinet 32x120cm	1
Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do procedur „mokrych”, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 40 g/m ² ; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z folii PE z przodu o gramaturze 46 g/m ² i na rękawach o gramaturze 60g/m ² (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paraprzepuszczalność na poziomie MVTR min.72000 g/m ² /24h. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiar L	1



Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do procedur „mokrych”, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 40 g/m ² ; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z folii PE z przodu o gramaturze 46 g/m ² i na rękawach o gramaturze 60g/m ² (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paraprzepuszczalność na poziomie MVTR min.72000 g/m ² /24h. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiar XL	2
Opatrunek chłonny Mepore 9x10cm	2
Opatrunek chłonny Mepore 9x20cm	2
Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały)	20
Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały)	3
Tupfer gazowy 40x50cm, gaza 20-nitkowa biała	5
Miska 500ml przezroczysta z podziałką	1
Miska z polipropylenu 2500ml, z podziałką, niebieska	1
Miska 500 ml niebieska	1
Ostrze chirurgiczne nr 23 (CS)	1
Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS)	1
Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3.5m F/F	1
Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm z okrągłą końcówką, rękojeścią	1
Oślonki na kleszczyki Mosquito, żółte 5 par 10/1	1
Strzykawka 20 ml L/S 2-u częściowa	3
Strzykawka 20ml 3-częściowa LL	1
Strzykawka 20ml 3-częściowa LL	1
Igła 18G 40mm różowa	2
Igła iniekcyjna 21G 40mm RB (zielona)	2
Strzykawka 100ml z końcówką do cewnika	1
Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm	1
Pojemnik na igły piankowo-magnetyczny (40szt.), żółty	1
Czyścik do elektrody 5x5cm	1



Cewnik Nelaton 18 Ch 1W 40 cm P VC	1
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.	

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 98 dotyczy pakietu 13, pozycja 3


Czy Zamawiający dopuści aby w Części 13 poz. 3 zaoferowano zestaw o składzie:

Opis Zestawu Kardiochirurgicznego Uniwerslanego	ilość
Butelka Redona 400 ml z drenem 125 cm LL PVC	2
Dren Redona 14Ch 50 cm 14cm znacznik Rtg PVC	2
Rękawice chirurgiczne syntetyczne 7.5	2
Serweta operacyjna 90x75cm z taśmą samoprzylepną 3-warstwowa wzmocniona folią PE	1
Serweta operacyjna 240x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona 3-warstwowa wzmocniona folią PE	1
Serweta operacyjna 120x100cm z taśmą samoprzylepną, 3-warstwowa wzmocniona folią PE	3
Serweta operacyjna 200x200cm z taśmą samoprzylepną, 3-warstwowa wzmocniona folią PE	1
Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm	1
Osłona na stół narzędziowy 190x280cm 3-warstwowa wzmocniona folią PE	1
Kieszka foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną	2
Osłona na aparaturę foliowa okrągła 150cm, przezroczysta, z gumką	1
Organizator przewodów 2.5x15cm (przyklejany biały rzep)	2
Ręczniki 47x38cm	1
Podkład 60x90cm	1
Taśma lepna 9x49cm	2



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do procedur „mokrych”, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 40 g/m ² ; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z folii PE z przodu o gramaturze 46 g/m ² i na rękawach o gramaturze 60g/m ² (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paroprzepuszczalność na poziomie MVTR min.72000 g/m ² /24h. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiar L	1
Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony do procedur „mokrych”, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 40 g/m ² ; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z folii PE z przodu o gramaturze 46 g/m ² i na rękawach o gramaturze 60g/m ² (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paroprzepuszczalność na poziomie MVTR min.72000 g/m ² /24h. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiar XL	2
Opatrunek chłonny Mepore 9x10cm 5x5cm	2
Opatrunek chłonny 9x20cm	2
Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały)	20
Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały)	3
Tupfer gazowy 40x50cm, gaza 20-nitpwa biała	5
Miska 500ml transparentna z podziałką	1
Miska z polipropylenu 2500ml, z podziałką, niebieska	1
Miska 500 ml niebieska	1
Ostrze chirurgiczne nr 23 (CS)	1
Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS)	1
Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3.5m F/F	1
Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm z okrągłą końcówką, rękojeścią	1
Ostonki na kleszczyki Mosquito, żółte 5 par 10/1	1
Strzykawka 3ml 3-częściowa L/S	1
Strzykawka 20 ml L/S 2-u częściowa	3
Strzykawka 20ml 3-częściowa LL	1



Strzykawka 20ml 3-częściowa LL	1
Strzykawka 20ml 3-częściowa LL	1
Igła 18G 40mm różowa	2
Igła iniekcyjna 21G 40mm RB (zielona)	1
Strzykawka 100ml z końcówką do cewnika	1
Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm	1
Pojemnik na igły piankowo-magnetyczny (40szt.), żółty	1
Czyścik do elektrody 5x5cm	1
Cewnik Nelaton 18 Ch 1W 40 cm P VC	1
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.	

Odpowiedz: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 99 dotyczy Pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści wyrób medyczny, jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), zgodne z normą EN 13795-2:2019, wykonany z SMS, gramatura min 35g/m², nogawki spodni bez ściągacza, spodnie ściągane na troki w pasie, bluza wycięta pod szyją w kształt litery V, z dwoma kieszeniami w dolnej części bluzy oraz jedną kieszenią w górnej części bluzy, kolor niebieski, Rozmiary S-XXXL, wszyta metka informująca o rozmiarze, każdy komplet osobno pakowany w worek foliowy, oznakowanie CE?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań i parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia.

SPECJALISTA

mgr Edyta Kwasniewska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-269 fax: 41/366-00-14
edyta.kwasniewska@wszckielce.pl