



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce: 20.01.2021 r.

EZ/ZP/5/2021/MW

Do wszystkich zainteresowanych

„Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”

Nr sprawy: EZ/ZP/5/2021/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania chłodziarkę o następujących parametrach:

Wykonawca/Producent			
Nazwa-model/typ			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji min. 2020 r.			
Lp.	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Chłodziarki na leki			
1	Uniwersalna szafa chłodnicza	TAK	
2	Wymiary wewnętrzne: 600x600x1730 mm +/-10mm	Tak, podać	
3	Pojemność min: 350 l	Tak, podać	
4	Automatyczne odszranianie	TAK	
5	Wymuszony obieg powietrza w komorze	TAK	
6	Wewnętrzne oświetlenie LED	TAK	
7	Automatyczny system odparowywania wody	TAK	
8	Zużycie energii max: 2,14 kWh/24h	Tak, podać	
9	Regulacja temperatury w zakresie 0°C÷ +10°C	TAK,podać	
10	Regulowane nóżki	TAK	
11	Zamek drzwiowy	TAK	
12	Ilość półek: min 6	TAK,podać	
POZOSTAŁE WARUNKI			
Karta gwarancyjna		TAK załączyć	



	przy dostawie	
Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK załączyć przy dostawie	

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski