



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, *11.03* 2021 r.

Znak: **EZ/ZP/211/2020/EK**

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. Postępowania na zakup i sukcesywną dostawę materiałów z grupy obłożeń, jednorazowych zestawów operacyjnych, fartuchów, ubrań chirurgicznych, serwet, pieluchomajtek, folii chirurgicznych itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pakiet nr 6 Zestaw do iniekcji wewnątrzgłkowej

CONSULTRONIX SA
Przemysłowa 17
32-083 Balice

za cenę brutto **85 184,00 zł**

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
4	CONSULTRONIX SA Przemysłowa 17 32-083 Balice	60	20	20	100 pkt	85 184,00
11	PANEP s.r.o Brnenska 1246 665 01 Rosice u Brna Republika Czeska Adres korespondencyjny: PANEP s.r.o Sp. z o.o. Oddział w Polsce Ul. 1 Dywizji Pancерnej 45 43-382 Bielsko-Biała panep@panep.pl	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843)				

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert.



Zamawiający informuje, iż do obliczenia terminu zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pakiet nr 13 - Zestawy do zabiegów by pass, zestawy ortopedyczne, zestawy uniwersalne

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

za cenę brutto **479 335,00 zł**
Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
6	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. Ul. Żeromskiego 17 95-200 Pabianice	60	20	20	100 pkt	479 335,00
12	Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. Ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843)				


Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż do obliczenia terminu zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODRZUCENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP W PAKIETACH NR 6 i 11

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zawiadamia, iż **odrzuca ofertę nr 11 firmy Panep s.r.o Brnenska 1246 Republika Czeska w Pakiecie nr 6 Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej.**

Zamawiający pismem z dnia 22.02.2021 r. wezwał w/w Wykonawcę do złożenia próbek zaoferowanego przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ. W trakcie weryfikacji złożonych próbek stwierdzono, iż **strzykawka insulinówka** nie odpowiada wymaganiom opisanym w treści SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z SIWZ wymagał strzykawki insulinówki, igła 30G wtopioną w strzykawkę. Natomiast zaoferowana przez Wykonawcę strzykawka to zwykła strzykawka insulinówka, ze zdejmowaną igłą.



Ponadto działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zawiadamia, iż **odrzuca ofertę nr 12 firmy Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B Warszawa w Pakiecie nr 13 Zestawy do zabiegów by pass, zestawy ortopedyczne, zestawy uniwersalne.**

Zamawiający pismem z dnia 22.02.2021 r. wezwał w/w Wykonawcę do złożenia próbek zaoferowanego przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 13 w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ.

W trakcie weryfikacji złożonych próbek stwierdzono, następujące nieprawidłowości:

A. Pakiet nr 13 poz. 1 (Zestaw do operacji By-pass):

1. Zamawiający wymagał w zestawie *1 x serweta na stół instrumentarium 240 cm x 140-150 cm wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m² złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75cm x 190cm (owinięcie zestawu)*

Natomiast zaoferowana serweta to serweta foliowo-włókninowa na całej powierzchni bez dodatkowego wzmocnienia w środkowej jej części.

2. Zamawiający wymagał w zestawie *1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m², chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia min 60cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m².*

Natomiast Wykonawca zaoferował: 2 x serwetę na stolik Mayo nie składaną teleskopowo, w rozmiarze 79x145cm i posiadającą pad chłonny w jednej części serwety o wymiarach 65 x 85 cm, wzmocnienie oderwane od folii oraz słabo przylegające.

3. Zamawiający wymagał, aby zestaw posiadał *1 x serweta dwuwarstwowa 200x 260cm +/-1 cm z przyklepnym otworem U 20 x 95 cm, padem chłonnym 100 x 170 cm przy wycięciu. Zintegrowana osłona na krocze.*

Natomiast Wykonawca zaoferował serwetę nie posiadającą padu chłonnego przy wycięciu U. Ponadto serweta ta klejona jest z kilku części. Warstwy włókniny zamocowane na zakładkę na całej długości serwety po obydwu stronach wycięcia U. Serweta sztukowana z dwóch serwet.

4. Zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający wymagał w zestawie *2 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm.* Wykonawca zaoferował rzep 15 x 5 cm.

5. Zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający wymagał w zestawie *1 x strzykawka 10 ml, 3 częściowa, luer-lock.*

Zaoferowana w zestawie strzykawka jest strzykawką luer i nie zawiera końcówki lock.

6. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał, aby dodatkowo na zestawie oraz w papierze krepowym była umieszczona *1 x serweta dwuwarstwowa 150 x 100 cm z decentralnym przyklepnym otworem o średnicy 10 cm. Wokół otworu wkomponowana przezroczysta wstawka z folii PE w rozmiarze 40 x 40 cm umożliwiająca monitorowanie okolicy wkłucia. Na długości 47 cm od krawędzi krótszego górnego boku serwety do krawędzi otworu perforowana warstwa umożliwiająca bezpieczne usunięcie serwety przy obecności założonego cewnika.*

W próbie złożonej przez Wykonawcę znajdująca się w środku zestawu serweta, nie jest umieszczona na zestawie oraz nie jest zawinięta w papier krepowy. Dodatkowo brak jest perforacji w warstwie umożliwiającej jej bezpieczne usunięcie, natomiast otwór w serwecie jest niezgodny z wymaganiami w SIWZ i posiada rozmiar 45 x 45 cm.

7. Zamawiający wymagał na opakowaniu *min 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta.*

Przedłożona próbka zawiera opakowanie z 3 odklejanymi etykietami.

B. Pakiet 13 poz. 2 (Zestaw kardiochirurgiczny ortopedyczny)

1. Zamawiający wymagał w składzie zestawu *1 x serweta dwuwarstwowa 225 x 280 z przyklepnym wycięciem U 10 x 95 i padem chłonnym.* Odpowiedziami na pytania z dnia 20.01.2021 r. dopuścił



serwetę w rozmiarze 200 x 290 cm z samoprzylepnym wycięciem U (7 x 102cm), 3 warstwową wzmocnioną folią PE.

Złożona próbka posiada rozmiar 284 x 198,5 cm z przylepnym U 7 x 96,7 cm.

C. Pakiet 13 poz. 3 (Zestaw kardiochirurgiczny uniwersalny)

1. Zamawiający wymagał w składzie zestawu 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 250 x 170 cm. Zamawiający dopuścił w odpowiedziach na pytania z dnia 20.01.2021 r. - 1 x serweta 240 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona 3 warstwową wzmocnioną folią PE.

Przedłożona w ww. postępowaniu próbka zawiera serwetę o rozmiarze 236,5 x 176 cm, natomiast wzmocnienie słabo przylega do włókniny.

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W przedmiotowym przypadku Zamawiający prawidłowo dokonał opisu przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z jego realizacją, a wymaganie dostarczenia próbek, miało na celu potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający wskazuje też, że nie ma także możliwości ewentualnego poprawienia i uzupełnienia lub zmiany złożonych przez Wykonawcę próbek. Zdaniem Zamawiającego ewentualne uzupełnienia czy też poprawienia byłyby uznane za niedopuszczalne negocjacje dotyczące treści złożonej oferty lub jej istotne zmiany i doprowadziły de facto do zmiany treści oferty, co jest niedopuszczalne po upływie terminu składania i otwarcia ofert. Takie działanie doprowadziłoby również do naruszenia zasad wynikających między innymi z art. 7 ustawy Pzp, tj. złamania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Mając na uwadze opisany wyżej stan faktyczny i prawny oraz posiadane dowody, stwierdzić należy iż bezsprzecznie zachodzi konieczność odrzucenia ofert w/w Wykonawców z przedmiotowego postępowania w Pakiecie nr 6 i 13, na podstawie powołanego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż Wykonawcy złożyli oferty, która w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia nie odpowiada wymaganiom opisanym w treści SIWZ.

PIELEGNIARKA KOORDYNUJĄCA
BLOKU OPERACYJNEGO
KARDIOCHIRURGII I CHIRURGII NACZYŃ
mgr Lucyna Bednarz
spec. piel. operacyjnego

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA
mgr Edyta Kwasniewska

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-269 fax: 41/366-00-14
edyta.kwasniewska@wszskielce.pl